



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
1η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε. ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.: 213-2052518
ΦΑΞ : 213-2052441
Email: promitheion@paidon-pentelis.gr

Ημερομηνία	24/04/2017
Αρ. Πρωτ. :	5317

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ « ΛΥΧΝΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ » () ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 590,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24% .

Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Ανακοινώνει την διενέργεια προκαταρκτικής διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ενός «ΛΥΧΝΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ» για την κάλυψη των άμεσων αναγκών του Μικροβιολογικού τμήματος του Νοσοκομείου.

1. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε επτά ημέρες από την επομένη της ανάρτησης τους στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου (www.paidon-pentelis.gr/ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ/ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ) ήτοι από **την 25/04/2017**.

Σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες προδιαγραφές για πέντε επιπλέον ημέρες.

2. Οι ενδιαφερόμενοι αφού λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών οι οποίες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου , μπορούν να αποστείλουν εμπρόθεσμα τις παρατηρήσεις τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση promitheion@paidon-pentelis.gr

3. Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα την ποιότητα της προμήθειας.

4. Μετά την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών, θα προκηρυχθεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια του είδους, προϋπολογισμού 590,000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ .

Ο ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΓΩΝΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΑΛΛΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Πλ. Δ/ση: Ιπποκράτους 8 Π Πεντέλη

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΡΓ. ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 213-2052329

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΛΛΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΠΑΛΛΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 5286
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14.4.17

Ημερομηνία: 20/04/2017

ΠΡΟΣ : ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΥΧΝΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ

1. Να διαθέτει έλεγχο της φλόγας με αυτόματο τρόπο, ώστε να μπορεί να αποφευχθεί ατύχημα εάν ο λύχνος ξεχαστεί ανοιχτός.
2. Να παρέχει ασφάλεια στον χρήστη με πιστοποιητικό από εγκεκριμένο ευρωπαϊκό οργανισμό.
3. Να διαθέτει διακόπτη υψηλής θερμοκρασίας.
4. Να διαθέτει διακόπτη συνεχούς λειτουργίας.
5. Να διαθέτει διακόπτη ποδιού ώστε να είναι ελεύθερα τα χέρια του χρήστη.
6. Να διαθέτει διαφόρων τύπων προσαρμογείς για ασφαλή και εύκολη σύνδεση με διαφορετικές φιάλες προπανάφιου/βουτανίου, φυσικού αερίου, ή κεντρικής παροχής αερίου του εργοστάσιου. Να παραδοθεί με κεφαλή για υγραέριο.
7. Να διαθέτει αποσπώμενη κεφαλή για απολύμανση.
8. Να είναι ανθεκτικό σε απολύμανση με UV, και απορρυπαντικά.
9. Να διαθέτει ενσωματωμένο αναδιπλούμενο στήριγμα ώστε να μπορεί να στηριχθεί με σταθερό τρόπο σε πλάγια θέση ώστε να αποφεύγεται η επιμόλυνση του όταν δουλεύουμε με υγρά θρεπτικά υλικά σε φιάλες.
10. Να διαθέτει μικρό βάρος και διαστάσεις.
11. Τα παραπάνω είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την σήμανση CE.
12. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας δυο χρόνια.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΜΑΚΡΗ ΑΝΤΩΝΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ