



**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ**

**1η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΓΡΑΦ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ANNA ΡΙΣΤΑ
ΤΗΛ.: 213-2052518
ΦΑΞ : 213-2052441
Email: promitheion@paidon-pentelis.gr**

Ημερομηνία	16/11/2020
Αρ. Πρωτ. :	12401/20-11-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ CRM VISION VARIO S.N. 9556 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ZIEHM IMAGING GMBH, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 19.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α

Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις υπ' αριθμ. 11940/11-11-2020 τεχνικές προδιαγραφές .

Ανακοινώνει την 1^η διαβούλευση επί του σχεδίου των τεχνικών προδιαγραφών , σχετικά με την επισκευή της γεννήτριας του ακτινοσκοπικού μηχανήματος CRM Vision Vario s.n. 9556 του Κατασκευαστικού Οίκου Ziehm Imaging GmbH, προυπολογισμός 19.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α

1. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε επτά (7) ημέρες από την επομένη της ανάρτησης τους στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου (www.paidon-pentelis.gr/ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ/ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ) .
2. Οι ενδιαφερόμενοι, αφού λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών, οι οποίες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου , μπορούν να αποστείλουν εμπρόθεσμα τις παρατηρήσεις τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση promitheion@paidon-pentelis.gr .
3. Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή υποψηφίων αναδόχων, εξασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα την ποιότητα της υπηρεσίας.
4. Μετά την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών, θα διενεργηθεί Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Ο ΚΟΙΝΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΔΑΛΑΪΝΑΣ

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΓΙΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ**

1. Η γεννήτρια να είναι κατάλληλη για ακτινολογικές εφαρμογές για χρήση στο Ακτινοσκοπικό μηχάνημα τύπου CRM Vision Vario s.n 9556 του κατασκευαστικού Οίκου Ziehm Imaging GmbH.
2. Απαιτούμενος τύπος γεννήτριας: Vision 110kv 20ma VIS Toshiba ή άλλος ισοδύναμος τύπος με ισοδύναμα κατασκευαστικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά.
3. Σε περίπτωση διαφορετικού τύπου από την ζητούμενη να υπάρχει απόλυτη συμβατότητα με το μηχάνημα τύπου CRM Vision Vario s.n 9556 του κατασκευαστικού Οίκου Ziehm Imaging GmbH και να αποδεικνύεται με έγγραφο του κατασκευαστικού οίκου.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να πραγματοποιήσει όλες τις απαραίτητες εργασίες για την απεγκατάσταση της παλαιάς γεννήτριας, εγκατάσταση της νέας, να κάνει τις απαραίτητες ρυθμίσεις, βαθμονόμηση, έλεγχο καλής λειτουργίας, εσωτερικό καθαρισμό και να παραδώσει το σύστημα σε πλήρη λειτουργία και σύμφωνα με τις οδηγίες του Κατασκευαστικού Οίκου. Οι δαπάνες μετάβασης, εργατικών, υλικών, ανταλλακτικών και λοιπών εξαρτημάτων θα βαρύνουν τον ανάδοχο.
2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει στο σύνολο των δραστηριοτήτων σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα EN ISO 9001, ISO 13485 και να διαθέτει πιστοποίηση από κοινοποιημένο οργανισμό για την τήρηση συστήματος αρχών και κατευθυντηρίων γραμμών ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΔΥ8/1348/2004. Να κατατεθούν να αντίστοιχα πιστοποιητικά.
3. Ο ανάδοχος μετά το πέρας των εργασιών υποχρεούται να παραδώσει Δελτίο Εργασίας στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ όπου θα αναφέρονται οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί και τα ανταλλακτικά/υλικά που έχουν αντικατασταθεί ή τοποθετηθεί.
4. Ο υποψήφιος προμηθευτής θα πρέπει να επισκεφθεί τον χώρο και το προς επισκευή μηχάνημα, μετά από συνεννόηση με το Νοσοκομείο, ενώ στην προσφορά του θα υπάρχει δήλωση ότι έχει λάβει γνώση των χώρων και της λειτουργικής κατάστασης του μηχανήματος.
5. Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά στα παρελκόμενα του μηχανήματος και γενικά στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου από υπαιτιότητά του ή δόλο.

6. Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τα απαιτούμενα εργαλεία και όργανα μετρήσεων και ελέγχου για την εκτέλεση των εργασιών και των απαραίτητων ρυθμίσεων (όπως αναφέρονται στην παρ.1 των Ειδικών Τεχνικών Όρων).
7. Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό γι' αυτού του τύπου τα ακτινοσκοπικά μηχανήματα. Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά εκπαίδευσης.
8. Ο ανάδοχος να προσκομίσει μαζί με την προσφορά του και κατάλογο πελατών (στον Δημόσιο ή/και Ιδιωτικό τομέα) και των αντίστοιχων συστημάτων τα οποία υποστηρίζει τεχνικά.
9. Ο ανάδοχος να δηλώνει αναλυτικά και με σαφήνεια την συμμόρφωση των προσφερόμενων ειδών σε σχέση με τους όρους και τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές της διακήρυξης.
10. Να διαθέτει πιστοποιητικό CE mark (να προσκομιστεί).
11. Ο υποψήφιος προμηθευτής να δίνει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός (1) έτους από την παράδοση του συστήματος σε πλήρη λειτουργία.
12. Στην τιμή της οικονομικής προσφοράς να ληφθεί υπ' όψιν η επιστροφή της κατεστραμμένης γεννήτριας.
13. Ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει το σύστημα σε πλήρη λειτουργία εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης και να παραλάβει την κατεστραμμένη γεννήτρια .

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ