

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
1<sup>η</sup> Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ  
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ  
Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 8 Πεντέλη  
Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών  
Πληροφ.: ΕΥΑΓΓ.ΠΛΙΑΚΟΥ  
Τηλ . 213 2052 508 ή 518  
Fax: 213 2052 441

Πεντέλη, 20-09-2017  
Αρ.Πρωτ: 10333

**ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Προμήθειας Εξωσυμβατικού Είδους**

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδών Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια του κάτωθι είδους, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών,

**• ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΣ & ΚΕΚΑΜΜΕΝΟΙ ΧΩΡΙΣ CUFF**

- 1. ΕΥΘΕΙΣ ΧΩΡΙΣ CUFF,  
No 7, ποσότητα προς προμήθεια σαράντα (40) τεμάχια &**
- 2. ΚΕΚΑΜΜΕΝΟΙ ΧΩΡΙΣ CUFF, ποσότητα προς προμήθεια,**
  - A. No 6, ποσότητα προς προμήθεια σαράντα (40) τεμάχια**
  - B. No 6,5, ποσότητα προς προμήθεια σαράντα (40) τεμάχια**
  - Γ. No 7, ποσότητα προς προμήθεια σαράντα (40) τεμάχια**

**ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ**

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

Οι ενδοτραχειακοί σωλήνες πρέπει:

- να είναι κατασκευασμένοι από διάφανο θερμοευαίσθητο σιλικοναρισμένο PVC υψηλής ποιότητας ώστε να είναι τελείως ανεκτό από το ανθρώπινο σώμα,
- να έχει λείο εσωτερικό για εύκολο πέρασμα του καθετήρα αναρρόφησης
- Να είναι μέτρια σκληρός για να μην κάμπτεται για εύκολη διασωλήνωση απαλείφοντας την ανάγκη χρήσης οδηγού και θα αξιολογηθεί από το δείγμα που θα κατατεθεί
- να είναι θερμοευαίσθητος για να προσαρμόζεται στο απόλυτο ανατομικό σχήμα του ασθενούς
- να φέρει ειδική σήμανση βάθους διευκολύνοντας έτσι την τοποθέτηση του άκρου του σωλήνα εντός της τραχείας
- να φέρει αντίσταση στο τσάκισμα (kinking) ώστε να ελαχιστοποιεί την πιθανότητα απόφραξης του σωλήνα
- να φέρει ατραυματικό murphy-eye ο σχεδιασμός του οποίου να διευκολύνει τον αμφίπλευρο αερισμό και την αναπνευστική δίοδο
- να φέρει συνδετικό 15mm (ISO 5356-1) συμβατό με τα κυκλώματα αναισθησίας
- να είναι ατραυματικός
- να είναι αποστειρωμένος, μιας χρήσης

- να είναι ακτινοσκιερός blue line χωρίς να διακόπτεται η ακτινοσκιερή γραμμή στο σημείο murphy-eye
- να είναι LATEX-FREE
- να ενδείκνυται για μικρή/μεγάλη παραμονή χειρουργείου-MEΘ
- να διατίθεται σε Νο από 2 έως 10 (ανά 0,5)  
*ώστε να εξασφαλίσουμε ενδοτραχειακή διασωλήνωση στους μικρούς ασθενείς τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια χωρίς τραυματισμό του ανώτερου αεραγωγού.*

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑ ΒΡΕΤΤΟΥ 213 2052 540**

**ΤΑ ΩΣ ΑΝΩ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΘΕΙΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ.**

**Τα παραπάνω είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν σήμανση CE.**

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές, απορρίπτονται.  
(Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ)

**Οι προσφορές θα αποστέλλονται ταχυδρομικώς στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ιπποκράτους 8 η Πεντέλη τκ 15236, μέχρι και την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29-09-2017 και ώρα 14:30, οι οποίες θα λαμβάνουν υποχρεωτικά αριθμό πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου.**

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά από τη δημοσίευση του παρόντος

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ**

**ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΓΩΝΗΣ**