

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 8 Πεντέλη
Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών
Πληροφ.: ΕΥΑΓΓ.ΠΛΙΑΚΟΥ
Τηλ . 213 2052 508 ή 518
Fax: 213 2052 441

Πεντέλη, 20-09-2017
Αρ.Πρωτ:11453/21-09-2017

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Προμήθειας Εξωσυμβατικού Είδους

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδών Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια του κάτωθι είδους, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών,

• ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΣ & ΚΕΚΑΜΜΕΝΟΙ ΜΕ CUFF

1. ΚΕΚΑΜΜΕΝΟΙ ΜΕ CUFF, ποσότητα προς προμήθεια,

- A. Νο 6, ποσότητα προς προμήθεια είκοσι (20) τεμάχια**
B. Νο 7,5, ποσότητα προς προμήθεια είκοσι (20) τεμάχια

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Τραχειοσωλήνες να είναι διαφανείς σιλικοναρισμένοι PVC oral-nasal με cuff hi-low για χρήση μακράς διάρκειας ανεκτοί από το ανθρώπινο σώμα
- Να έχει λείο εσωτερικό για εύκολο πέρασμα του καθετήρα αναρρόφησης
- Να είναι θερμοευαίσθητος ώστε να προσαρμόζεται στο απόλυτο ανατομικό σχήμα του ασθενούς
- Ο αεροθάλαμος διαφανής σφαιρικού ή κωνικού σχήματος χαμηλής πίεσης υψηλού όγκου που τοποθετείται θερμοσυγκολλητικά ταυτόχρονα με τον σωλήνα για να προσφέρει πλήρη στεγανοποίηση, εξασφαλίζοντας έτσι την συμμετρική διάτασή του όταν το φουσκώνουμε ενώ παράλληλα διατηρεί την κεντρική θέση του σωλήνα μακριά από τα τοιχώματα της τραχείας και του cuff ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο ρήξης της τραχείας.
- Να είναι απαλλαγμένο ορισμένο μειονεκτημάτων όπως: να μην κάνει κήλη, να μην πτύχεται, να μην επιτρέπει μικροεισροφήσεις
- Το cuff να είναι κατασκευασμένο από ειδικά επεξεργασμένο υλικό που αφενός δεν θραύεται και αφετέρου να εμφανίζει ευαισθησία ώστε να παρακολουθεί την αλλαγή της πίεσης στη διάρκεια του αναπνευστικού κύκλου, έτσι ώστε να δέχεται την λιγότερη αύξηση πίεσης κατά την διάρκεια της επέμβασης από τα αναισθητικά αέρια
- Το cuff να εξασφαλίζει αποτελεσματική εφαρμογή ακόμα και όταν επιλέγουμε μικρότερο νούμερο σωλήνα για γρήγορη διασωλήνωση.
- Το cuff όταν ξεφουσκώνει, να εφαρμόζει στενά γύρω από τον σωλήνα διευκολύνοντας έτσι την διασωλήνωση και αποσωλήνωση ελαχιστοποιώντας παράλληλα τον κίνδυνο τραυματισμού

- Το cuff να ελέγχεται από πολύ ευαίσθητο οδηγό (PILOT) με άμεσο έλεγχο της πλήρωσης του και των διακυμάνσεων αυτής, ο δε σωληνίσκος που το φουσκώνει να είναι ενσωματωμένος στον σωλήνα
- Επάνω στον οδηγό (PILOT) πλήρωσης του cuff να αναγράφεται το νούμερο του σωλήνα και το νούμερο έκπτυξης του cuff για ευκρινή έλεγχο
- Ο σωλήνας να φέρει ειδική σήμανση βάθους όχι μεγαλύτερη από 2mm και σε απόσταση 3cm από το cuff διευκολύνοντας έτσι την τοποθέτηση του άκρου του σωλήνα εντός της τραχείας
- Να διαθέτει μόνιμη υποδοχή παροχής οξυγόνου 15mm
- Να είναι με Murphy-eye
- Να είναι ακτινοσκοπικός blue line ως το κατωφερέστερο άκρο χωρίς να διακόπτεται η ακτινοσκοπική γραμμή στο σημείο Murphy-eye
- Να είναι ατραυματικός
- Να είναι αποστειρωμένος, μιας χρήσης
- Να είναι latex free
- Να ενδείκνυται για μακρά παραμονή χειρουργείου και ΜΕΘ
- Να διατίθεται σε Νο από 5-5,5 έως 9,5 (με διαβαθμίσεις ανά 0,5)
- Να είναι σχετικά σκληροί, να μην κάμπτονται για εύκολη διασωλήνωση, αλλά ο σωλήνας σε θερμοκρασία σώματος να μαλακώνει και να αποκτά το ανατομικό σχήμα της τραχείας του ασθενούς
ώστε να εξασφαλίσουμε ενδοτραχειακή διασωλήνωση στους μικρούς ασθενείς με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια χωρίς τραυματισμό του ανώτερου αεραγωγού.

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κα ΒΡΕΤΤΟΥ τηλ. 213 2052 540
ΤΑ ΩΣ ΑΝΩ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΘΕΙΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ.**

Τα παραπάνω είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν σήμανση CE.

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές, απορρίπτονται.
(Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ)

Οι προσφορές θα αποστέλλονται ταχυδρομικώς στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ιπποκράτους 8 π Πεντέλη τκ 15236, μέχρι και την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29-09-2017 και ώρα 14:30, οι οποίες θα λαμβάνουν υποχρεωτικά αριθμό πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου.

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά από τη δημοσίευση του παρόντος

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΓΩΝΗΣ