

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
1<sup>η</sup> Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ  
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ  
Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 8 Πεντέλη  
Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών  
Πληροφ.: ΕΥΑΓΓ.ΠΛΙΑΚΟΥ  
Τηλ . 213 2052 508 ή 518  
Fax: 213 2052 441

Πεντέλη, 15-01-2018  
Αρ.Πρωτ: 199

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Προμήθειας Εξωσυμβατικού Είδους

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδών Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια του κάτωθι είδους, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών,

- **Αντιμικροβιακά, ηλεκτροστατικά φίλτρα με εναλλάκτη ύγρανσης-θέρμανσης για παιδιά- νεογνά, ποσότητα προς προμήθεια εξακόσια (600) τεμάχια.**

#### **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

Το φίλτρο με εναλλάκτη ύγρανσης-θέρμανσης πρέπει:

1. **Να παρέχει υψηλή αντιμικροβιακή δράση στη μέγιστη ασφάλεια ( στους μικρούς ασθενείς, στο μηχάνημα, στο κύκλωμα τους ασθενούς, στον χρήστη, στο περιβάλλον), αποτρέποντας τον κίνδυνο διείσδυσης μικροβίων και αποφεύγοντας λοιμώξεις και μολύνσεις.**
2. **Να έχει μικρή αντίσταση ροής (5L/min <0,7, cmH<sub>2</sub>O), χαμηλό βάρος (<9gr), με υποδοχή καπνογράφου luer – lock, μιας χρήσης για κάθε ασθενή και αποστειρωμένο με αιθυλονοξειδίο για 5 χρόνια.**

***ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Κα ΒΡΕΤΤΟΥ 213 2052 540***

Το παραπάνω είδος πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν σήμανση CE.

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. . Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές, απορρίπτονται.  
(Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ)

Οι προσφορές δύναται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών, **μέσω e-mail**

**[promitheion@paidon-pentelis.gr](mailto:promitheion@paidon-pentelis.gr), έως ΔΕΥΤΕΡΑ 22-01-2018 και ώρα 11:00.**

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά από τη δημοσίευση του παρόντος.

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ**

**ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΓΩΝΗΣ**