

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΝ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 8 Πεντέλη
Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών
Πληροφ.: ΕΥΑΓΓ. ΠΛΙΑΚΟΥ
Τηλ . 213 2052 508 ή 518
Fax: 213 2052 441

ΠΕΝΤΕΛΗ, 02-03-2017
Αρ. Πρωτ.: 2285

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Προμήθειας Εξωσυμβατικού Είδους

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδων Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην **επείγουσα προμήθεια** του κάτωθι είδους, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών, με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή της εγχώριας αγοράς όπως καταγράφεται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ., εάν υπάρχουν,

• **ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΠΑΙΔΙΚΟΙ, ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ, ποσότητα προς προμήθεια χίλια (1.000) τεμάχια, ως οι κάτωθι ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

1. **ΝΑ ΕΙΝΑΙ** ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 200ml,
2. **ΝΑ ΕΙΝΑΙ** ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟΙ,
3. **ΝΑ ΕΙΝΑΙ** ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟΙ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΤΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟΙ, ΤΟΣΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΣΕΝΙΚΗ, ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΘΗΛΥΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ,
4. **ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ** ΔΥΟ ΘΑΛΑΜΟΥΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΟΥΡΩΝ ΚΑ ΝΑ ΚΡΑΤΑΕΙ ΤΑ ΟΥΡΑ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΡΜΑ,
5. **ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ** ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΛΗΨΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΟΥΡΩΝ,
6. **ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ** ΔΙΑΦΑΝΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΤΟΣΟ ΙΣΧΥΡΗ ΚΑΙ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΠΟΥ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΚΟΛΗ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΗ,
7. **Η ΟΠΗ ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΚΟΣ 5cm +-0,5 cm ΠΛΑΤΟΣ 3cm +-0,5cm».**

Το παραπάνω είδος πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν σήμανση CE.

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. . Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές, απορρίπτονται.
(Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ)

Οι προσφορές δύνανται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών μέσω **e-mail**,

promitheion@paidon-pentelis.gr, μέχρι και την ΤΡΙΤΗ 14--03-2017 και ώρα

10:00.

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά από τη δημοσίευση του παρόντος.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΓΩΝΗΣ