

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν.ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 8 Πεντέλη
Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών
Πληροφ.: ANNA ΡΙΣΤΑ
Τηλ . 213 2052 508
Fax: 213 2052 441
Email: promitheion@paidon-pentelis.gr

ΑΔΑ

Πεντέλη, 10.01.2022
Αρ. Πρωτ.: 298/12-01-2022

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Προμήθειας Εξωσυμβατικού Είδους

Θέμα: Δαπάνη για σύστημα οπίσθιας σπονδυλοδεσίας

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδών Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια του κάτωθι είδους, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών.

Α. Σύστημα οπίσθιας σπονδυλοδεσίας θωρακοσφυϊκής και ιερής μοίρας της

σπονδυλικής στήλης το οποίο να συνδυάζει αυλοφόρες και μη βίδες διαφόρων τύπων (α. Πολυαξονικές, β. Μονοαξονικές, γ. PLS, δ. Uniplanar, ε. Ανάταξης, στ. Ανάταξης Uniplanar, ζ. Ανοιχτού και κλειστού τύπου λαγονίου, η. Πολυαξονικές

Corticocancelous, θ. Αυλοφόρες Ανάταξης, ι. Fenestrated).

Όλες οι βίδες του συστήματος να έχουν κυκλικό εύρος κίνησης 60°, να είναι αυτοκόπτουσες, διπλού σπειράματος με κεφαλή-τουλίπα χαμηλού προφίλ. Να δέχεται ράβδους διαμέτρου από 5-6mm και όλοι οι τύποι βιδών να εμφυτεύονται με

ένα και μόνο εργαλείο.

Οι βίδες του συστήματος να είναι χρωματικά κωδικοποιημένες ανά διάσταση και να διατίθενται σε διαμέτρους από 4.0-9.5mm αυξανόμενες ανά 0.5mm και μήκος από 25-100mm αυξανόμενες ανά 0.5mm. Οι ράβδοι του συστήματος να είναι διαμέτρου 5.0mm, 5.5mm και 6.0mm, τιτανίου και χρωμιοκοβαλτίου, λорδωτικές, κυφωτικές και κωνικές σε μήκη από 25-600mm.

Να διαθέτει άγκιστρα υποπετάλια, αυχενικά, offset, σε διάφορες διαστάσεις και μήκη. Να προσφέρει πολλαπλές επιλογές πλάγιων συνδετικών ράβδου-ράβδου για

διπλή ράβδο στήριξης σε διάφορα μεγέθη, ειδικά συνδετικά ιερολαγονίου, καθώς και offset ράβδους προέκτασης σπονδυλοδεσίας.

Τα εγκάρσια συνδετικά του συστήματος να διακρίνονται σε α. Σταθερού τύπου σε μήκη 20-35mm αυξανόμενα ανά 2.5mm και β. Μεταβλητού μήκους 30-65mm.

Τέλος, ο μηχανισμός κλειδώματος να είναι θετικά ανοδιωμένος και σχεδιασμένος ώστε να ελαχιστοποιεί τις πιθανότητες διάνοιξης της κεφαλής της βίδας κατά

την εισαγωγή του εκμηδενίζοντας της ακτινικές δυνάμεις και εξισορροπώντας τις

κάθετες πιέσεις που δημιουργούνται κατά την τοποθέτησή του, συμβατός με κάθε επιλογή διαμέτρου ράβδου και με όλες τις βίδες του συστήματος, αυλοφόρες ή μη.

B. Υποπετάλιο άγκιστρο με ιμάντα περιδεσης και βίδα συμπίεσης

Σύστημα σταθεροποίησης σπονδύλων το οποίο να αποτελείται από πλεκτό

πολυεστερικό ιμάντα, ειδικό σφιγκτήρα συγκράτησης της ράβδου και εξάγωνη βίδα κλειδώματος. Ο ιμάντας να έχει μήκος 700mm ενώ στο μπροστινό μέρος να φέρει κάτω από τον ιμάντα εύκαμπτο έλασμα από ανοξείδωτο ατσάλι μήκους 70mm για την ευκολότερη τοποθέτησή του. Στο πίσω μέρος να διαθέτει ειδική αγκράφα περιδεσης του ιμάντα σε 2 τύπους: ευθύ και κυρτό.

Ο σφιγκτήρας να έχει την μορφή άγκιστρου χωρίς άρθρωση, να είναι κατασκευασμένος από τιτάνιο και να διατίθεται ανάλογα με τη διάμετρο της ράβδου σε 7 διαστάσεις (3.5mm, 4mm, 4.5mm, 4.75mm, 5.5mm, 6.0mm και 6.35mm).

Η βίδα ασφάλισης να φέρει εξάγωνη υποδοχή με δυνατότητα συμπίεσης της ράβδου και να διατίθεται ανάλογα με την αντιστοιχη διάσταση του σφιγκτήρα.

Πιθανή ημερομηνία χειρουργείου 19/01/2022.

A	ΕΙΔΟΣ	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	Τελική Τιμή	Κωδικός Παρατηρητηρίου	Τιμή Παρατηρητηρίου
1							

