

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ Ν ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 8 Πεντέλη
Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών
Πληροφορίες: ANNA ΡΙΣΤΑ
Τηλ . 213 2052 518, 508
e-mail promitheion@paidon-pentelis.gr

Πεντέλη , 16-09-2021
Αρ. Πρωτ.: 9180

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Προμήθειας Εξωσυμβατικού Είδους

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδων Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια του κάτωθι είδους, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο, κατόπιν συλλογής προσφορών, για την:

Προμήθεια ειδικού συστήματος, που να επιτρέπει την ταυτόχρονη απομάκρυνση καπνού και υγρών, από το χειρουργικό τραύμα.

Ποσότητα προς προμήθεια: Πενήντα (50) τεμάχια (μικρά και μεγάλα)

Τεχνικές Προδιαγραφές

- Να έχει τουλάχιστον τρεις τρύπες, στο ακροφύσιο, για καλύτερη αναρρόφηση.
- Να διατίθεται σε μικρό και μεγάλο μέγεθος, ανάλογα με το είδος επέμβασης.
- Να είναι συμβατό με τα μηχανήματα-εργαλεία του χειρουργείου, ώστε να μην απαιτείται ειδικός εξοπλισμός.
- Να είναι γρήγορο και αποτελεσματικό στην εκκένωση του καπνού , ο οποίος είναι ιδιαίτερα βλαβερός , σύμφωνα με διεθνείς μελέτες , ώστε να μην τον εισπνέει τι ιατρονοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου.
- Να είναι κατασκευασμένο, έτσι ώστε να μην εμποδίζει το οπτικό πεδίο του χειρουργού, ακόμα και σε στενά σημεία

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Προϊσταμένη Χειρουργείων, κα Θ. Αλεξανδρή τηλ. 213 2052 522

Τα παραπάνω είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρει σήμανση CE.

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές απορρίπτονται. (Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ).

Οι προσφορές δύναται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών μέσω e-mail promitheion@paidon-pentelis.gr, έως **ΠΕΜΠΤΗ 23 -09-2021 & ώρα 09:00 .**

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά με τη δημοσίευση του παρόντος.

Η ΑΝΑΠΛ. ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥ