



ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8
ΠΑΛΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ
Τ.Κ.: 15236
Α.Φ.Μ.: 997355589
Δ.Ο.Υ.: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Ημερομηνία : 15/3/18

Αρ. Πρωτ. :

ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ: ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Παπαδάτου Μ.
ΤΗΛ.: 2132052539 -532
FAX: 2132052437

ΠΡΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΥΠΟΨΗ κας ΠΑΤΡΑ
ΚΟΙΝ Δ/ΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ

ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΥΓΟΥ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

ΣΧΕΤ. : 3533/13/3/2018 ΓΡ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Παρακαλούμε ο νέος ζυγός να είναι σύμφωνα με τις παρακάτω προδιαγραφές

1. Να διαθέτει όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ως αναλυτικός ζυγός ακριβείας για χρήση σε νοσοκομειακό φαρμακευτικό εργαστήριο για ζυγίσεις με ακρίβεια τεσσάρων δεκαδικών ψηφίων.
2. Κατάλληλος για ζύγιση γαληνικών παρασκευασμάτων.
3. Να διαθέτει μεταλλική ανθεκτική βάση ζυγίσματος.
4. Να διαθέτει γυάλινο κλωβό ασφαλείας για μείωση εξωτερικών επιδράσεων.
5. Να διαθέτει μεγάλη LCD φωτεινή οθόνη αναγνώσιμη από απόσταση.
6. Να διαθέτει λειτουργία απόβαρου.
7. Κατάλληλος για μέτρηση κομματιών.
8. Να διαθέτει δυνατότητα αυτόματου καλιμπραρίσματος και ρύθμιση αυτόματης εσωτερικής προσαρμογής.
9. Ο χρόνος σταθεροποίησης ένδειξης να είναι πολύ σύντομος (έως 5 δευτερόλεπτα).
10. Η προμηθεύτρια εταιρεία να δίνει τεχνική κάλυψη για κάθε τυχόν πρόβλημα.
11. Να υπάρχουν φτηνά και εύκολα ευρισκόμενα ανταλλακτικά.

Η φαρμακοποιός

ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
Δ/ΝΤΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ.Ν.Π.Π.
ΑΜΚΑ: 26036504269
ΕΤΑΑ 71288

ΜΑΚΡΗ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
Γ.Ν.Π.
ΑΜΚΑ: 1406570316
Α.Μ.ΤΣΑΥ

ΜΑΚΡΙΝΟΣ ΑΓΑΜΕΜΝΟΝ
Δ.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ