



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 8, π. Πεντέλη
Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών
Πληροφ.: ΕΥΑΓΓ. ΠΛΙΑΚΟΥ
Τηλ . 213 2052 508 ή 518
e-mail promitheion@paidon-pentelis.gr

Πεντέλη, 08-09-226
Αρ πρωτ.: 10917

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Προμήθειας Εξωσυμβατικού Είδους

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδων Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια του κάτωθι είδους, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών για,

- **ΔΙΑΦΑΝΟΣΚΟΠΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ, εκτιμώμενου προϋπολογισμού ~ 1.500,00€ συμπεριλ. Φπα, ως οι συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές.**

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: κος ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ (ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ) τηλ. 213 2052 511

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μονάδα μέτρησης	Τιμή Μονάδας χωρίς ΦΠΑ	Συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	Τελική Τιμή	Κωδικός Παρατηρητήριου	Τιμή Παρατηρητήριου	
1									

Το παραπάνω είδος πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρει σήμανση CE.

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της ΕΚΑΠΥ.
Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές απορρίπτονται.

Οι προσφορές δύνανται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών μέσω e-mail

promitheion@paidon-pentelis.gr, έως **ΔΕΥΤΕΡΑ 14-09-2026 & ώρα 09:00**

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά με τη δημοσίευση του παρόντος.

Η ΚΟΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΖΩΗ ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

*****ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ*****

- Δύο (2) διαφανοσκόπια δύο (2) θέσεων
- Ένα (1) διαφανοσκόπιο τριών (3) θέσεων
- Ένα (1) διαφανοσκόπιο τεσσάρων (4) θέσεων

1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΟΙΧΩΝ ΔΙΑΦΑΝΟΣΚΟΠΙΩΝ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ

- **Σκελετός:** Κατασκευασμένος από αλουμίνιο υψηλής αντοχής.
- **Οθόνη:** Από λευκό πολυμεθυλμεθακρυλικό πλαστικό.
- **Σύστημα Στήριξης:** Προηγμένο σύστημα σύσφιξης φιλμ για ασφαλή συγκράτηση.
- **Φωτισμός:** Τεχνολογίας LED για υψηλή φωτεινότητα, εξοικονόμηση ενέργειας και μεγάλη διάρκεια ζωής.
- **Διάρκεια Ζωής LED:** Τουλάχιστον 100.000 ώρες, με σταθερό φωτισμό.
- **Ομοιομορφία Φωτεινότητας:** Τουλάχιστον 90%.
- **Μέσος Φωτισμός:** Τουλάχιστον 3.000 cd/m² για ακριβή διάγνωση ιατρικών φιλμ.
- **Μέγεθος Πλαισίου:** Έως 92 × 54 × 10 cm περίπου.
- **Μέγεθος Οθόνης:** Τουλάχιστον 84 × 43.5 cm.
- **Τάση Εισόδου / Τροφοδοσία:** 100–220V / 50Hz.
- **Εγγύηση:** Τουλάχιστον δύο (2) έτη εγγύηση καλής λειτουργίας.
- **Χρόνος Παράδοσης:** Έως εξήντα (60) ημέρες από την υπογραφή της Απόφασης.

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΥ ΔΙΑΦΑΝΟΣΚΟΠΙΟΥ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ

- Διαφανοσκόπιο σύγχρονου σχεδιασμού, **τριών θέσεων**, κατάλληλο για νοσοκομειακή και χειρουργική χρήση.
- Ομοιόμορφος φωτισμός χωρίς σκιάσεις.

- Πηγή φωτισμού τεχνολογίας **Led** ή ισοδύναμη σύγχρονη τεχνολογία.
- Φωτεινότητα **τουλάχιστον 10.000 Lux**.
- Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού μέσω **ψηφιακού dimmer**.
- Δυνατότητα αυτόματης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης κατά την εισαγωγή και εξαγωγή του ακτινογραφικού φιλμ.
- Ειδικό σύστημα συγκράτησης του ακτινογραφικού φιλμ, ώστε να παραμένει σταθερό κατά την εξέταση.
- Δυνατότητα τοποθέτησης σε τοίχο και σε κατάλληλη βάση.
- Εξωτερικές διαστάσεις **έως 1261 × 500 × 25 mm**.
- Καθαρή οπτική επιφάνεια **τουλάχιστον 1123 × 441 mm**.
- Κατανάλωση ισχύος **έως 60 W**.
- Τροφοδοσία **AC 100–240 V, 50/60 Hz**.
- Βάρος **έως 15 kg**, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής εγκατάσταση και στήριξη.
- Κατάλληλο για συνεχή και ασφαλή λειτουργία σε νοσοκομειακό περιβάλλον.
- Εγγύηση: Τουλάχιστον δύο (2) έτη εγγύηση καλής λειτουργίας.
- Χρόνος Παράδοσης: Έως εξήντα (60) ημέρες από την υπογραφή της Απόφασης.

3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΦΑΝΟΣΚΟΠΙΟΥ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΘΕΣΕΩΝ

- Σχεδιασμός: Μοντέρνος, λεπτού προφίλ (Slim), κατάλληλος για επιτοίχια τοποθέτηση ή τοποθέτηση σε ειδική βάση γραφείου.
- Πηγή Φωτισμού: Τεχνολογίας LED, που εξασφαλίζει ομοιόμορφο φωτισμό χωρίς σκιές και χωρίς να κουράζει τα μάτια κατά τη μελέτη.

- Διάρκεια Ζωής Λαμπτήρων: Τουλάχιστον 20.000 ώρες.
- Ρύθμιση Έντασης: Να διαθέτει ψηφιακό dimmer για τη ρύθμιση της έντασης του φωτισμού.
- Πάχος Συσκευής: Έως 2,5 cm (25 mm).
- Μηχανισμός Συγκράτησης: Ειδικά σχεδιασμένο κλιπ που συγκρατεί την ακτινογραφία χωρίς να την φθείρει.
- Λειτουργίες: Να διαθέτει λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (auto ON/OFF) με την εισαγωγή και εξαγωγή της ακτινογραφίας.
- Εξωτερικές Διαστάσεις (Μ x Υ x Π): Έως 1650 x 504 x 25 mm.
- Καθαρή Οπτική Επιφάνεια: Τουλάχιστον 1500 x 441 mm.
- Φωτεινότητα (LUX): Τουλάχιστον 10.000 LUX.
- Κατανάλωση Ρεύματος: Έως 80 Watt.
- Βάρος: Έως 15 kg.
- Μονάδα Παροχής Ρεύματος: AC 100–240V, 50/60Hz.
- Εγγύηση: Τουλάχιστον δύο (2) έτη εγγύηση καλής λειτουργίας.
- Χρόνος Παράδοσης: Έως εξήντα (60) ημέρες από την υπογραφή της Απόφασης.