

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 8, Π. Πεντέλη
Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών
Πληροφ.: ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Τηλ . 213 2052 508 ή 518
e-mail promitheion@paidon-pentelis.gr

Πεντέλη, 20/10/2026
Αρ πρωτ. 12861

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Προμήθειας Εξωσυμβατικού Είδους

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδων Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια των κάτωθι ειδών, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών για,

- 1. ΣΕΤ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΚΡΙΚΟΘΥΡΟΤΟΜΗΣ (QUICKTRACH II) ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ 4,00ΜΜ,** ποσότητα προς προμήθεια 2 τμχ.
- 2 ΣΕΤ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΚΡΙΚΟΘΥΡΟΤΟΜΗΣ (QUICKTRACH I) ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 2,00ΜΜ,** ποσότητα προς προμήθεια 2 τμχ.

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜ. τηλ. 213 2052 540
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ , ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μονάδα μέτρησ ης	Τιμή Μονάδο ς χωρίς ΦΠΑ	Συνολικ ή τιμή χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	Τελική Τιμή	Κωδικό ς Παρατη ρητήρι ο	Τιμή Παρατη ρητήρι ο	
-----	-------	---------------------	-------------------------------	-----------------------------------	-----	----------------	--------------------------------------	-------------------------------	--

Το παραπάνω είδος πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρει σήμανση CE.

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της ΕΚΑΠΥ.

Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές απορρίπτονται.

Οι προσφορές δύνανται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών μέσω e-mail

promitheion@paidon-pentelis.gr, έως **ΔΕΥΤΕΡΑ 26/10/2026 & ώρα 09:00 .**

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά με τη δημοσίευση του παρόντος. Να αναγραφεται στο θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης

Η ΚΟΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΖΩΗ ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΕΤ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΚΡΙΚΟΘΥΡΟΤΟΜΗΣ (QUICKTRACH)

A)QUICKTRACH I, child, 2.0 mm ID

Το Quicktrach I να είναι ένα σετ διαδερμικής κρικοθυροτομής σύμφωνα με την τεχνική καθετήρα πάνω από βελόνα,για την ασφάλιση του αεραγωγού σε κατάσταση CICO(Cannot Intubate–Cannot Oxygenate),σε περίπτωση απόφραξης των ανώτερων αεραγωγών.Να περιέχει βελόνα με κωνικό άκρο,να χρησιμεύει στο άνοιγμα της τραχείας ,ενώ την διαστέλλει.Ο σωλήνας να είναι χωρίς cuff, να είναι επαρκής για προσωρινό αερισμό με μικρή διάμετρο,να δύναται να συνδεθεί με αναπνευστήρα,καθώς να περιέχει και σωλήνα 15cm με συνδετικό Swivel και για αναρρόφηση. Να φέρει ειδικό κλιπ ασφαλείας,που μειώνει τον κίνδυνο οπίσθιου τραυματισμού της τραχείας κατά την εισαγωγή της βελόνας στην τραχεία. Η περιχειρίδα να επιτρέπει τη σφράγιση του σωλήνα στην τραχεία με ασφαλή στερέωση. Η σύριγγα να ελέγχει την θέση στην τραχεία. Το σετ να είναι αποστειρωμένο και προσυναρμολογημένο σε συσκευασία blister.

B)QUICKTRACH II, ADULT, 4.0 mm ID

Το Quicktrach II να είναι ένα σετ διαδερμικής κρικοθυροτομής σύμφωνα με την τεχνική καθετήρα πάνω από βελόνα,για την ασφάλιση του αεραγωγού σε κατάσταση CICO(Cannot Intubate–Cannot Oxygenate),σε περίπτωση απόφραξης των ανώτερων αεραγωγών.Να περιέχει βελόνα με κωνικό άκρο,να χρησιμεύει στο άνοιγμα της τραχείας ,ενώ την διαστέλλει.Ο σωλήνας να είναι με cuff επαρκής για προσωρινό αερισμό με μικρή διάμετρο,να δύναται να συνδεθεί με αναπνευστήρα,καθώς να περιέχει και σωλήνα 15cm με συνδετικό Swivel και για αναρρόφηση. Να φέρει ειδικό κλιπ ασφαλείας,που μειώνει τον κίνδυνο οπίσθιου τραυματισμού της τραχείας κατά την εισαγωγή της βελόνας στην τραχεία. Η περιχειρίδα να επιτρέπει τη σφράγιση του σωλήνα στην τραχεία με ασφαλή στερέωση. Η σύριγγα να ελέγχει την θέση στην τραχεία. Το σετ να είναι αποστειρωμένο και προσυναρμολογημένο σε συσκευασία blister.