



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 8, π. Πεντέλη
Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών
Πληροφ.: **ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ**
Τηλ . 213 2052 508 ή 518

Πεντέλη, 06/10/2026
Αρ. Πρωτ :12222

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Υποβολής προσφορών για εξωσυμβατικό είδος.

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδών Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια των κάτωθι ειδών, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο, κατόπιν συλλογής προσφορών για,

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΙΚΟ ΛΟΥΤΡΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ποσότητα προς προμήθεια 12 ΛΙΤΡΑ

*****ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ*****

ΔΕΙΓΜΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ 213-2052580-383 ΚΥΡΙΑ ΜΗΤΣΙΟΥ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μονάδα μέτρησης	Τιμή Μονάδος χωρίς ΦΠΑ	Τιμή Μονάδος χωρίς ΦΠΑ	Τιμή Μονάδος χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	Τελική Τιμή	Κωδικός Παρατηρητήριου	Τιμή Παρατηρητήριου
1									

Το παραπάνω είδος πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν σήμανση CE.

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. . Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές, απορρίπτονται. (Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ)

Οι προσφορές δύναται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών μέσω
e-mail, promitheion@paidon-pentelis.gr

μέχρι και την ΔΕΥΤΕΡΑ 12/10/2026 και μέχρι τις 09:00

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά από τη δημοσίευση του παρόντος. Να αναγράφεται στο θέμα του ηλεκτρικού μηνύματος ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης

Η ΚΟΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΖΩΗ ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

****** ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ********ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ**

Να είναι έτοιμο προς χρήση διάλυμα για καθαρισμό και απολύμανση με εμβάπτιση περιστρεφόμενων εργαλείων και κατάλληλο για χρήση με βυθισμό και σε συσκευές πλύσης υπερήχων. Να μην περιέχει χλώριο ή χλωρίδιο, προκειμένου να διατηρηθεί η ακεραιότητα των εργαλείων. Να είναι βακτηριοκτόνο, ζυμοκτόνο και ιοκτόνο έναντι ιών με περίβλημα. Να διαθέτει σήμανση CE.