



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8, π. Πεντέλη
Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών
Πληροφ.: ΑΣΗΜΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλ . 213 2052 508 ή 518
e-mail promitheion@paidon-pentelis.gr

Αρ πρωτ.: 13010
22/10/2026

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Προμήθειας Εξωσυμβατικού Είδους

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδων Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια του κάτωθι είδους, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών για,

- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ LIFEPACK 20E ΚΑΙ GE RESPONDER 2000 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝΠΠ ως οι τεχνικές προδιαγραφές της πρόσκλησης προϋπολογιζόμενης δαπάνης 600,00€ χωρίς ΦΠΑ**

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: κος ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ (ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ) τηλ. 213 2052 511
Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ**

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μονάδα μέτρησής	Τιμή Μονάδας χωρίς ΦΠΑ	Συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	Τελική Τιμή	Κωδικός Παρατηρηρίου	Τιμή Παρατηρηρίου	
1									

Το παραπάνω είδος πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρει σήμανση CE.

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές απορρίπτονται. (Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ).

Οι προσφορές δύνανται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών μέσω e-mail

promitheion@paidon-pentelis.gr, έως **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/10/2026 & ώρα 9.00 μ.μ.**

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά με τη δημοσίευση του παρόντος. Να αναγράφεται στο θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης

Η ΚΟΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΖΩΗ ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΔΑ: ΨΡ9Μ469Η24-ΝΛΚ
Συγκεκριμένα αιτούμαστε την προμήθεια των παρακάτω ειδών:

1. Για τον Απινιδωτή LifePak 20E:

- ο **Τέσσερα (4) τεμάχια** ηλεκτρόδια απινίδωσης **Ενηλίκων**
- ο **Τέσσερα (4) τεμάχια** ηλεκτρόδια απινίδωσης **Παιδιατρικά**

2. Για τον Απινιδωτή G-Responder 2000:

- ο **Τέσσερα (4) τεμάχια** ηλεκτρόδια απινίδωσης **Ενηλίκων**
- ο **Τέσσερα (4) τεμάχια** ηλεκτρόδια απινίδωσης **Παιδιατρικά**

Τα προσφερόμενα ηλεκτρόδια (patches) πρέπει να είναι **απόλυτα συμβατά** με τους προαναφερθέντες τύπους απινιδωτών (LifePak 20E & G-Responder 2000). Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να καταθέσει **επί ποινή αποκλεισμού** πιστοποιητικά **ISO 13485** και **ISO 14971** σε ισχύ καθώς και τη δήλωση συμμόρφωσης **CE** (CE Mark) του κατασκευαστή τα οποία να καλύπτουν το πεδίο παραγωγής, διακίνησης και τεχνικής υποστήριξης των προσφερόμενων ηλεκτροδίων απινίδωσης.

Η ημερομηνία λήξης των ηλεκτροδίων κατά την παράδοσή τους θα πρέπει να είναι **τουλάχιστον δύο (2) έτη (24 μήνες)**.

Υ/Σ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ