



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 8, π. Πεντέλη

Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών

Πληροφ.: **ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ**

Τηλ . 213 2052 508 ή 518

Πεντέλη, 13218

Αρ. Πρωτ : 29/10/2026

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Υποβολής προσφορών για εξωσυμβατικό είδος.

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδών Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια των κάτωθι ειδών, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο, κατόπιν συλλογής προσφορών για

1) ΚΥΤΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΕΩΣ ΒΕΛΟΝΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ , ενδεικτική ποσότητα προς προμήθεια 1.000 ΤΜΧ.

*****ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ*****

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΛ 213-2052425-840

ΔΕΙΓΜΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΓ.ΥΛΙΚΟΥ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μονάδα μέτρησης	Τιμή Μονάδος χωρίς ΦΠΑ	Συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	Τελική Τιμή	Κωδικός Παρατηρητήριου	Τιμή Παρατηρητήριου	
1									

Το παραπάνω είδος πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν σήμανση CE.

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. . Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές, απορρίπτονται.
(Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ)

Οι προσφορές δύναται να αποστέλλονται **στο Γρ. Προμηθειών** μέσω e-mail, promitheion@paidon-pentelis.gr

μέχρι και την ΤΡΙΤΗ 3/11/2026 και έως τις 09:00 π.μ.

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά από τη δημοσίευση του παρόντος. Να αναγράφεται στο θέμα του ηλεκτρικού μηνύματος ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης

Η ΚΟΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΖΩΗ ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

****** ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ******

Οι τεχνικές προδιαγραφές για τα κυτία απόρριψης αιχμηρών αντικειμένων μεγάλου μήκους (όπως μακριές βελόνες, trocar λαπαροσκόπησης, οδηγοί Kirschner και καθετήρες εισαγωγής) εστιάζουν στην ασφάλεια του προσωπικού του χειρουργείου, στη σταθερότητα του περιέκτη και στην αποφυγή τρυπημάτων. Λόγω του αυξημένου μήκους και του βάρους των εργαλείων αυτών, τα κυτία πρέπει να έχουν ειδικό σχεδιασμό (συνήθως στενόμακρο ή ορθογώνιο σχήμα με μεγάλο ύψος) ώστε να μην ανατρέπονται.

Βασικές Τεχνικές Προδιαγραφές Κυτίων Μεγάλου Μήκους

Χαρακτηριστικό Προδιαγραφή & Απαιτήσεις	
Υλικό Κατασκευής	Υψηλής πυκνότητας πολυπροπυλένιο (PP), παχύτοιχο, ανακυκλώσιμο και κατάλληλο για αποτέφρωση χωρίς έκλυση τοξικών αερίων.
Ανθεκτικότητα	Πλήρης αντοχή στη διάτρηση (puncture-proof) από αιχμηρά αντικείμενα υψηλής πίεσης, καθώς και στεγανότητα κατά των διαρροών υγρών (leak-proof).
Σχήμα & Ύψος	Κατάλληλο ύψος (τουλάχιστον 40–50 cm) ή ειδική στενόμακρη/ορθογώνια γεωμετρία για την πλήρη κάλυψη των trocar και βελονών άνω των 20-30 cm.
Σύστημα Καπακιού	Διπλό σύστημα ασφάλισης: Προσωρινό κλείσιμο (κατά τη διάρκεια του χειρουργείου) και μόνιμο/μη αναστρέψιμο κλείδωμα πριν την τελική απομάκρυνση.
Στόμιο Εισαγωγής	Ευρύ άνοιγμα με ειδικά πτερύγια προστασίας (προστατευτική βαλβίδα/διάφραγμα) που εμποδίζουν την ανάστροφη έξοδο ή την πρόσβαση των χεριών στο εσωτερικό.
Σταθερότητα	Φαρδιά, αντιολισθητική βάση ή δυνατότητα προσαρμογής σε επιτοιχίες βάσεις / τροχήλατα χειρουργείου, ώστε να αποτρέπεται η ανατροπή λόγω του κέντρου βάρους των trocar.
Σήμανση Χρώμα	& Κίτρινο χρώμα ασφαλείας με ευκρινή ένδειξη μέγιστης πλήρωσης (γραμμή 3/4 ή 85%) και διεθνές σήμα βιολογικού κινδύνου (Biohazard).
Πιστοποιήσεις	Εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό πρότυπο ISO 23907 (ή UN 3291) για περιέκτες προστασίας από αιχμηρά αντικείμενα.

Επιπλέον Απαιτήσεις Χειρουργικής Χρήσης

- Ειδικές εγκοπές αποκόλλησης: Το καπάκι πρέπει να διαθέτει υποδοχές γενικής χρήσης για την εύκολη και ανέπαφη αποκόλληση βελονών από σύριγγες ή λαβές, εάν αυτό απαιτείται.
- Εργονομική λαβή: Ύπαρξη σταθερής χειρολαβής μεταφοράς, τοποθετημένης μακριά από το στόμιο απόρριψης, για την ασφαλή μετακίνηση του γεμάτου κυτίου.