Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.11.11 09:20:01 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8, π. Πεντέλη
Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών
Πληροφ.: ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
Τηλ . 213 2052 508 ή 518
e-mail promitheion@paidon-pentelis.gr

Πεντέλη, 11/11/2026
Αρ πρωτ.: 13765

ΘΕΜΑ: <u>Πρόσκληση Προμήθειας Εξωσυμβατικού Είδους</u>

Το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια του κάτωθι είδους, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών για,

ΕΝΑ ΔΙΑΦΑΝΟΣΚΟΠΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ LED 4 ΘΕΣΕΩΝ, εκτιμώμενου προϋπολογισμού 700,00 ευρώ <u>συμπεριλαμβαν. Φ.Π.Α.,</u> ως οι συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: κος ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ (ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ) τηλ. 213 2052 511

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	Μονάδα μέτρησης	Τιμή Μονάδος χωρίς ΦΠΑ	Συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	Τελική Τιμή	Κωδικός Παρατηρητηρίου	Τιμή Παρατηρητηρίου	
1									

Το παραπάνω είδος πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρει σήμανση CE.
Οι τιμές των προσφερομένων υλικών δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν) του Παρατηρητηρίου Τιμών.
Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές απορρίπτονται.

Οι προσφορές δύνανται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών μέσω e-mail

promitheion@paidon-pentelis.gr, **έως ΔΕΥΤΕΡΑ 16-11-2026 & ώρα 09:00**

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά με τη δημοσίευση του παρόντος.

Η ΚΟΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΖΩΗ ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

*****ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ*****

Τεχνικές Προδιαγραφές Διαφανοσκοπίου Τεσσάρων (4) Θέσεων

• Σχεδιασμός: Μοντέρνος, λεπτού προφίλ (Slim), κατάλληλος για επιτοίχια τοποθέτηση ή τοποθέτηση σε ειδική βάση γραφείου.

• Πηγή Φωτισμού: Τεχνολογίας LED, που εξασφαλίζει ομοιόμορφο φωτισμό χωρίς σκιές και χωρίς να κουράζει τα μάτια κατά τη μελέτη.

• Διάρκεια Ζωής Λαμπτήρων: Τουλάχιστον 20.000 ώρες.

• Ρύθμιση Έντασης: Να διαθέτει ψηφιακό dimmer για τη ρύθμιση της έντασης του φωτισμού.

• Πάχος Συσκευής: Έως 2,5 cm (25 mm).

• Μηχανισμός Συγκράτησης: Ειδικά σχεδιασμένο κλιπ που συγκρατεί την ακτινογραφία χωρίς να την φθείρει.

• Λειτουργίες: Να διαθέτει λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (auto ON/OFF) με την εισαγωγή και εξαγωγή της ακτινογραφίας.

• Εξωτερικές Διαστάσεις (Μ x Υ x Π): Έως 1650 x 504 x 25 mm.

• Καθαρή Οπτική Επιφάνεια: Τουλάχιστον 1500 x 441 mm.

• Φωτεινότητα (LUX): Τουλάχιστον 10.000 LUX.

• Κατανάλωση Ρεύματος: Έως 80 Watt.

• Βάρος: Έως 15 kg.

• Μονάδα Παροχής Ρεύματος: AC 100–240V, 50/60Hz.

• Εγγύηση: Τουλάχιστον δύο (2) έτη εγγύηση καλής λειτουργίας.

• Χρόνος Παράδοσης: Έως εξήντα (60) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ