Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.11.11 12:51:53 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8 Πεντέλη
Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών
Πληροφ.: ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Τηλ. 213 2052 508 ή 518
e-mail: promitheion@paidon-pentelis.gr

Πεντέλη, 11/11/2026
Αρ. Πρωτ: 13799

ΘΕΜΑ: <u>Πρόσκληση Προμήθειας Εξωσυμβατικού Είδους</u>

Το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια των κάτωθι ειδών, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών.

1) ΛΑΜΑ ΚΥΡΤΗ ΜΑΣ ΝΟΥΜ. Ο, ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 5 ΤΜΧ
2) ΛΑΒΗ ΛΕΠΤΗ ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ LED, ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 5 ΤΜΧ
3) ΛΑΜΑ ΚΥΡΤΗ ΜΑΣ ΝΟΥΜ 4, ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 5 ΤΜΧ
4) ΛΑΜΑ ΚΥΡΤΗ ΜΑΣ ΝΟΥΜ.3, ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 5 ΤΜΧ
5) ΛΑΜΑ ΚΥΡΤΗ ΜΑΣ ΝΟΥΜ.2, ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 5 ΤΜΧ
6) ΛΑΜΑ ΚΥΡΤΗ ΜΑΣ ΝΟΥΜ.1, ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 5 ΤΜΧ

<u>ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ</u>

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΤΗΛ 213-2052540 ΚΥΡΙΑ ΣΙΟΥΤΗ

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

******ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ********

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	Μονάδα μέτρησης	Τιμή Μονάδος χωρίς ΦΠΑ	Συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	Τελική Τιμή	Κωδικός Παρατηρητηρίου	Τιμή Παρατηρητηρίου	
1									

Το παραπάνω είδος πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρει σήμανση CE.

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές απορρίπτονται.
Οι προσφορές δύνανται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών, μέσω e-mail

promitheion@paidon-pentelis.gr, **έως ΤΡΙΤΗ 17/11/2026 & ώρα 09:00.**

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά με τη δημοσίευση του παρόντος.

Να αναγράφεται στο θέμα του μηνύματος ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης.

Η ΚΟΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΖΩΗ ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΩΝ ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΑ

- ✓ Να υπάρχει μεγάλο εύρος επιλογής λαμών και λαβών, από τον χρήστη σε διάφορα μεγέθη και τύπους για κάθε ηλικία και εφαρμογή τα οποία και να αναφερθούν αναλυτικά.
- ✓ Σχεδιασμός σύμφωνα με το **ISO 7376** ώστε να μπορούν να λειτουργούν με λάμες ή λαβές άλλων κατασκευαστών (να κατατεθούν σχετικά πιστοποιητικά).

Το προσφερόμενο set να αποτελείται από:

1. Ένα (01) Τεμ. Λάμα κυρτή Mac No0
2. Ένα (01) Τεμ. Λάμα κυρτή Mac No1
3. Ένα (01) Τεμ. Λάμα κυρτή Mac No2
4. Ένα (01) Τεμ. Λάμα κυρτή Mac No3
5. Ένα (01) Τεμ. Λάμα κυρτή Mac No4
6. Ένα (01) Τεμ. Λαβή λεπτή με λαμπτήρα LED

ΛΑΜΕΣ ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

- ✓ Ο φωτισμός να διέρχεται μέσω μεγάλης ενσωματωμένης δέσμης τουλάχιστον 4mm, η οποία και να αποτελείται από τουλάχιστον 6500 επιμέρους οπτικές ίνες, ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή διάδοση φωτός.
- ✓ Πενταετή εγγύηση λάμας και οπτικής ίνας. Αντοχή για τουλάχιστον 4.000 κύκλους κλιβανισμού. Να κατατεθεί πιστοποιητικό εγγύησης του κατασκευαστικού οίκου.
- ✓ Σχεδιασμός με ειδικά κατασκευασμένο άκρο για την αποφυγή τραυματισμών.
- ✓ Ευκρινές χαραγμένο Lot Number για εύκολη ιχνηλασιμότητα
- ✓ Να παρέχεται η δυνατότητα για αποσύνδεση-σύνδεση, χωρίς εργαλεία, της οπτικής ίνας απο την λάμα δημιουργώντας ένα πολύ χαμηλό κόστος επισκευής (Να δοθεί πλήρης κατάλογος ανταλλακτικών)

ΛΑΒΕΣ

- ✓ Λειτουργία με πηγή φωτισμού LED με αποδιδόμενη θερμοκρασία χρώματος φωτεινής πηγής 5.000 ^{o} K περίπου για λευκό φως.
- ✓ Ένταση φωτός λαμπτήρα τουλάχιστον 40.000Lux.
- ✓ Αυτονομία τουλάχιστον 35 ωρών συνεχούς λειτουργίας.
- ✓ Διάρκεια ζωής λαμπτήρα 100.000 ώρες τουλάχιστον.
- ✓ Σχεδιασμός που να προσφέρει ασφαλές κράτημα, μειώνοντας συγχρόνως την πιθανότητα ανάπτυξης παθογόνων μικροοργανισμών. (Να αναφερθεί πώς επιτυγχάνεται αυτό).
- ✓ Πενταετή εγγύηση. Αντοχή για τουλάχιστον 4.000 κύκλους κλιβανισμού. Να κατατεθεί πιστοποιητικό εγγύησης του κατασκευαστικού οίκου.

- ✓ Ελάχιστη ένταση φωτισμού 500 Lux, σε απόσταση 20 mm από το άκρο της λάμας και μετά από συγκεκριμένο αριθμό κλιβανισμών που ορίζει ο κατασκευαστής (να αναφερθεί) σύμφωνα με το ISO 7376.
- ✓ Ευκρινές χαραγμένο Lot Number για εύκολη ιχνηλασιμότητα.