

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
1<sup>η</sup> Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ  
Γ.Ν.ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ  
Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 8 Πεντέλη  
Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών

ΑΔΑ

Πεντέλη, 7.12.2022  
Αρ.  
Πρωτ.:13465/09.12.2022

Πληροφ.: ANNA ΡΙΣΤΑ  
Τηλ . 213 2052 508  
Email: [promitheion@paidon-pentelis.gr](mailto:promitheion@paidon-pentelis.gr)

**ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Προμήθειας Εξωσυμβατικού Είδους**

Θέμα: Προμήθεια ενός συστήματος οπίσθιας σπονδυλοδεσίας

Σχετικό: Την υπ.αριθμ. 31/06-12-2022 Απόφαση ΔΣ (Θέμα 2)

(ΑΔΑ:66034690Ω5-Z5M)

Προμήθεια για ένα σύστημα οπίσθιας σπονδυλοδεσίας χαμηλού profile, για έκταση από  $\Theta_1$  έως  $I_1$ , απαραίτητο για την ασθενή Β. Θ. με νευρομυϊκή σκολίωση επί εδάφους προϊούσας νωτιαίας μυϊκής ατροφίας που να διαθέτει:

- Πολυαξονικές βίδες Ti με κεφαλή τύπου τουλίπας σε διαμέτρους από 4 έως 7mm με εσωτερικό μηχανισμό κλειδώματος και δυνατότητα μετατροπής τους σε μονοαξονικές διεγχειρητικά για δυναμική διόρθωση της παραμόρφωσης.
- Άγκιστρα για τον αυχένα των σπονδύλων, υπερπετάλια, υποπετάλια, offset & γωνιώδη.
- Ράβδους από Ti με διάμετρο 5,5 mm και μήκος έως 500 mm, διαφόρων σκληροτήτων, συμβατές με τις βίδες Ti, αυξημένης σκληρότητας.
  - Αυτοεκπιτυσσόμενες ράβδους από Ti με διάμετρο 5,5mm οι οποίες παρέχουν τη δυνατότητα ανάπτυξης της σπονδυλικής στήλης 50 και 80mm, χωρίς την ανάγκη επαναλαμβανόμενων επεμβάσεων για διάταση της σπονδυλοδεσίας.
  - Εμφύτευμα σύνδεσης λαγονίου-ιερού διαμέτρου 7mm, διαφόρων μηκών, διαδερμικής lateral τοποθέτησης.
  - Ειδικό μηχανισμό σύνδεσης του εμφυτεύματος σύνδεσης λαγονίου-ιερού με την οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης.
  - Κατάλληλους οδηγούς και μετρητές για τη διαδερμική τοποθέτηση του συστήματος.
  - Συνδετικά ράβδου πλάγια και αξονικά.
  - Εγκάρσια συνδετικά (cross links).

Πιθανή ημερομηνία χειρουργείου: 19/12/2022.

## ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A	ΕΙΔΟΣ	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	Τελική Τιμή	Κωδικός Παρατηρητηρίου	Τιμή Παρατηρητηρίου
1							

Τα παραπάνω είδη πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν σήμανση CE.

**Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. . Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές, απορρίπτονται.**

**(Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ)**

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : κα ΠΑΣΠΑΤΗ 213 2052 314,585  
κα ΤΣΑΜΟΥΔΑΚΗ 213 2052 522

**Οι προσφορές θα κατατίθενται στο γραφείο Προμηθειών, (κτήριο Δ, 1<sup>ος</sup> όροφος) σε κλειστό φάκελο με αριθμό πρωτοκόλλου από την Γραμματεία του Νοσοκομείου, στον οποίο απαραίτητως θα πρέπει να αναφέρεται ο αριθμός πρωτοκόλλου του αιτήματος και να έχουν διάρκεια τουλάχιστον 2 μήνες, μέχρι και την Τετάρτη 14.12.2022 και ώρα 10.00**

**Ο ΚΟΙΝΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  
ΗΛΙΑΣ ΔΑΛΑΙΝΑΣ**