

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΔΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 8, Π. Πεντέλη
ΤΚ 15236

Αθήνα 17/05/2018

Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών

Αρ. Πρωτ 6769/21-5-2018

Πληροφ.: Ε. ΠΑΤΡΑ

Τηλ . 213-2052518 ή 508

Fax: 213-2052441

Email: promitheion@paidon-pentelis.gr

ΑΦΜ 997355589

Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΘΕΜΑ : **Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος** υποβολής δικαιολογητικών συμμετοχής , τεχνικής και οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια δύο αεροστρωμάτων για τα κρεβάτια της ΜΕΘ του ΓΝΠΠ.

ΣΧΕΤ. : 1. Τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
2. Την υπ' αριθμ. 1122/25-1-2018 Απόφαση Αναπληρωτή Διοικητή, εγκρίνοντας α) την σκοπιμότητας δαπάνης ύψους 4.200,00€ συμπεριλ.ΦΠΑ β) την διενέργεια πρόσκλησης ενδιαφέροντος κατόπιν συλλογής προσφορών για την προμήθεια του είδους γ) την συγκρότηση των επιτροπών σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και αξιολόγησης των υποβληθέντων προσφορών.
3. Τις τεχνικές προδιαγραφές .
4. Τις επείγουσες ανάγκες του τμήματος.

Το Νοσοκομείο Παιδών Πεντέλης, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά, προβαίνει στην διενέργεια **Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος** για την προμήθεια « δύο Αεροστρωμάτων», προϋπολογισμός 4.200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑΕ 7127 του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου οικ. έτους 2018.

Σας καλεί εντός δώδεκα ημερών (12) από την ημέρα ανάρτησης της παρούσας να υποβάλετε σε κλειστό πρωτοκολλημένο φάκελο που θα περιέχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής, την τεχνική και οικονομική προσφορά στο Γραφείο Προμηθειών. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο ιδιοχείρως, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς στη διεύθυνση: Ιπποκράτους 8, Π. Πεντέλη ΤΚ 15236 . Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία

πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας , που φέρει ο φάκελος αποστολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Αντικείμενο της πρόσκλησης : Προμήθεια δυο αεροστρωμάτων.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Η χαμηλότερη τιμή

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ : 4.200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

ΣΥΜΒΑΣΗ : ΝΑΙ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ : όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ –ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, της παρούσας όπου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : Η αξιολόγηση των υποβληθέντων προσφορών θα διενεργηθεί από την συσταθείσα επιτροπή.

Λόγοι αποκλεισμού: όσα ορίζει το άρθρο 73 του Ν.4412/2016

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι οικονομικοί φορείς, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 2,παρ.1. (11) του Ν. 4412/2016 ήτοι, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή δημόσιος φορέας ή ένωση αυτών των προσώπων ή και φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων επιχειρήσεων, που προσφέρουν στην αγορά την περιγραφόμενη υπηρεσία στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α' . Επιπλέον το δικαίωμα συμμετοχής υποψηφίων καθορίζεται από τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του Ν. 4412/2016. Για τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς υπό μορφή ενώσεων ή προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται αυτοί να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, για την υποβολή προσφοράς (άρθρο 19 παρ. 2, Ν.4412/2016).

Εφόσον όμως η ανάθεση της σύμβασης γίνει σε ένωση ή σύμπραξη οικονομικών φορέων, αυτή υποχρεούται να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης (άρθρο 19 παρ. 3, Ν. 4412/2016). Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης (άρθρο 19 παρ. 3, Ν. 4412/2016).

Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας , οι οποίες έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό Δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού, εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Παραρτήματος Α' του Ν,4412/2016.

Κάθε προσφορά υποβάλλεται, επί ποινή αποκλεισμού, μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο σύμφωνα με το άρθρο 92 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς:

Α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

Β. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής

Γ. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης ενδιαφέροντος και το θέμα

Δ. Τα στοιχεία του αποστολέα (οικονομικού φορέα φυσικό ή νομικό).

Η ένδειξη « ΠΡΟΣΟΧΗ ! Η προσφορά να μην αποσφραγιστεί

Οι προσφέροντες υποβάλλουν την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο που θα εμπεριέχει τους υποφακέλους που αναφέρονται ακολούθως, κατά την διαδικασία του άρθρου 92 παρ. 2 του Ν.4412/2016 και σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις :

Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς θα εμπεριέχει τους ακόλουθους υποφακέλους:

- α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»,
- β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

γ) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**», Όλοι οι παραπάνω ΦΑΚΕΛΟΙ θα πρέπει να αναγράφουν ευκρινώς την ονομασία του περιεχομένου τους (π.χ. «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ») και την πλήρη «ΕΠΩΝΥΜΙΑ» του προσφέροντος οικονομικού φορέα.

α) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ . Σε κλειστό φάκελο (μέσα στον κυρίως φάκελο) περιλαμβάνονται τα κάτωθι και σε δύο αντίγραφα για κάθε δικαιολογητικό (πρωτότυπο-αντίγραφο) . Επί ποινή αποκλεισμού εάν δεν κατατεθούν):

- **Υπεύθυνη δήλωση (δεν απαιτείται το γνήσιο της υπογραφής) της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, & Ν.4250/2014 (ΦΕΚ74/26-03-2014), όπως εκάστοτε ισχύει, που θα φέρει ημερομηνία των τελευταίων 30 ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, στην οποία :**

α) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν.

β) Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, οι προσφέροντες δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση:

1. για κάποιο τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007, δηλαδή για κάποιο από τα ακόλουθα:

- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου.

- δωροδοκία όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της Πράξης του Συμβουλίου της 26^{ης} Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου.

- απάτη κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10^{ης} Ιουνίου 1991 για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

2. Για κάποιο από τα αδικήματα της απάτης, υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας

3. Για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας

4. Δεν τελούν σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.

5. Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

6. Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο (και το ειδικό επάγγελμα τους) ή ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα.

7. Δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν.2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα)

γ) Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών, που απαιτούνται σύμφωνα με το Ν 4412/2016 κατά το στάδιο της κατακύρωσης, όποτε ζητηθούν από το Νοσοκομείο

δ) Να δηλώνονται ότι δεν υπάρχουν νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησης.

ε) Να δηλώνονται εάν έχει υποβληθεί στον προμηθευτή ή ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς, με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης. Εάν η ποινή του

αποκλεισμού επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο αυτό λαμβάνεται υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς, μόνο για το χρονικό αυτό διάστημα.

στ) Να δηλώνεται ότι έχει λάβει γνώση όλων των όρων της παρούσης διακήρυξης και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και σύμφωνα με αυτούς συνέταξε την προσφορά του.

ζ) Να δηλώνεται ότι όλα τα στοιχεία που αναφέρει στην προσφορά του είναι αληθή και ακριβή.

β) Οικονομική προσφορά: (πρωτότυπο και αντίγραφο) επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο σε υποφάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τοποθετείται η οικονομική προσφορά .

γ) Τεχνική προσφορά : (πρωτότυπο και αντίγραφο) επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο σε υποφάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» . Οι συμμετέχοντες υποβάλλουν στο υποφάκελο την τεχνική τους προσφορά με όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τις τεχνικές προδιαγραφές (παράρτημα) καθώς και συμπληρωμένο τον Πίνακα Συμμόρφωσης (ως ακολούθως)

ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Α/Α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ :		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1	Συμφωνία επί του συνόλου των τεχνικών προδιαγραφών όπως αναλυτικά ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	ΝΑΙ		

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες ενδεικτικές κάτωθι κρατήσεις που ισχύουν ή θα επιβληθούν, πλην του αναλογούντα Φ.Π.Α. ο οποίος βαρύνει το Νοσοκομείο.

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)

β) Κράτηση ύψους 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών όπως καθορίζεται στις διατάξεις του Ν.4412/16.

γ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3,0% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

δ) Κράτηση 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας.

ΠΛΗΡΩΜΗ

Οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

«Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/ 5.6.2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερέμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής».

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΓΩΝΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ****ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΘ**

1. Το σύστημα να αποτελείται από το αερόστρωμα και από την αντλία αέρος.
2. Το αερόστρωμα να είναι κατάλληλο για πρόληψη καθώς και για τη θεραπεία κατακλίσεων.
3. Το αερόστρωμα να είναι κατάλληλο για ασθενείς βάρους μέχρι και 150 κιλά.
4. Το αερόστρωμα να είναι κατασκευασμένο από Πολυουρεθάνη (PU), ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής και μακροχρόνια χρήση του.
5. Το αερόστρωμα να διαθέτει ύψος όχι μεγαλύτερο από 14 εκατοστά ώστε να δύναται να τοποθετηθεί ως επίστρωμα πάνω από το ήδη υπάρχων Νοσοκομειακό στρώμα.
6. Το αερόστρωμα να έχει λειτουργική επιφάνεια περίπου 2,00 μέτρα X 90 εκατοστά ώστε να δύναται να τοποθετηθεί στις Ηλεκτρικές Κλίνες της Μ.Ε.Θ.
7. Να μπορεί να ακολουθήσει όλες τις νοσοκομειακές θέσεις των κλινών εντατικής.
8. Να διαθέτει στο κάτω τμήμα του, ιμάντες πρόσδεσης και στερέωσης για την σταθεροποίηση του επί του Νοσοκομειακού στρώματος.
9. Στην βάση του το αερόστρωμα να διαθέτει σύστημα αερισμού για την καλύτερη διαχείριση της υγρασίας και της θερμότητας στο αερόστρωμα.
10. Να αποτελείται από κυψελίδες με δυνατότητα μεμονωμένης αντικατάστασης τους σε περίπτωση διάτρησης μίας εξ αυτών, ώστε να μην είναι αναγκαία η πλήρης αντικατάστασή τους (απαραίτητο).
11. Η λειτουργία των κυψελίδων στο τμήμα της κεφαλής κατά την θεραπεία να είναι κατάλληλη για την ασφάλεια των διασωληνωμένων ασθενών.
12. Το αερόστρωμα να διαθέτει τους εξής 2 τρόπους λειτουργίας προς επιλογή από τον χρήστη:
 - a. Εναλλασσόμενης λειτουργίας
 - b. Λειτουργίας συνεχούς χαμηλής πίεσης (Στατική)
13. Ο χρόνος θεραπείας κατά την εναλλασσόμενη λειτουργία να είναι κατάλληλος ώστε να παρέχεται επαρκής αιμάτωση των ιστών προστατεύοντας τον ασθενή από τις κατακλίσεις.
14. Η αντλία απαραίτητως να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:

- a. Αυτόματη επιλογή ρύθμισης της πίεσης αναλογα με το βάρος και την θέση του ασθενούς. Επιπλέον επιλογή ρύθμισης από τον χρήστη.
 - b. Λειτουργία η οποία με το πάτημα ενός κομβίου να επιτυγχάνεται μέγιστη πληρότητα σε όλες τις κυψελίδες, για τη διευκόλυνση εργασιών καθαρισμού ή μεταφοράς του ασθενή. Για την ασφάλεια του ασθενή, να απενεργοποιείται αυτόματα και να επιστρέφει στην προηγούμενη λειτουργία του μεταξύ 15 και 30 λεπτών περίπου
 - c. Μηχανισμό διατήρησης της πίεσης για περιπτώσεις διακοπής του ρεύματος ή μεταφοράς του ασθενούς για τουλάχιστον 4 ώρες.
15. Το αερόστρωμα να διαθέτει σύστημα άμεσης απελευθέρωσης του αέρα για χρήση σε κατάσταση Κάρδιο-Αναπνευστικής Αναζωογόνησης (CPR). Η απελευθέρωση του αέρα να είναι γίνεται άμεσα.
16. Το αερόστρωμα να φέρει κάλυμμα κατασκευασμένο από ανθεκτικό συνθετικό υλικό, αδιάβροχο, διαπνεόμενο, βραδύκαυστο, το οποίο να φέρει ειδική μόνιμη επικάλυψη με αντιμικροβιακή δράση. Το κάλυμμα να αποσπάται πλήρως για τον καθαρισμό και την απολύμανση του.
17. Η αντλία αέρος να είναι μικρού μεγέθους και να διαθέτει άγκιστρα ώστε να μπορεί να κρεμαστεί από τη μετώπη της κλίνης ή να τοποθετηθεί δίπλα στο κρεβάτι.
18. Η αντλία αέρα να διαθέτει ηχητικούς και οπτικούς συναγερμούς για καταστάσεις χαμηλής πίεσης και για έλλειψη τροφοδοσίας και προβλήματα στον κύκλο εναλλαγής πίεσης.
19. Η αντλία να διαθέτει κομβίον σίγασης των συναγερμών.
20. Να διαθέτει σύστημα διαχείρισης των καλωδίων καθ' όλο το μήκος του αεροσπρώματος.
- ~~21.~~ Να συνοδεύεται από τσάντα μεταφοράς και αποθήκευσης, όταν δε χρησιμοποιείται
22. Να προσκομισθεί δείγμα.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Οι προσφορές να συνοδεύονται με φύλλο συμμόρφωσης, με αναλυτικές παραπομπές ανά παράγραφο σε πρωτότυπα ή επίσημα αντίγραφα των εντύπων του κατασκευαστικού οίκου. Ασάφειες και αοριστίες ως προς τις παραπομπές για τεκμηρίωση, συνεπάγονται απόρριψη της προσφοράς. Τυχόν παραπομπές σε βεβαιώσεις του κατασκευαστή, χωρίς περαιτέρω τεκμηρίωση, θα θεωρούνται αοριστίες και δεν θα γίνονται αποδεκτές.
2. Τα προσφερόμενα αεροσπρώματα θα πρέπει να φέρουν σήμανση CE σύμφωνα με την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ να καλύπτει όλα τα αναγνωρισμένα διεθνή πρότυπα και να τεκμηριώνονται με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. Επιπλέον ο κατασκευαστικός οίκος θα

πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 13485 (να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά). Ο προσφερόμενος εξοπλισμός να συμμορφώνεται με το πρότυπο ηλεκτρικής ασφάλειας IEC 60601-1.

3. Ο προμηθευτής πρέπει να πληροί τις διατάξεις της Υπουργικής απόφασης ΔΥ8δ//1348/04 «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων» και να έχει πιστοποιημένο σύστημα ποιότητας κατά ISO 9001 και 13485 για τη διανομή και την τεχνική υποστήριξη του εξοπλισμού. Για το λόγω αυτό στις προσφορές θα πρέπει να υπάρχουν συνημμένα έγκυρα πιστοποιητικά κοινοποιημένου οργανισμού από τα οποία να προκύπτει ότι πληρούνται οι όροι της παρούσας παραγράφου.
4. Η προμηθεύτρια εταιρεία θα παρέχει τεχνική κάλυψη με κατάλληλα καταρτισμένο – εκπαιδευμένο προσωπικό, που θα διαθέτει εξοπλισμό με όλα τα απαραίτητα εργαλεία και όργανα ώστε να πραγματοποιεί το σύνολο των απαιτούμενων εγκαταστάσεων, ελέγχων, επισκευών και επιδείξεων – εκπαιδεύσεων της υπό προμήθεια συσκευής. Να αναφερθούν τα ειδικά μεγάλεια και όργανα μετρήσεων και έλεγχου και να κατατεθούν τα ισχύοντα πιστοποιητικά διακρίβωσης τους.
5. Η ανάδοχος εταιρεία θα παρέχει (άνευ χρέωσης) οδηγίες και συμβουλές, όποτε αυτό ζητηθεί, εγγράφως ή προφορικά στους υπευθύνους του τμήματος ή την τεχνική υπηρεσία του Νοσοκομείου. Ο προμηθευτής να διαθέτει μόνιμα στην Ελλάδα τεχνικό προσωπικό για την τεχνική υποστήριξη του προσφερομένου εξοπλισμού καθώς και ειδικούς εκπαιδευτές που θα είναι υπεύθυνοι για την εκμάθηση των αναφερόμενων μηχανημάτων για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί.
6. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον δυο (2) έτη και δέσμευση παροχής ανταλλακτικών και τεχνικής υποστήριξης για τουλάχιστον δέκα (10) έτη, με έγγραφη δέσμευση από τον κατασκευαστή. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης, το νοσοκομείο δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη των υπό προμήθεια ειδών προερχόμενη από τη συνήθη και ορθή χρήση του και δεν θα επιβαρύνεται με κανένα ποσόν για εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά κλπ. έξοδα αποκατάστασης της βλάβης εξαιρουμένων των αναλωσίμων, τα οποία να προσδιορίζονται αναλυτικά.

Σε περίπτωση βλάβης εντός εγγύησης ισχύουν:

- Ο προμηθευτής οφείλει να ανταποκριθεί για την διάγνωση της βλάβης εντός 48ώρου Ο χρόνος πλήρης αποκατάστασης της βλάβης **δεν** θα πρέπει να ξεπεράσει τις δέκα (10) εργάσιμες ημέρες συνολικά.
 - Για κάθε (1) εργάσιμη ημέρα υπέρβασης των ανωτέρω χρονικών ορίων θα επιβληθεί ποινή παράτασης της εγγύησης κατά δύο (10) εργάσιμες ημέρες.
 - Για τις παραπάνω περιπτώσεις ο χρόνος μετρά από την στιγμή της αποστολής κλήσης σε βλάβη με FAX ή email από την τεχνική υπηρεσία του Νοσοκομείου προς την προμηθεύτρια.
7. Η συσκευή θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από ευανάγνωστο πλήρες εγχειρίδιο χρήσης στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.

8. Η συσκευή θα πρέπει , υποχρεωτικά να συνοδεύεται από ευανάγνωστο πλήρες τεχνικό εγχειρίδιο επισκευής & συντήρησης γνωστό ως Service Manual στην αγγλική γλώσσα, για το αρχείο της τεχνικής υπηρεσίας.
9. Να κατατεθεί πλήρης τιμοκατάλογος αναλωσίμων, ανταλλακτικών και προαιρετικών παρελκόμενων, αμετάβλητος ως προς τις τιμές για πέντε (5) έτη.

Σε εκτέλεση του υπ'αριθμ. 4075/22.03.2018 εγγράφου, σχετικά με την διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια δυο αεροστρωματων στις υποβληθείσες παρατηρήσεις της εταιρείας Δ.. Κορτέσης @ Σια Ε.Ε. έχουμε τα εξής:

Απάντηση στις παρατηρήσεις εταιρείας Δ.. Κορτέσης @ Σια Ε.Ε

Προδιαγραφή 11	Τροποποιείται ως εξής: Η λειτουργία των κυψελίδων στο τμήμα της κεφαλής κατά την θεραπεία να είναι κατάλληλη για τ ασφάλεια των διασωληνωμένων ασθενών.
Προδιαγραφή 13	Τροποποιείται ως εξής: Ο χρόνος θεραπείας κατά την εναλλασσόμενη λειτουργία να είναι κατάλληλος ώστε να παρέχει επαρκής αιμάτωση των ιστών προστατεύοντας τον ασθενή από κατακλίσεις.
Προδιαγραφή 14	Τροποποιείται ως εξής: Αυτόματη επιλογή ρύθμισης της πίεσης ανάλογα με το βάρος και την θέση του ασθενούς. Επιπλέον επιλογή ρύθμισης από τον χρήστη. Λειτουργία η οποία με το πάτημα ενός κομβίου να επιτυγχάνεται μέγιστη πληρότητα σε όλες τις κυψελίδες, για τη διευκόλυνση εργασιών καθαρισμού ή μεταφοράς του ασθενή. Για την ασφάλεια του ασθενή, να απενεργοποιείται αυτόματα και να επιστρέφει στην προηγούμενη λειτουργία του μεταξύ 15 και 30 λεπτών περίπου
Προδιαγραφή 18	Τροποποιείται ως εξής : Η αντλία αέρα να διαθέτει ηχητικούς και οπτικούς συναγερμούς για καταστάσεις χαμηλής πίεσης και για έλλειψη τροφοδοσίας και προβλήματα στον κύκλο εναλλαγής πίεσης.

Μετά τα ανωτέρω οι Τεχνικές Προδιαγραφές διαμορφώθηκαν ως ανωτέρω.