

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΔΑ 6ΙΩ1469Η24-ΒΔΛ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ **ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ αρ.πρ. 1151/02-02-2021**

Γ. Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 8 Πεντέλη

Πεντέλη, 03-02-2021

Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών

Αρ. Πρωτ.: 1151

Πληροφ.: ΕΥΑΓΓ. ΠΛΙΑΚΟΥ

Τηλ . 213 2052 508 ή 518

Fax: 213 2052 441

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Προμήθειας Εξωσυμβατικού Είδους

Το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια του κάτωθι είδους, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών, **για**

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΜΙΚΤΗ ΕΝΔΟΚΟΙΛΙΑΚΗ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΙΣΩΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΥΣΤΙΚΟΥ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ

1. ΔΥΟ ΤΡΟΚΑΡ ΔΩΔΕΚΑΡΙΑ

2. ΕΝΑ ΑΡΘΡΩΤΟ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΚΟΠΤΟΡΡΑΠΤΗ, μιας χρήσης, μεγέθους 45μμ., διαμέτρου 12μμ., με μήκος στυλεού 28cm με ενσωματωμένη λάμα. Να διαθέτει κλειστό κανάλι στην υποδοχή της ανταλλακτικής κασέτας, για να διασφαλίζεται η υποστήριξη της από υψηλές δυνάμεις κατά την πυροδότηση.

3. Ανταλλακτικές κασέτες μήκους 45μμ, τρεις μπλε και μία πράσινη, για το αρθρωτό κοπτορράπτη.

4. Εργαλείο υπερήχων, με μήκος στυλεού 20cm, διάμετρο 5mm και ενσωματωμένο καλώδιο. Να διαθέτει λεπίδα τιτανίου κυρτού άκρου, περίπου 18μμ, που να πάλλεται σε επιμήκη κίνηση, με συχνότητα περίπου 50KHZ, με ηχητική ένδειξη μεταβολών ενέργειας.

5. ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΚΟΠΤΟΡΡΑΠΤΗΣ, μήκους 55μμ., τρισδιάστατης κατεύθυνσης, από κράμα τιτανίου, 2,55 βαναδίου και 3% αλουμινίου, με μοχλό επιλογής ρύθμισης του ύψους του κλιπ σε κάθε πυροδότηση, ανάλογα με το πάχος του ιστού. Η δημιουργούμενη γραμμή κοπής να είναι το πολύ 3μμ μικρότερη από την γραμμή συρραφής.

6. Πέντε κασέτες μπλε και δύο πράσινες για τον επαναφορτιζόμενο ευθύγραμμο κοπτορράπτη.

7. ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

ΔΕΙΓΜΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ

(ΠΡΟΙΣΤ/ΝΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ κα Αλεξανδρή τηλ. 213 2052 522)

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Το παραπάνω είδος πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρει σήμανση CE.

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές απορρίπτονται. (Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ).

Οι προσφορές δύνανται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών μέσω e-mail promitheion@paidon-pentelis.gr, έως **ΔΕΥΤΕΡΑ 08 -02-2021 & ώρα 13:00.**

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά με τη δημοσίευση του παρόντος.

Η ΑΝΑΠΛ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥ