

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 8 Πεντέλη

Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών

Πληροφ.: ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΝΟΝΑ

Τηλ . 213 2052 508 ή 518

e-mail promitheion@paidon-pentelis.gr

Πεντέλη, 10-02-2023

Αρ. Πρωτ: 1567

ΘΕΜΑ: Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Πρόσκληση Προμήθειας Εξωσυμβατικού Είδους

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδων Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια των κάτωθι ειδών, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΟΛΟΠΡΟΣΩΠΕΣ ΜΑΣΚΕΣ

1) Παιδική ολοπροσωπική μάσκα για χρήση από ένα ασθενή με βαλβίδα εκπνοής

Τεχνικές προδιαγραφές

- Η μάσκα να είναι κατάλληλη για την παροχή μη επεμβατικού μηχανικού αερισμού σε ένα ασθενή καθ' όλη την διάρκεια νοσηλείας του
- Να διαθέτει περιμετρική εφαρμογή, καλύπτοντας όλο το πρόσωπο του παιδιού (στόμα, μύτη και οφθαλμούς) με μαξιλαράκι από μαλακή σιλικόνη για αποφυγή νεκρώσεων στα σημεία επαφής με το πρόσωπο του ασθενή και ελαχιστοποίηση της διαρροής του αέρα.
- Να διαθέτει μαλακό, μη ελαστικό σκουφάκι με ιμάντες και με πρόσδεση σε τέσσερα σημεία
- Οι ιμάντες να εφαρμόζουν στο κάτω μέρος της μάσκας με κλιπ έτσι ώστε η τοποθέτηση, η αφαίρεση και η επανατοποθέτηση να είναι εύκολη.
- Να διαθέτει συνδετική γωνία στρεφόμενη κατά 360° για την ελεύθερη κίνηση των σωληνώσεων του ασθενή
- Να διαθέτει θύρα για μέτρηση πίεσης ή εμπλουτισμού με O₂
- Η συνδετική γωνία να έχει εσωτερική διάμετρο 22mm, να είναι κατάλληλη για σύνδεση σε κύκλωμα Bipap και να διαθέτει θυρίδα εκπνοής.
- Η συνδετική γωνία της μάσκας να είναι αφαιρούμενη και να δύναται να αντικατασταθεί από άλλου τύπου γωνίες (χωρίς θυρίδα εκπνοής, γωνία βρογχοσκόπησης κτλ.)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 ΤΜΧ XXSMALL

ώστε για να εφαρμόζει σε παιδιά ηλικίας 1 έτους και άνω και βάρους 7κιλών και άνω

2) Παιδική ολοπροσωπική μάσκα για χρήση από ένα ασθενή σε αναπνευστήρα

Τεχνικές προδιαγραφές

- Η μάσκα να είναι κατάλληλη για την παροχή μη επεμβατικού μηχανικού αερισμού σε ένα ασθενή καθ' όλη την διάρκεια νοσηλείας του
- Να διαθέτει περιμετρική εφαρμογή, καλύπτοντας όλο το πρόσωπο του παιδιού (στόμα, μύτη και οφθαλμούς) με μαξιλαράκι από μαλακή σιλικόνη για αποφυγή νεκρώσεων στα σημεία επαφής με το πρόσωπο του ασθενή και ελαχιστοποίηση της διαρροής του αέρα.
- Να διαθέτει μαλακό, μη ελαστικό σκουφάκι με μιάντες και με πρόσδεση σε τέσσερα σημεία
- Οι μιάντες να εφαρμόζουν στο κάτω μέρος της μάσκας με κλιπ έτσι ώστε η τοποθέτηση, η αφαίρεση και η επανατοποθέτηση να είναι εύκολη.
- Να διαθέτει συνδετική γωνία στρεφόμενη κατά 360° για την ελεύθερη κίνηση των
- σωληνώσεων του ασθενή
- Να διαθέτει θύρα για μέτρηση πίεσης ή εμπλουτισμού με O₂
- Η συνδετική γωνία να έχει εσωτερική διάμετρο 22mm, να είναι κατάλληλη για σύνδεση σε αναπνευστήρα, χωρίς θυρίδα εκπνοής και βαλβίδα ασφαλείας.
- Η συνδετική γωνία της μάσκας να είναι αφαιρούμενη και να δύναται να αντικατασταθεί από άλλου τύπου γωνίες (με θυρίδα εκπνοής, γωνία βρογχοσκόπησης κτλ.)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 ΤΜΧ XXSMALL

ώστε για να εφαρμόζει σε παιδιά ηλικίας 1 έτους και άνω και βάρους 7κιλών και άνω

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΘ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΕΘ, 2132052333

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μονάδα μέτρησης	Τιμή Μονάδος χωρίς ΦΠΑ	Συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	Τελική Τιμή	Κωδικός Παρατηρητηρίου	Τιμή Παρατηρητηρίου	
1									

Το παραπάνω είδος πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρει σήμανση CE.

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές απορρίπτονται. (Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ).

Οι προσφορές δύνανται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών μέσω e-mail promitheion@paidon-pentelis.gr, έως ΠΕΜΠΤΗ 16/02/2023 & ώρα 10:00 .

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά με τη δημοσίευση του παρόντος.

**Η ΑΝΑΠΛ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥ**