

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 8 Πεντέλη
Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών
Πληροφ.: ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΝΟΝΑ
Τηλ . 213 2052 508 ή 518
e-mail promitheion@paidon-pentelis.gr

Πεντέλη, 03-01-2023
Αρ. Πρωτ: 67

ΘΕΜΑ: Α Επαναληπτική Πρόσκληση Προμήθειας Εξωσυμβατικού Είδους

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδων Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια των κάτωθι ειδών, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

ΣΚΑΜΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:
1 ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΙ 1 ΣΤΑΘΕΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1.Τροχήλατο σκαμπό

Το τροχήλατο σκαμπό να είναι με στρογγυλή έδρα ρυθμιζόμενου ύψους με διαστάσεις έδρας 35-45 cm.

Η έδρα να είναι στρογγυλή , ανατομική επενδεδυμένη με δερματίνη.

Εσωτερικά να έχει επένδυση αφρώδους υλικού και να αναφέρεται και το υλικό κελύφους καθώς και ο τρόπος στήριξης της έδρας με τη βάση (μηχανισμός ρύθμισης ύψους).

Να φέρει μηχανισμό και μοχλό ρύθμισης ύψους έδρας με διαδρομή μεταξύ ελάχιστου ύψους- από το έδαφος -40cm, και μέγιστου ύψους 65-70cm.

Να διαθέτει πεντακτινωτή, κατά προτίμηση μεταλλική βάση με πέντε (5) δίδυμους τροχούς μεγάλης αντοχής που θα αναφέρεται το υλικό κατασκευής τους .

Να διαθέτει στεφάνη χρωμίου που λειτουργεί ως υποπόδιο.

Ο σκελετός του να είναι από χαλυβδοσωλήνα αφανή και να φέρει συνεχή ηλεκτροσυγκολλητή ραφή.

Ο σκελετός να έχει ηλεκτροστατική βαφή φούρνου και τα συνδετικά υλικά να είναι γαλβανισμένα.

Να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής χρώματος από το Νοσοκομείο.

2.Σταθερό σκαμπό

Οι προδιαγραφές κατασκευής είναι όπως και στο τροχήλατο με τη διαφορά ότι η πεντακτινωτή μεταλλική βάση είναι σταθερή .

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Τηλ 213205252591

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μονάδα μέτρησης	Τιμή Μονάδος χωρίς ΦΠΑ	Συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	Τελική Τιμή	Κωδικός Παρατηρητηρίου	Τιμή Παρατηρητηρίου	
1									

Το παραπάνω είδος πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρει σήμανση CE.

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές απορρίπτονται. (Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ).

Οι προσφορές δύνανται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών μέσω e-mail promitheion@paidon-pentelis.gr, έως **ΤΡΙΤΗ 17-01-2023 & ώρα 10:00 .**

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά με τη δημοσίευση του παρόντος.

**Η ΑΝΑΠΛ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥ**