

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 8 Πεντέλη
Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών
Πληροφ.: ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Τηλ . 213 2052 508 ή 518
e-mail promitheion@paidon-pentelis.gr

Πεντέλη, 03-01-2023
Αρ. Πρωτ: 172/09-01-2023

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Προμήθειας Εξωσυμβατικού Είδους

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδων Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια των κάτωθι ειδών, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

**1. ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ PVC ΕΥΘΥΣ ΧΩΡΙΣ CUFF Νο 5
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 5ΤΜΧ**

**2. ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ PVC ΕΥΘΥΣ ΧΩΡΙΣ CUFF Νο 6,5
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 5ΤΜΧ**

**3. ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ PVC ΕΥΘΥΣ ΧΩΡΙΣ CUFF Νο 7
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 2 ΤΜΧ**

**4. ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ PVC ΕΥΘΥΣ ΜΕ CUFF Νο 4
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 5ΤΜΧ**

**5. ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ PVC ΕΥΘΥΣ ΜΕ CUFF Νο 4,5
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 5ΤΜΧ**

**6. ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ PVC ΕΥΘΥΣ ΜΕ CUFF Νο 3
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 5ΤΜΧ**

**7. ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ PVC ΕΥΘΥΣ ΧΩΡΙΣ CUFF Νο 8
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 5ΤΜΧ**

**8. ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ PVC ΕΥΘΥΣ ΜΕ CUFF Νο 8
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 5ΤΜΧ**

**9. ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ PVC ΕΥΘΥΣ ΧΩΡΙΣ CUFF Νο 5,5
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 5ΤΜΧ**

**10. ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ PVC ΕΥΘΥΣ ΧΩΡΙΣ CUFF Νο 4,5
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 5ΤΜΧ**

**11. ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ PVC ΕΥΘΥΣ ΧΩΡΙΣ CUFF Νο 6
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 5ΤΜΧ**

**12. ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ PVC ΕΥΘΥΣ ΜΕ CUFF Νο 7,5
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 5ΤΜΧ**

**13. ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ PVC ΕΥΘΥΣ ΜΕ CUFF Νο 7
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 5ΤΜΧ**

**14. ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ PVC ΕΥΘΥΣ ΜΕ CUFF Νο 6,5
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 5ΤΜΧ**

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΕΘ, τηλ 2132052333

***ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ**

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μονάδα μέτρησης	Τιμή Μονάδος χωρίς ΦΠΑ	Συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	Τελική Τιμή	Κωδικός Παρατηρητηρίου	Τιμή Παρατηρητηρίου	
1									

Το παραπάνω είδος πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρει σήμανση CE.

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές απορρίπτονται. (Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ).

Οι προσφορές δύνανται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών μέσω e-mail promitheion@paidon-pentelis.gr, έως **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/01/2023 & ώρα 9:00 .**

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά με τη δημοσίευση του παρόντος.

**Η ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥ**

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ
ΕΥΘΕΙΣ ΜΕ MICROCUFF**

Ενδοτραχειακοί σωλήνες ευθείς με cuff (microcuff) από πολυουρεθάνη , με εξαιρετικά λεπτά τοιχώματα (13 microns) υψηλού όγκου, χαμηλής πίεσης (HVLP) , ειδικά σχεδιασμένοι στην ανατομία νεογνών και παιδών ώστε να μην

μετασχηματίζει την ανατομία της τραχείας , να μονώνει (cealing) σχεδόν απόλυτα με λιγότερη πίεση απο τους συμβατούς τραχειοσωλήνες που το cuff απορτελείται απο PVC και να μην τραυματίζει για να ενδείκνυται σε επεμβάσεις μεγάλης διάρκειας όπως χειρουργική αποκατάσταση σκολίωσης



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Α' ΥΠΕ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΠΑΛΑΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ Τ.Κ. 152 36
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ**

Πεντέλη 06/04/2022

Προς: Διαχείριση υλικού

ΚΟΙΝ: Γραφείο Προμηθειών

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΣ ΚΑΙ ΚΕΚΑΜΜΕΝΟΙ ΧΩΡΙΣ CUFF

Οι ενδοτραχειακοί σωλήνες πρέπει:

- να είναι κατασκευασμένοι από διάφανο θερμοευαίσθητο σιλικοναρισμένο PVC υψηλής ποιότητας ώστε να είναι τελείως ανεκτό από το ανθρώπινο σώμα.
- να έχει λείο εσωτερικό για εύκολο πέρασμα του καθετήρα αναρρόφησης
- Να είναι μέτρια σκληρός για να μην κάμπτεται για εύκολη διασωλήνωση απαλείφοντας την ανάγκη χρήσης οδηγού και θα αξιολογηθεί από το δείγμα που θα κατατεθεί
- να είναι θερμοευαίσθητος για να προσαρμόζεται στο απόλυτο ανατομικό σχήμα του ασθενούς
- να φέρει ειδική σήμανση βάθους διευκολύνοντας έτσι την τοποθέτηση του άκρου του σωλήνα εντός της τραχείας
- να φέρει αντίσταση στο τσάκισμα (kinking) ώστε να ελαχιστοποιεί την πιθανότητα απόφραξης του σωλήνα
- να φέρει ατραυματικό murphy-eye ο σχεδιασμός του οποίου να διευκολύνει τον αμφίπλευρο αερισμό και την αναπνευστική δίοδο
- να φέρει συνδετικό 15mm (ISO 5356-1) συμβατό με τα κυκλώματα ανασθησίας
- να είναι ατραυματικός
- να είναι αποστειρωμένος, μιας χρήσης
- να είναι ακτινοσκοπικός blue line χωρίς να διακόπτεται η ακτινοσκοπική γραμμή στο σημείο murphy-eye
- να είναι LATEX-FREE
- να ενδείκνυται για μικρή/μεγάλη παραμονή χειρουργείου-MEΘ
- να διατίθεται σε Νο από 2 έως 10 (ανά 0,5)
- Να κατατεθεί δείγμα προς πιστοποίηση των ανωτέρω

Ζητούνται οι ανωτέρω προδιαγραφές ενδοτραχειακών σωλήνων για τον επόμενο διαγωνισμό ώστε να εξασφαλίσουμε ενδοτραχειακή διασωλήνωση στους μικρούς ασθενείς με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια χωρίς τραυματισμό του ανώτερου αεραγωγού.

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΥ

