

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ
 Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
 Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8 Πεντέλη
 Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών
 Πληροφ.: ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΝΟΝΑ
 Τηλ . 213 2052 508 ή 518
 e-mail promitheion@paidon-pentelis.gr

Πεντέλη, 02.05.2023
 Αρ. Πρωτ: 5221/04.05.2023

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Προμήθειας Εξωσυμβατικού Είδους

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδων Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια των κάτωθι ειδών, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή

**ΜΟΡΦΟΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ
 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ**

*Επισυνάπτονται τεχνικές προδιαγραφές
 ποσότητα προς προμήθεια 30 τμχ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΜΕΘ, ΤΗΛ 2132052333,

Η αξιολόγηση θα γίνει από τη ΜΕΘ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μονάδα μέτρησης	Τιμή Μονάδος χωρίς ΦΠΑ	Συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	Τελική Τιμή	Κωδικός Παρατηρητηρίου	Τιμή Παρατηρητηρίου	
1									

Το παραπάνω είδος πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρει σήμανση CE.

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές απορρίπτονται. (Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ).

Οι προσφορές δύνανται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών μέσω e-mail

promitheion@paidon-pentelis.gr, έως **ΤΡΙΤΗ 9/5/2023 & ώρα 10:00** .

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά με τη δημοσίευση του παρόντος.

**Η ΑΝΑΠΛ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
 ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥ**

Προδιαγραφές

- 1. Πλήρες σετ μορφομετατροπέα πίεσης με ενσωματωμένο το μικροκύκλωμα μετατροπής της πίεσης (chip).**
- 2. Με ενσωματωμένη μη αποσπώμενη συσκευή ορού χωρίς αεραγωγό.**
- 3. Με προέκταση προς τον ασθενή σε πιέσεις (500 760 mmHg) μήκους περίπου 150 cm.**
- 4. Να φέρουν δύο τρόπους έκπλυσης (με πίεση και εφελκυσμό) για ασφάλεια που να ενεργοποιούνται εύκολα από όλες τις γωνίες χρήσης.**
- 5. Να είναι LATEX FREE και ελεύθεροι πλαστικοποιητών (DEHP-PHT FREE).**
- 6. Να είναι αποστειρωμένοι, μιας χρήσης και να περιέχονται τα αυτοκόλλητα ένδειξης πίεσης και τα κατάλληλα τρία κίτρινα μη αεριζόμενα και τρία λευκά αεριζόμενα πώματα.**
- 7. Να παρέχονται προς χρήση από την προμηθεύτρια εταιρεία τα συνδετικά καλώδια με τα monitors του νοσοκομείου**
- 8. Οι μορφομετατροπείς που χρησιμοποιούνται στα τμήματα/μονάδες του νοσοκομείου να είναι κοινοί.**
- 9. Να κατατεθεί δείγμα και αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης.**
- 10. Να φέρει σήμανση CE.**