



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
1<sup>η</sup> Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ  
Γ.Ν.ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ  
Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8, Π. Πεντέλη  
Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών  
Πληροφ.: ΕΥΑΓΓ. ΠΛΙΑΚΟΥ  
Τηλ . 213 2052 508, 518  
e-mail: [promitheion@paidon-pentelis.gr](mailto:promitheion@paidon-pentelis.gr)

ΑΔΑ

**Πεντέλη, 01-05-2024**  
**Αρ. Πρωτ.:5670/09.05.2024**

**ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Προμήθειας Εξωσυμβατικού Είδους**

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδων Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια του κάτωθι είδους, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών για,

**ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΚΡΑΜΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΑΣΗ ΑΠΟ Θ3-Ο2, ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ Σ. Θ.-Π. , ΠΑΣΧΟΝΤΑ ΑΠΟ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΣΚΟΛΙΩΣΗ, ΠΟΥ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ:**

1. ΑΥΤΟΚΟΠΤΟΥΣΕΣ, ΠΟΛΥΑΞΟΝΙΚΕΣ ΒΙΔΕΣ ΤΥΠΟΥ TOP LOADING ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΚΛΙΠ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΕΩΣ 180 ΜΟΙΡΩΝ ΣΕ ΕΓΚΑΡΣΙΟ ΚΑΙ 45 ΜΟΙΡΩΝ ΣΕ ΟΒΕΛΙΑΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ, ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΚΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΡΑΒΔΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΑΝΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΑΤΑΞΗΣ (ΤΟΣΟ ΣΤΟ ΕΓΚΑΡΣΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ, ΟΣΟ ΚΑΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΠΟΝΔΥΛΟΥ).
2. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΔΥΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΜΟΝΟΑΞΟΝΙΚΕΣ ΒΙΔΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΑΓΚΙΣΤΡΩΝ (ΑΓΚΙΣΤΡΑ ΓΙΑ ΑΥΧΕΝΑ, ΥΠΕΡΠΕΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΠΕΤΑΛΙΑ, OFFSET, ΓΩΝΙΩΔΗ, ΠΡΟΤΕΤΑΜΕΝΟΥ ΠΕΛΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΚΟΛΙΩΣΗΣ) ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗ ΚΕΦΑΛΗ, ΜΕ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 10 ΜΟΙΡΩΝ ΣΕ ΟΒΕΛΙΑΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ.
3. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΡΑΒΔΟΥΣ ΚΡΑΜΑΤΟΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΩΝ, ΣΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 6ΜΜ ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ ΑΠΟ 400ΜΜ ΕΩΣ 500ΜΜ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΚΡΟ ΔΥΝΑΜΟΠΟΙΗΣΗΣ.
4. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΡΑΒΔΩΝ, ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΑΙ ΠΛΑΓΙΑ (ΤΕΧΝΙΚΗ DOMINO).
5. ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΧΑΜΗΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΩΝ, ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΑ (ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ, ΓΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΡΟΦΗΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ.

**Πιθανή ημερομηνία χειρουργείου: 22-05-2024.**

**ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ: μέχρι 14.000,00€ συμπεριλαμβ. φπα**

Α	ΕΙΔΟΣ	Ποσό ητα	Τιμή Μονάδ ος χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	Τελική Τιμή	Κωδικ ός Παρατ ηρητη ρίου	Τιμή Παρατ ηρητη ρίου
1							

Τα παραπάνω είδη πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν σήμανση CE.

**Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. . Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές, απορρίπτονται.**

**(Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ)**

**ΠΛΗΡ/ΡΙΕΣ : ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΤΗΛ. 213 2052 522.  
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ κα ΠΑΣΠΑΤΗ τηλ. 213 2052  
314, 410**

**Οι προσφορές θα κατατίθενται στο γραφείο Προμηθειών, (κτήριο Δ, 1<sup>ος</sup> όροφος) σε κλειστό φάκελο με αριθμό πρωτοκόλλου από την Γραμματεία του Νοσοκομείου, στον οποίο απαραίτητως θα πρέπει να αναφέρεται ο αριθμός πρωτοκόλλου του αιτήματος και να έχουν διάρκεια τουλάχιστον 2 μήνες.**

**μέχρι και την ΤΕΤΑΡΤΗ 15/05/2024 και ώρα 14:30**

**Ο ΚΟΙΝΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ**

**ΗΛΙΑΣ ΔΑΛΑΪΝΑΣ**