

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν.ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 8 Πεντέλη
Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών
Πληροφ.: ΕΥΑΓΓ. ΠΛΙΑΚΟΥ
Τηλ . 213 2052 508 , 518
Fax: 213 2052 441

Πεντέλη, 30-05-2016
Αρ. Πρωτ: 6272

ΘΕΜΑ: Α' Επαναληπτική Πρόσκληση Δελτίου Προμήθειας Εξωσυμβατικού Είδους

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδων Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια του κάτωθι είδους, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών, με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή της εγχώριας αγοράς για

- **Δύο (2) Πλήρη ΚΙΤ ανοσοφθορισμού για την εξέταση EBYJgG** και
- **Δύο (2) Πλήρη ΚΙΤ ανοσοφθορισμού για την εξέταση EBYJgM**

Συνημμένα : Τεχνικές Προδιαγραφές

Πληροφορίες : κα. Παναγιωτάκη 213 20 52 590

Το παραπάνω είδος πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν σήμανση CE.

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. . Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές, απορρίπτονται.
(Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ)

Οι προσφορές δύναται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών
μέσω **e-mail, promitheion@paidon-pentelis.gr**
έως και ΔΕΥΤΕΡΑ 06-06-2016 και **μέχρι τις 10:00**

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά από τη δημοσίευση του παρόντος.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
α/α
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σημαντική υποχρέωση των εταιρειών που θα συμμετάσχουν είναι :

1. Τα ΚΙΤ να είναι πλήρη και να μη χρεώνονται έξτρα αντιδραστήρια για να λειτουργήσει σωστά το ΚΙΤ.
2. Τα κύτταρα του υποστρώματος να εκφράζουν το υϊκό αντιγόνο σε ποσοστό 10% - 20%, ώστε να επιτρέπουν την εύκολη αξιολόγηση των θετικών δειγμάτων και να αποκλείουν τις περιπτώσεις αυτοάνοσων ψευδώς θετικών δειγμάτων.