

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 8 Πεντέλη

Αθήνα, 15/04/2015

Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών

Αρ. Πρωτ 4419/16.04.2015

Πληροφ.: ΠΑΤΡΑ Ε.

Τηλ . 213-2052508 ή 518

Fax: 213 2052441

ΘΕΜΑ: Δελτίο Προμήθειας Εξωσυμβατικού Είδους

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδων Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια του κάτωθι είδους, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδικτυο κατόπιν συλλογής προσφορών.

Κύκλωμα αναπνευστήρων νεογνικό, το οποίο περιλαμβάνει αυτοτροφοδοτούμενο θάλαμο νερού με δύο φλοτέρ να είναι πλήρως θερμαινόμενο (στο σκέλος της εισπνοής και της εκπνοής), ποσότητα προς προμήθεια 10 τεμάχια.

Το προς προμήθεια είδος πρέπει να είναι συμβατό με τους αναπνευστήρες SIEMENS και MAQUET και με τους υγραντήρες Fisher και Paykel που υπάρχουν στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου μας.

Επίσης, να είναι πλήρως θερμαινόμενα κυκλώματα αναπνοής (στο σκέλος της εισπνοής και της εκπνοής) με αυτοτροφοδοτούμενο θάλαμο νερού με 2 φλοτέρ, να έχουν ομοιόμορφη θέρμανση σε όλο το τοίχωμα του κυκλώματος ώστε να διατηρείται στεγνό το εκπνευστικό σκέλος.

Να είναι κατασκευασμένα από ειδικό υλικό που να διοχετεύεται η υγρασία στο περιβάλλον προστατεύοντας τον ασθενή και τον αναπνευστήρα.

Τα παραπάνω είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν σήμανση CE.

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών , δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές απορρίπτονται. (Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ)

Οι προσφορές δύναται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών μέσω FAX, **έως Τετάρτη 22/04/2015 ώρα 10:00 π.μ.**

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά από τη δημοσίευση του παρόντος.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Β.ΖΟΥΜΠΟΣ