

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν.ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 8 Πεντέλη
Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών
Πληροφ.: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΛΙΑΚΟΥ
Τηλ . 213 2052 518, 508
Fax: 213 2052 441

Πεντέλη, 20-01-2016
Αρ. Πρωτ.: 414

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προμήθειας εξωσυμβατικού είδους

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδών Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια του κάτωθι είδους, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών, με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή της εγχώριας αγοράς

- **ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΗΣ , ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ και ΚΥΚΛΙΚΟΣ , ως εξής:**

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΗ.**

A. Εργαλείο ευθείας διατομής-συρραφής ιστών μιας χρήσης, επαναφορτιζόμενο μαζί με ανταλλακτικές κασέτες (επαναφορτιζόμενος ευθύς κοπτοράπτης μιας χρήσης ανοιχτής χειρουργικής, Single Use Linear Reloadable Stapler-Cutter and Reloads)

- Να διαθέτει επαναφορτιζόμενα κλιπ μήκους συρραφής μεταξύ 45mm και 60mm για όλους τους τύπους ιστών (για αγγειακούς, λεπτούς και παχείς ιστούς)
- Να είναι εφοδιασμένος με τεχνολογία κατευθυνόμενης σύγκλισης του κλιπ με μία σκανδάλη σύγκλισης-πυροδότησης.
- Θα πρέπει να είναι ασφαλές στην χρήση, να κάνει καλή αιμόσταση, να είναι εύκολο στο κράτημα και την σωστή τοποθέτηση στους ιστούς και να διαθέτει μηχανισμό αποφυγής της πυροδότησης από λανθασμένο ή βιαστικό χειρισμό.
- Θα πρέπει να έχει δυνατότητα πολλαπλής χρήσης (πολλαπλής αλλαγής κασέτας και νέας χρήσης) σε κάθε ασθενή.
- Θα πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιείται και από δεξιόχειρες και αριστερόχειρες, να είναι απλό στην αλλαγή των ανταλλακτικών κασετών.
- Να συμπεριλαμβάνονται ανταλλακτικές κασέτες για κανονικό τύπο ιστών.
- Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε ανοιχτές όσο και σε λαπαροσκοπικές επεμβάσεις.

Τεμάχια 2 και 6 ανταλλακτικές κασέτες για κανονικό τύπο ιστού

B. Εργαλείο κυκλικής διατομής-συρραφής ιστών μιας χρήσης είτε ευθύ, είτε κυρτό (ενδοαυλικός κυκλικός αναστομωτήρας, μιας χρήσης, ανοιχτής χειρουργικής, Intraluminal Circular Stapler-Cutter, Linear or Curved)

- Διάμετρος της γραμμής αναστόμωσης που να κυμαίνεται από 20mm έως 30mm.
- Να είναι εύκολο στην χρήση, την σωστή τοποθέτηση και την αφαίρεση της κεφαλής.

. / .

- Να είναι ασφαλές στην χρήση, να κάνει καλή αιμόσταση και να υπάρχει μηχανισμός αποφυγής της πυροδότησης από λανθασμένο ή βιαστικό χειρισμό.
- Τα κλιπ να μην κλείνουν σε προκαθορισμένο ύψος αλλά να υπάρχει η δυνατότητα χειροκίνητης ρύθμισης του ύψους κλειστού κλιπ σε διάφορες τιμές από (1-2,5 mm) για ασφαλή αναστόμωση πολύ λεπτών αλλά και πολυ παχέων ιστών.

Τεμάχια 2

ΠΛΗΡΟΦ. κα ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ τηλ 213 2052 522

Το παραπάνω είδος πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν σήμανση CE.

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. . Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές, απορρίπτονται.
(Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ)

Οι προσφορές δύναται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών **μέχρι και την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29-01-2016** και **μέχρι τις 10:00**

α) FAX 213 2052 441 μέσω
β) e-mail, promitheion@paidon-pentelis.gr

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά από τη δημοσίευση του παρόντος.

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
α/α
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ