

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 8 Πεντέλη
Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών
Πληροφ.: ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΝΟΝΑ
Τηλ . 213 2052 508 ή 518
e-mail promitheion@paidon-pentelis.gr

Πεντέλη, 30.03.2022
Αρ. Πρωτ: 3789/06-04-2022

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Προμήθειας Εξωσυμβατικού Είδους

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδών Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην **άμεση** προμήθεια του κάτωθι είδους, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΓΙΑ
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ MAQUET

Ένα (1) τεμάχιο του είδους «Γνήσιος υγραντήρας αυτόματος και θερμαινόμενος», συμβατών με αναπνευστήρες MAQUET SERVO I & MAQUET SERVO U .

Οι τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρούνται είναι οι εξής:

- Να είναι σχεδιασμένος για χρήση από νεογνά έως ενήλικες.
- Να είναι πλήρως αυτόματος στη λειτουργία του, δηλαδή ρυθμίζει μόνος του τη θερμοκρασία και την υγρασία $-(37^{\circ}\text{C})$ και $> 33\text{mg/LH}_2\text{O}$ αντίστοιχα σε διασωληνωμένο ασθενή, ή 34°C και $>10\text{mg/LH}_2\text{O}$ αντίστοιχα για ασθενή σε μάσκα ή ρινική κάνουλα.
- Να μην επιτρέπεται η αλλαγή θερμοκρασίας από τον χρήστη (εκτός από τις προεπιλογές διασωληνωμένου ή σε μάσκα ασθενή), για την παροχή σωστής ύγρανσης και αποφυγή συγκέντρωσης νερού εντός του αναπνευστικού κυκλώματος.
- Να περιλαμβάνει καλώδιο θέρμανσης του κυκλώματος καθώς και καλώδιο μέτρησης και ελέγχου της θερμοκρασίας, ροής και της υγρασίας.
- Η ροή να ελέγχεται από αισθητήρα στην αρχή του θερμαινόμενου εισπνευστικού σκέλους για αποφυγή υπερθέρμανσης.
- Να ελέγχεται η θερμοκρασία του κυκλώματος σε δύο σημεία.
- Να μπορεί να εφαρμοσθεί σε διασωληνωμένους ασθενείς αλλά και σε ασθενείς με μάσκα ή ρινική κάνουλα.
- Να έχει ενσωματωμένους συναγερμούς με φωτεινές και ηχητικές ενδείξεις που να ελέγχουν απαραίτητα: τα υψηλά καθώς και τα χαμηλά επίπεδα θερμοκρασίας και υγρασίας του κυκλώματος, στον θάλαμο νερού και στο συνδετικό Υ του κυκλώματος. Επίσης τις συνδέσεις των καλωδίων (θέρμανσης του κυκλώματος και μέτρησης της θερμοκρασίας και υγρασίας).
- Να φέρει πλήκτρο ακύρωσης των ηχητικών συναγερμών (MUTE) (οι φωτεινές ενδείξεις των συναγερμών να παραμένουν) και να μην απενεργοποιείται σε καμία περίπτωση ο υγραντήρας.

- Να πληρεί όλες τις διεθνείς προδιαγραφές ασφαλείας ιατροτεχνολογικών προϊόντων και φέρει σήμανση CE.
- Να διαθέτει ISO 9001 & ISO 13485.
- Να είναι εγκεκριμένος από τον κατασκευαστικό οίκο των αναπνευστήρων που θα χρησιμοποιηθούν, το οποίο θα πιστοποιείται εγγράφως ή θα αναφέρεται στο manual .
- Να είναι μικρού βάρους.

Εκτιμώμενο Ποσό Δαπάνης: 2.250€ συμ ΦΠΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ , Τηλ 213 2052555,511, κος Χρυσανθόπουλος

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟ (ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μονάδα μέτρησης	Τιμή Μονάδος Χωρίς ΦΠΑ	Συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	Τελική Τιμή	Κωδικός Παρατηρητηρίου	Τιμή Παρατηρητηρίου	
1	ΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ								

Το παραπάνω είδος πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρει σήμανση CE.

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές απορρίπτονται. (Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ).

Οι προσφορές δύνανται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών μέσω e-mail promitheion@paidon-pentelis.gr, έως **ΤΡΙΤΗ 12-04-2022 & ώρα 10:00 .**

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά με τη δημοσίευση του παρόντος.

Η ΑΝΑΠΛ. ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥ