

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΝ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 8 Πεντέλη
Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών
Πληροφ.: ΕΥΑΓΓ. ΠΛΙΑΚΟΥ
Τηλ . 213 2052 508 ή 518
Fax: 213 2052 441

ΠΕΝΤΕΛΗ, 19-01-2016
Αρ. Πρωτ.: 218

ΘΕΜΑ: Δελτίο Προμήθειας Εξωσυμβατικού Είδους

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδών Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια του κάτωθι είδους, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών, με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή της εγχώριας αγοράς όπως καταγράφεται στο Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ., εάν υπάρχουν,

- **ΤΖΕΛ για τον ΗΕΓ SAN EI -96, ποσότητα προς προμήθεια είκοσι πέντε (25) δοχεία των 1.000ml.**

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Το gel ηλεκτροδίων θα πρέπει να:

1. Κατάλληλο για χρήση με όλες τις Κάσκες Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας
2. Αγώγιμο, ώστε να μειώνεται η αντίσταση κάθε ηλεκτροδίου της κάσκα, κατά την επαφή με το δέρμα.
3. **Παχύρευστο** για καλύτερη τοποθέτηση και να έχει την ακόλουθη σύσταση:
WATER, SODIUM CHLORIDE, ARAGUM T-1998, POTASSIUM, BITARTRATE, GLYCERIN, METHYLPARABEN, PROPYLPARABEN.
4. Να διατίθεται σε ποσότητα των 960g (32Oz).

ΔΕΙΓΜΑΤΑ προσκομίζονται επί ποινή αποκλεισμού

Το παραπάνω είδος πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν σήμανση CE.

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. . Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές, απορρίπτονται.
(Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ)

Οι προσφορές δύναται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών **μέχρι και την ΔΕΥΤΕΡΑ 25-01-2016** και **μέχρι τις 10:00**

μέσω

α) FAX 213 2052 441

β) e-mail, promitheion@paidon-pentelis.gr

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά από τη δημοσίευση του παρόντος.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
α/α
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ