

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 8, Π. Πεντέλη

ΑΔΑ

Π. Πεντέλη 05/04/2017

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφ.: ΠΑΤΡΑ Ε.
Τηλ . 213- 2052518 ή 508
Fax: 21032052441
Email: promitheion@paidon-pentelis.gr
ΑΦΜ 997355589
Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Αρ. Πρωτ : 4960/11.04.2017

**ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΜΟΝΙΤΟΡ ΣΕ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΘΕΣΗ »**

ΣΧΕΤ: Η από 2525/16.02.2017 Απόφαση Αν.Διοικητή, σχετικά με έγκριση
σκοπιμότητας δαπάνης προμήθειας ύψους 2480,00€ συμπεριλ. ΦΠΑ

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδών Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΜΟΝΙΤΟΡ ΣΕ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΘΕΣΗ, για την κάλυψη των αναγκών της ΜΕΘ (τμήμα στο οποίο δωρίστηκαν τέσσερα monitor), με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών, με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2480,00€ συμπεριλ. ΦΠΑ
ΚΑΕ 1429

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΔΟΥΣ : ΝΑΙ (επισυνάπτονται)

Πληροφορίες επί τεχνικών θεμάτων : κα Χρυσικού Ελένη τμηματάρχη Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και στο τηλέφωνο 213-2052555/556

Πληροφορίες επί των μονιτορ : κα Πετρίδου Ευδοκία προϊσταμένη της ΜΕΘ.

Οι προσφορές δύναται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών μέσω email , **έως 21/04 /2017, ημέρα Παρασκευή ώρα 10:00.**

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά από τη δημοσίευση του παρόντος στο Πρόγραμμα Διαύγεια και στον Ιστόχωρο του Νοσοκομείου.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΓΩΝΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΔΟΥΣ

Οι επιτοίχιες βάσεις πρέπει να πληρούν τις παρακάτω απαιτήσεις :

1) Να είναι κατάλληλη για επιτοίχια ανάρτηση, συμβατή με τα μόνιτορ Philips MX800 της ΜΕΘ.

2) Να αποτελείται από :

α) Επιτοίχιο κανάλι, εντός του οποίου θα σύρεται ο επιμήκης βραχίονας ανάρτησης του μόνιτορ, ώστε να τοποθετηθεί στο ιδανικό ύψος

β) Επιμήκη βραχίονα μήκους 30cm περίπου ο οποίος θα περιλαμβάνει βάση για την σταθερή τοποθέτηση του μόνιτορ, με δυνατότητα άμεσης απελευθέρωσης με το πάτημα ενός πλήκτρου και την δυνατότητα περιστροφής και δεξιά – αριστερά και πάνω-κάτω

γ) Τα απαραίτητα εξαρτήματα για την ανάρτηση της θήκης ενισχυτών και των διαφόρων καλωδίων και αισθητήρων του μόνιτορ

Η εγκατάσταση των βάσεων στην μονάδα και η τοποθέτηση των μόνιτορ θα γίνει με ευθύνη του προμηθευτή.