

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ. Ν.ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 8 Πεντέλη
Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών
Πληροφ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΛΙΑΚΟΥ
Τηλ . 213 2052 508 ή 518
e-mail promitheion@paidon-pentelis.gr,

Πεντέλη, 04-04-2023
Αρ. Πρωτ.: 4385/10-04-2023

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Προμήθειας Εξωσυμβατικού Είδους

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδων Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια των κάτωθι ειδους, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών,

- 1. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΡΡΟΥ ΜΕ ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΕΣ, ποσότητα προς προμήθεια 3.000 τμχ., ως ακολούθως:**
με μικρομετρικό ρυθμιστή ροής (τύπου dial-a-flow)

Μιας χρήσεως αποστειρωμένη

Να φέρει αιχμηρό διατρητικό ρύγχος

Με πώμα αεραγωγό με αδιάβροχο φίλτρο 3μ.

Με Υ διακλάδωση πριν το άκρο της συσκευής

Να φέρει διαφανή σταγονομετρικό θάλαμο με μικροβιοκρατές φίλτρο στο εσωτερικό κάτω σημείο του.

Να καταλήγει σε σύνδεση luer με ανεξάρτητα περιστρεφόμενο lock

Οι συνδέσεις των μερών να είναι αεροστεγείς και σταθερές και ο ρυθμιστής ροής να εξασφαλίζει τον ακριβή αριθμό των χορηγούμενου όγκου από 5 μέχρι 250mVώρα με τη βαρύτητα.

Να φέρει σήμανση CE.

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Τα παραπάνω είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν σήμανση CE.

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών , δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές απορρίπτονται. (Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ)

Οι προσφορές δύναται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών μέσω **e-mail**,
promitheion@paidon-pentelis.gr, **μέχρι και την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21-04-2023 & ώρα 09:00**

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά από τη δημοσίευση του παρόντος.

Η ΑΝΑΠΛ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥ