



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ. Ν.ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 8, π. Πεντέλη

Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών

Πληροφ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΛΙΑΚΟΥ

Τηλ . 213 2052 508 ή 518

e-mail promitheion@paidon-pentelis.gr,

Πεντέλη, 27-06-2025

Αρ. Πρωτ.: 8482

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Προμήθειας Εξωσυμβατικού Είδους

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδών Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια των κάτωθι είδους, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών, για

ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ PVC ΚΕΚΑΜΜΕΝΟΙ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ CUFF , ποσότητα προς προμήθεια , ως οι τεχνικές προδιαγραφές:**Ενδοτραχειακοί σωλήνες κεκαμμένοι**

1. Με cuff χαμηλής πίεσης, με σιλικοναρισμένο PVC, ελεύθεροι latex ατραυματικοί μιας χρήσης αποστειρωμένοι μιας χρήσης, θερμοευαίσθητοι, με διαφανή αεροθάλαμο σφαιρικού ή κωνικού σχήματος για πλήρη στεγανοποίηση, εξασφαλίζοντας τη συμμετρική διάτασή του όταν το φουσκώνουμε και παράλληλα να διατηρεί την κεντρική θέση του σωλήνα μακριά από τα τοιχώματα της τραχείας και του cuff ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο ρήξης της τραχείας. Το cuff να μην κάνει κήλη, να εμφανίζει ευαισθησία ώστε να παρακολουθεί την αλλαγή της πίεσης στη διάρκεια του αναπνευστικού κύκλου και να εξασφαλίζει αποτελεσματική εφαρμογή ακόμα κι όταν επιλέγουμε μικρότερο νούμερο σωλήνα για γρήγορη διασωλήνωση. Όταν ξεφουσκώνει να εφαρμόζει στενά γύρω από τον σωλήνα διευκολύνοντας την διασωλήνωση και αποσωλήνωση χωρίς τραυματισμούς. Οι σωλήνες να φέρουν murphy eye, να είναι ακτινοσκοπικοί. Το σχήμα του σωλήνα (καμπύλη) να είναι ανατομικό, μαλακό για να μπορεί να γίνει εύκολα η τοποθέτησή του πάνω από το πηγούνι ή τα χείλη.

No4,5	TMX	20
No5	TMX	40
No5,5	TMX	40
No6	TMX	40
No6,5	TMX	40
No7	TMX	20
No7,5	TMX	20

2. Χωρίς cuff με σιλικοναρισμένο PVC ελεύθεροι latex ατραυματικοί μιας χρήσης αποστειρωμένοι για στοματική και ρινική χρήση, θερμοευαίσθητοι , DEHP FREE, να φέρει αντίσταση στο τσάκισμα, να φέρει ατραυματικό murphy-eye ώστε να διευκολύνεται ο αμφίπλευρος αερισμός, να φέρει συνδετικό 15 mm συμβατό με τα κυκλώματα αναισθησίας, να είναι ακτινοσκοπικός blue line χωρίς να διακόπτεται η ακτινοσκοπική γραμμή στο σημείο murphy eye και να φέρει ειδική σήμανση βάθους. Το σχήμα του σωλήνα (καμπύλη) να είναι ανατομικό, μαλακό για να μπορεί να γίνει εύκολα η τοποθέτησή του πάνω από το πηγούνι ή τα χείλη.

No4	TMX	30
-----	-----	----

No4,5	TMX	30
No5	TMX	50
No5,5	TMX	50
No6	TMX	50
No6,5	TMX	50
No7	TMX	20
No7,5	TMX	20

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
ΠΛΗΡΟΦ. ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜ. τηλ. 213 2052 540

Τα παραπάνω είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν σήμανση CE.

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών , δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές απορρίπτονται. (Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ)

Οι προσφορές δύνανται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών μέσω **e-mail**, promitheion@paidon-pentelis.gr, έως **ΠΕΜΠΤΗ 27-06-2025 & ώρα 09:00 .**

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά από τη δημοσίευση του παρόντος.

Η ΚΟΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
ΖΩΗ ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ