

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ**  
**ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1<sup>η</sup> Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ**  
**Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 8 Πεντέλη**  
**Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών**  
**Πληροφ.: ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΝΟΝΑ**  
**Τηλ . 213 2052 508 ή 518**  
 e-mail [promitheion@paidon-pentelis.gr](mailto:promitheion@paidon-pentelis.gr)

**Πεντέλη, 10.05.2023**  
**Αρ. Πρωτ: 5829/17.05.2023**

**ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Προμήθειας Εξωσυμβατικού Είδους**

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδων Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια των κάτωθι ειδών, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

Ράμμα συνθετικό βραδείας απορρόφησης και αντοχής ( 6 και 2 μήνες) μονόκλωνο εκ πολυδιοξανόνης νο 2/0 βελ. στρογγυλή ½ του κύκλου, μήκους 26 mm

\*Επισυνάπτονται προδιαγραφές

Ενδεικτική ποσότητα προς προμήθεια: 72 τμχ

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ : Χειρουργείο, Τηλ 2132052522**

**Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ**

**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:**

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μονάδα μέτρησης	Τιμή Μονάδος χωρίς ΦΠΑ	Συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	Τελική Τιμή	Κωδικός Παρατηρητηρίου	Τιμή Παρατηρητηρίου	
1									

Το παραπάνω είδος πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρει σήμανση CE.

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές απορρίπτονται. (Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ).

Οι προσφορές δύνανται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών μέσω e-mail

[promitheion@paidon-pentelis.gr](mailto:promitheion@paidon-pentelis.gr), έως **ΤΕΤΑΡΤΗ 24/05/2023** & ώρα **10:00** .

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά με τη δημοσίευση του παρόντος.

**Η ΑΝΑΠΛ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ**  
**ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥ**

**Προδιαγραφές**

Ράμματα συνθετικά μονόκλινα βραδείας απορρόφησης από πολυδιοξανόνη. Να παρέχουν στήριξη 60-80% της αρχικής τους αντοχής τις πρώτες 14 μέρες, 35-70% τις πρώτες 28 μέρες και 35-60% της τάσεως τους για 42 ημέρες μετά την εμφύτευση, ανάλογα με τη διάμετρο του νήματος. Να απορροφούνται πλήρως από τον οργανισμό σε περίπου 180-240 ημέρες. Οι

βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI και περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5%, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση.