

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1<sup>η</sup> Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ  
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ  
Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 8 Πεντέλη  
Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών  
Πληροφ.: ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  
Τηλ . 213 2052 508 ή 518  
e-mail [promitheion@paidon-pentelis.gr](mailto:promitheion@paidon-pentelis.gr)

Πεντέλη, 09.11.2021  
Αρ. Πρωτ:12240/15-11-2022

**ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Προμήθειας Εξωσυμβατικού Είδους**

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδών Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια του κάτωθι είδους, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

1. ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ HIGH FLOW( ΥΨΗΛΗΣ ΡΟΗΣ) ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ MAQUET  
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 5 ΤΜΧ
2. ΡΙΝΙΚΗ ΚΑΨΟΥΛΑ adult small ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ ΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΟΡΤIFLOW  
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΤΕΜ.4
3. ΚΥΚΛΩΜΑ ΓΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΤIFLOW JUNIOR ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΕΞΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:  
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 5 ΤΜΧ

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΡΙΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΥΛΑΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ και optiflow junior ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΘΕΝΗ**

**A) ΡΙΝΙΚΗ ΚΑΝΟΥΛΑ**

Ρινική κάνουλα adult small για 20-40kg και μέγιστο ρυθμό ροής 50lt συμβατή με τα κυκλώματα optiflow.

ΤΕΜ. 4(τέσσερα)

**B)ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ**

- Να είναι συμβατό με τους υγραντήρες Fisher & Paykel και να

- αποδεικνύεται εγγράφως από τον κατασκευαστικό οίκο.
- Να είναι κλειστό σετ που να περιλαμβάνει ένα θερμαινόμενο κύκλωμα οξυγονοθεραπείας, μία προέκταση 50εκ. , διαμέτρου 20mm και έναν αυτοτροφοδοτούμενο θάλαμο νερού με δύο φλοτέρ.
- Να μπορεί να υποστηρίξει θεραπεία υψηλής ροής και CPAP .
- Να είναι μιας χρήσεως (τόσο το θερμαινόμενο κύκλωμα όσο και ο αυτοτροφοδοτούμενος θάλαμος νερού) με μέγιστο χρόνο συνεχούς χρήσης (7) ημέρες ανά ασθενή.
- TEM.5 (πέντε)

### **Γ) Θερμαινόμενο κύκλωμα οξυγονοθεραπείας**

**(optiflow junior) που να πληρεί τα εξής**

#### **χαρακτηριστικά:**

- Να είναι συμβατό με τους υγραντήρες Fisher & Paykel και να αποδεικνύεται εγγράφως από τον κατασκευαστικό οίκο.
- Να είναι κλειστό σετ που περιλαμβάνει ένα θερμαινόμενο κύκλωμα αναπνοής, έναν αυτοτροφοδοτούμενο θάλαμο νερού με δύο φλοτέρ και μια βαλβίδα διαφυγής.
- Η βαλβίδα να έχει υποδοχές για έλεγχο του ποσοστού οξυγόνου και της πίεσης που παρέχεται, να υποστηρίζει ροή από 0,5 έως 25l/min και να έχει σύστημα διαφυγής αέρα πάνω από 40cm H<sub>2</sub>O

- Να είναι μιας χρήσης (τόσο το θερμαινόμενο κύκλωμα όσο και ο αυτοτροφοδοτούμενος θάλαμος νερού) με μέγιστο χρόνο συνεχούς χρήσης.

Τεμ.5 (πέντε).

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΘ ΤΗΛ 210205233**

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μονάδα μέτρησης	Τιμή Μονάδος χωρίς ΦΠΑ	Συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	Τελική Τιμή	Κωδικός Παρατηρητηρίου	Τιμή Παρατηρητηρίου	
1									

Το παραπάνω είδος πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρει σήμανση CE.

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές απορρίπτονται. (Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ).

Οι προσφορές δύνανται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών μέσω e-mail [promitheion@paidon-pentelis.gr](mailto:promitheion@paidon-pentelis.gr), **ΤΡΙΤΗ 22-11-2022 & ώρα 10:00** .

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά με τη δημοσίευση του παρόντος.

**Η ΑΝΑΠΛ. ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ**

**ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥ**