

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 8 Πεντέλη
Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών
Πληροφ.: ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Τηλ . 213 2052 508 ή 518
e-mail promitheion@paidon-pentelis.gr

Πεντέλη, 03-11-2022
Αρ. Πρωτ: 11938/08-11-22

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Προμήθειας Εξωσυμβατικού Είδους

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδων Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια των κάτωθι ειδών, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών.

**1. ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ PVC ΕΥΘΥΣ ΧΩΡΙΣ CUFF No 3
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 10ΤΜΧ**

**2. ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ PVC ΕΥΘΥΣ ΧΩΡΙΣ CUFF No 3,5
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 20ΤΜΧ**

**3. ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ PVC ΕΥΘΥΣ ΧΩΡΙΣ CUFF No 4
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 20ΤΜΧ**

**4. ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ PVC ΕΥΘΥΣ ΧΩΡΙΣ CUFF No 4,5
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 40ΤΜΧ**

**5. ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ PVC ΕΥΘΥΣ ΜΕ CUFF No 3
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 10ΤΜΧ**

**6. ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ PVC ΕΥΘΥΣ ΜΕ CUFF No 3,5
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 10ΤΜΧ**

**7. ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ PVC ΕΥΘΥΣ ΜΕ CUFF No 4
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 10ΤΜΧ**

**8. ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ PVC ΕΥΘΥΣ ΜΕ CUFF No 4,5
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 20ΤΜΧ**

**9. ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ PVC ΕΥΘΥΣ ΜΕ CUFF No 5
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 50ΤΜΧ**

**10. ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ PVC ΕΥΘΥΣ ΜΕ CUFF No 5,5
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 40ΤΜΧ**

**11. ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ PVC ΕΥΘΥΣ ΜΕ CUFF No 6
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 50ΤΜΧ**

**12. ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ PVC ΕΥΘΥΣ ΜΕ CUFF No 6,5
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 50ΤΜΧ**

**13. ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ PVC ΕΥΘΥΣ ΜΕ CUFF No 7
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 30ΤΜΧ**

**14. ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ PVC ΕΥΘΥΣ ΜΕ CUFF No 7,5
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 20ΤΜΧ**

**15. ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ PVC ΚΕΚΑΜΜΕΝΟΣ ΧΩΡΙΣ CUFF Νο 6,5
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 40ΤΜΧ**

**16. ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ PVC ΚΕΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΕ CUFF Νο 5
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 20ΤΜΧ**

**17. ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ PVC ΚΕΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΕ CUFF Νο 5,5
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 30ΤΜΧ**

**18. ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ PVC ΚΕΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΕ CUFF Νο 6
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 20ΤΜΧ**

**19. ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ PVC ΚΕΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΕ CUFF Νο 6,5
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 20ΤΜΧ**

**20. ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ PVC ΚΕΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΕ CUFF Νο 7
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 20ΤΜΧ**

**21. ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ PVC ΚΕΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΕ CUFF Νο 7,5
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 20ΤΜΧ**

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ, τηλ 213205540

***ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ**

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μονάδα μέτρησης	Τιμή Μονάδος χωρίς ΦΠΑ	Συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	Τελική Τιμή	Κωδικός Παρατηρητηρίου	Τιμή Παρατηρητηρίου	
1									

Το παραπάνω είδος πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρει σήμανση CE.

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές απορρίπτονται. (Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ).

Οι προσφορές δύνανται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών μέσω e-mail promitheion@paidon-pentelis.gr, έως **ΤΡΙΤΗ 15-11-2022 & ώρα 9:00 .**

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά με τη δημοσίευση του παρόντος.

**Ο ΚΟΙΝΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ ΔΑΛΑΙΝΑΣ**

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΕΚΚΑΜΕΝΟΙ ΜΕ CUFF ORAL**

Οι Ενδοτραχειακοί Σωλήνες κκεκαμένοι με CUFF πρέπει:

- α) Να είναι κατασκευασμένοι από θερμοευαίσθητο διάφανο ή **σιλικοναρισμένο PVC** υψηλής ποιότητας ανεκτό από το ανθρώπινο σώμα.
- β) Το σχήμα του σωλήνα (**καμπύλη**) να έχει ανατομικό σχήμα, να είναι μαλακό για να μπορεί να γίνει εύκολα η τοποθέτησή του πάνω από το πηγούνι ή τα χείλη.
- γ) Να μην κάμπτονται, να είναι σκληροί αλλά σε θερμοκρασία σώματος να αποκτούν το ανατομικό σχήμα του ασθενή.
- δ) Το CUFF να είναι κυλινδρικού σχήματος, από **μαλακό, άθραυστο και ατραυματικό** υλικό και με μικρή επιφάνεια επαφής με τα τοιχώματα της τραχείας.
- ε) Το υλικό του CUFF να μην επιδέχεται απόξεση του όγκου ή της πίεσης του από τα αναισθητικά αέρια κατά την διάρκεια της επέμβασης.
- ς) Το CUFF να έχει **άριστη θερμοσυγκόλληση ταυτόχρονα με τον σωλήνα** εξασφαλίζοντας συμμετρική διάταση κατά το φούσκωμα του.
- η) Να φέρει ευαίσθητο οδηγό φουσκώματος για άμεσο έλεγχο α) της πλήρωσής του και β) των αλλαγών του αναπνευστικού κύκλου.
- θ) Να αναγράφεται το νούμερο του σωλήνα επάνω στον οδηγό φουσκώματος του CUFF για ακριβή έλεγχο.
- ι) Να διατίθενται σε νούμερα από **3 έως 9** με ενδιάμεσα μισά.
- κ) Να είναι **MURPHY EYE**, αποστειρωμένοι, ακτινοσκιεροί μίας χρήσης **ORAL**.

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ
ΕΥΘΕΙΣ ΜΕ MICROCUFF**

Ενδοτραχειακοί σωλήνες ευθείς με cuff (microcuff) από πολυουρεθάνη , με εξαιρετικά λεπτά τοιχώματα (13 microns) υψηλού όγκου, χαμηλής πίεσης (HVLP) , ειδικά σχεδιασμένοι στην ανατομία νεογνών και παιδών ώστε να μην μετασχηματίζει την ανατομία της τραχείας , να μονώνει (sealing) σχεδόν απόλυτα με λιγότερη πίεση απο τους συμβατούς τραχειοσωλήνες που το cuff απορτελείται απο PVC και να μην τραυματίζει για να ενδείκνυται σε επεμβάσεις μεγάλης διάρκειας όπως χειρουργική αποκατάστασης σκολίωσης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Α' ΥΠΕ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΠΑΛΑΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ Τ.Κ. 152 36
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Πεντέλη 06/04/2022

Προς: Διευχιση υλικού

ΚΟΙΝ: Γραφείο Προμηθειών

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΣ ΚΑΙ ΚΕΚΑΜΜΕΝΟΙ ΧΩΡΙΣ CUFF

Οι ενδοτραχειακοί σωλήνες πρέπει:

- να είναι κατασκευασμένοι από διάφανο θερμοεαίσθητο σιλικοναρισμένο PVC υψηλής ποιότητας ώστε να είναι τελείως ανεκτό από το ανθρώπινο σώμα,
- να έχει λείο εσωτερικό για εύκολο πέρασμα του καθετήρα αναρρόφησης
- Να είναι μέτρια σκληρός για να μην κάμπτεται για εύκολη διασωλήνωση απαλείφοντας την ανάγκη χρήσης οδηγού και θα αξιολογηθεί από το δείγμα που θα κατατεθεί
- να είναι θερμοεαίσθητος για να προσαρμόζεται στο απόλυτο ανατομικό σχήμα του ασθενούς
- να φέρει ειδική σήμανση βάρους διευκολύνοντας έτσι την τοποθέτηση του άκρου του σωλήνα εντός της τραχείας
- να φέρει αντίσταση στο τσάκισμα (kinking) ώστε να ελαχιστοποιεί την πιθανότητα απόφραξης του σωλήνα
- να φέρει ατραυματικό murphy-eye ο σχεδιασμός του οποίου να διευκολύνει τον αμφίπλευρο αερισμό και την αναπνευστική δίοδο
- να φέρει συνδετικό 15mm (ISO 5356-1) συμβατό με τα κυκλώματα αναισθησίας
- να είναι ατραυματικός
- να είναι αποστειρωμένος, μιας χρήσης
- να είναι ακτινοσκοπικός blue line χωρίς να διακόπτεται η ακτινοσκοπική γραμμή στο σημείο murphy-eye
- να είναι LATEX-FREE
- να ενδείκνυται για μικρή/μεγάλη παραμονή χειρουργείου-MEΘ
- να διατίθεται σε Νο από 2 έως 10 (ανά 0,5)
- Να κατατεθεί δείγμα προς πιστοποίηση των ανωτέρω

Ζητούνται οι ανωτέρω προδιαγραφές ενδοτραχειακών σωλήνων για τον επόμενο διαγωνισμό ώστε να εξασφαλίσουμε ενδοτραχειακή διασωλήνωση στους μικρούς ασθενείς με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια χωρίς τραυματισμό του ανώτερου αεραγωγού.

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΥ

