

ΠΕΝΤΕΛΗ 24.04.2015

ΠΡΟΣ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΥΣΕΩΣ ΕΡΥΘΡΩΝ

- Αριθμητικό πληκτρολόγιο
- Πλήρως αυτόματη λειτουργία
- Με γωνιακή κεφαλή **12** θέσεων σωλήνων 10 x 75 mm . Μέγιστη ταχύτητα 1.000 έως 3.550 στροφές το λεπτό.
- Αυτόματη διακοπή σε περίπτωση προβλήματος.
- Χρόνος κύκλου έκπλυσης: 60-80 sec.
- Ανθεκτικής κατασκευής, καθαρίζεται εύκολα και αντέχει στη διάβρωση.
- Κύκλοι φυγόκεντρης (1-4).
- Αθόρυβη λειτουργία στα 220V/50Hz.

Να δίδεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 24 μηνών.

ΓΕΝΙΚΑ

1. Να είναι τελευταίας τεχνολογίας και να πληροί τα διεθνή πρότυπα (standards) , ασφαλείας (CE Mark, TUV, ISO κλπ) τα οποία αναφέρονται και τεκμηριώνονται από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.
2. Οι προσφέρουσες εταιρίες να είναι πιστοποιημένες με ISO 9001:2008 , ISO 13485:2008, και Υπουργική Απόφαση ΔΥ8/1348/2004, για διακίνηση Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων αλλά και Τεχνική Υποστήριξη αυτών .
3. Να δοθεί αναλυτική λίστα πελατών με ιδίου τύπου μηχανήματα που λειτουργούν στην Ελλάδα.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΜΑΚΡΗ ΑΝΤΩΝΙΑ

ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΓΕΡΑΣΟΥΔΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ