



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8, Π. Πεντέλη
Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών
Πληροφ.: ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Τηλ . 213 2052 508 ή 518
e-mail promitheion@paidon-pentelis.gr

Πεντέλη, 06-06-2025
Αρ. Πρωτ: 7455

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Προμήθειας Εξωσυμβατικού Είδους

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδών Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια των κάτωθι ειδών, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών για

- ΜΟΡΦΟΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΙΕΣΗΣ , ποσότητα προς προμήθεια 60 τμχ.**

ΔΕΙΓΜΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡ/ΝΗ ΜΕΘ κα ΣΙΟΥΤΗ, ΤΗΛ 213-2052333
****ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ****
Η αξιολόγηση θα γίνει από τους χρήστες

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μονάδα μέτρησης	Τιμή Μονάδος χωρίς ΦΠΑ	Συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	Τελική Τιμή	Κωδικός Παρατηρήσιου	Τιμή Παρατηρήσιου	
1									

Το παραπάνω είδος πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρει σήμανση CE.

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές απορρίπτονται. (Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ).

Οι προσφορές δύνανται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών μέσω e-mail

promitheion@paidon-pentelis.gr, έως **ΤΕΤΑΡΤΗ 11-06-2025 & ώρα 14:30 .**

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά με τη δημοσίευση του παρόντος. Να αναγράφεται στο θέμα του ηλεκτρικού μηνύματος ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης

Η ΚΟΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΖΩΗ ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

******ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ******

Μορφομετατροπείς αρτηριακής πίεσης (transducers)

1. Πλήρες σετ μορφομετατροπέα πίεσης με ενσωματωμένο το μικροκύκλωμα μετατροπής της πίεσης (chip).
2. Με ενσωματωμένη μη αποσπώμενη συσκευή ορού χωρίς αεραγωγό.
3. Με προέκταση προς τον ασθενή σε πιέσεις (500 760 mmHg) μήκους περίπου 150 cm.
4. Να φέρουν δύο τρόπους έκπλυσης (με πίεση και εφελκυσμό) για ασφάλεια που να ενεργοποιούνται εύκολα από όλες τις γωνίες χρήσης.
5. Να είναι LATEX FREE και ελεύθεροι πλαστικοποιητών (DEHP-PHT FREE).
6. Να είναι αποστειρωμένοι, μιας χρήσης και να περιέχονται τα αυτοκόλλητα ένδειξης πίεσης και τα κατάλληλα τρία κίτρινα μη αεριζόμενα και τρία λευκά αεριζόμενα πώματα.
7. Να παρέχονται προς χρήση από την προμηθεύτρια εταιρεία τα συνδετικά καλώδια με τα monitors του νοσοκομείου
8. Να κατατεθεί δείγμα και αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης.
9. Να φέρει σήμανση CE.