



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε. ΣΟΥΣΑΝΙΔΗΣ
ΤΗΛ.: 213-2052518
ΦΑΞ : 213-2052441
Email: promitheion@paidon-pentelis.gr

ΑΔΑ: ΨΘ0Λ469Η24-ΑΙΤ

Ημερομηνία	27/10/2020
Αρ. Πρωτ. :	11271

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διενέργεια προκαταρκτικής διαβούλευσης επι του σχεδίου των τεχνικών προδιαγραφών για την κατοχύρωση συστήματος προσδιορισμού ομάδος αίματος, φαινοτύπου, Coombs και δοκιμασιών συμβατότητας σε ημιαυτόματο εξοπλισμό (συνοδός εξοπλισμός)

Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Ανακοινώνει την διενέργεια προκαταρκτικής διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την **για την κατοχύρωση συστήματος προσδιορισμού ομάδος αίματος, φαινοτύπου, Coombs και δοκιμασιών συμβατότητας σε ημιαυτόματο εξοπλισμό**

1. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε ΔΕΚΑ εργάσιμες ημέρες από την επομένη της ανάρτησης τους στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου (www.paidon-pentelis.gr/ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ/ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ) **ήτοι έως 6/11/2020 ημέρα Παρασκευή**

Σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες προδιαγραφές για πέντε επιπλέον ημέρες.

2. Οι ενδιαφερόμενοι αφού λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών οι οποίες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου , μπορούν να αποστείλουν εμπρόθεσμα τις παρατηρήσεις τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση promitheion@paidon-pentelis.gr.

3. Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή αναδόχων, εξασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα την ποιότητα της υπηρεσίας.

4. Μετά την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών και την έγκριση αυτών θα προκηρυχθεί συνοπτικός διαγωνισμός προϋπολογισμού 13.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ..

Ο ΚΟΙΝΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΔΑΛΑΙΝΑΣ ΗΛΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**ΠΙΝΑΚΑΣ 1**

α/α	Εξέταση	Αριθμός εξετάσεων κατ'έτος	Συνολική Τιμή με Φ.Π.Α
1	Προσδιορισμός Ομάδας- Rhesus-ευθύς και ανάστροφος-(A1/B) με control	600	
2	Προσδιορισμός ομάδας αίματος (ευθεία)ABO/Rh-D με control	600	
3	Ανίχνευση Du(θα συνεκτιμηθεί εάν εμπεριέχεται σε κάρτα ομάδος για οικονομικούς λόγους)	400	
4	Προσδιορισμός Φαινοτύπου Rh/Kell	1000	
5	Άμεση Coombs	600	
6	Έμμεση Coombs	600	
7	Διασταυρώσεις (σε θερμοκρασία περιβάλλοντος)	600	
8	Διασταυρώσεις (σε θερμοκρασία 37οC)	600	
9	Screening 3 κυττάρων για την έμμεση coombs	12 συσκευασίες	
10	Προσδιορισμός ομάδος αίματος σε νεογνά.(θα συνεκτιμηθεί η DAT ή IgG στην ίδια κάρτα)	50	
11	Ανάλυτική άμεσης Coombs	50	
	ΣΥΝΟΛΟ		Περίπου 13000ευρώ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΤΗΛΩΝ ΑΙΜΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

Γενική περιγραφή εξετάσεων

1. Κάρτες μικροστηλών για καθορισμό ABO και Rhesus με ανάστροφο προσδιορισμό. **(πίνακας 1,α/α 1)**
2. Κάρτες μικροστηλών για καθορισμό ABO και Rhesus χωρίς ανάστροφο προσδιορισμό. **(πίνακας 1,α/α 2)**
3. Κάρτες μικροστηλών για καθορισμό φαινοτύπου Rhesus-Kell. **(πίνακας 1,α/α 4)**
4. Κάρτες μικροστηλών για διασταυρώσεις, έμμεσης και άμεσης Coombs. **(πίνακας 1,α/α 5,6,7,8,9)**
- 5.Κάρτες μικροστηλών για ανάλυση άμεσης Coombs. **(πίνακας 1,α/α 11)**
- 6.Κάρτες μικροστηλών για νεογνά. **(πίνακας 1,α/α 10)**
- 7.Ανίχνευση Du. **(πίνακας 1,α/α 3)**

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ

1. Οι ζητούμενες εξετάσεις να πραγματοποιούνται με τεχνική μικροστηλών αιμοσυγκόλλησης
2. Η μέθοδος να έχει υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα, η οποία να αποδεικνύεται με σχετική διεθνή βιβλιογραφία.
3. Να μην απαιτείται πλύσιμο ερυθροκυττάρων για την εκτέλεση των δοκιμασιών
4. Να διατίθεται control ελέγχου μη ειδικών αντιδράσεων για τις εξετάσεις ομάδος, Rhesus και φαινότυπου
5. Ο συνολικός χρόνος για την εκτέλεση της δοκιμασίας συμβατότητας να είναι μικρότερος των 25 λεπτών
6. Να υπάρχει εμπειρία στην Ελλάδα από την χρήση της μεθόδου
7. Να φέρουν το σήμα CE και πιστοποιητικά CE και ISO
8. Να προσφερθούν όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια και αναλώσιμα υλικά για την εκτέλεση κάθε εξέτασης
9. Η προσφορά να καλύπτει όλες τις ζητούμενες εξετάσεις του πίνακα 1.
10. Τα φυλλάδια με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του οίκου να είναι στην αγγλική ή και στην ελληνική με επίσημη μετάφραση.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ**Φυγόκεντρος καρτών**

- Να είναι συμβατή με τη προσφερόμενη μεθοδολογία
- Να διαθέτει ενδείξεις υπολειπόμενου χρόνου καθώς και αριθμού στροφών/λεπτό.
- Ηχητικό και οπτικό σήμα για το τέλος της διαδικασίας
- Ηχητικός και οπτικός συναγερμός για μη ισομερή κατανομή φορτίου

Επωαστικό καρτών

- Να είναι συμβατό με τη προτεινόμενη μεθοδολογία
- Ηχητικό και οπτικό σήμα για το πέρας του χρόνου επώασης
- Προειδοποίηση για μη ενδεδειγμένη θερμοκρασία επώασης

Δοσομετρητής/Πιπέτα

- Να είναι συμβατά με τους όγκους που χρησιμοποιούνται