




ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
1η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΓΡΑΦ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ANNA ΡΙΣΤΑ
ΤΗΛ.: 213-2052518
ΦΑΞ : 213-2052441
Email: promitheion@paidon-pentelis.gr

1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ.ΝΟΣ.ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΑΡ.ΠΡΩΤ. : 11820
HM/NIA: 22/11/2021



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΩΡΛ ΤΟΥ Γ.Ν.Π.Π.

Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις υπ' αριθμ. 11125/15-11-2021 τεχνικές προδιαγραφές .

Ανακοινώνει την 1^η διαβούλευση επί του σχεδίου των τεχνικών προδιαγραφών , σχετικά με την προμήθεια ενός ενδοσκοπικού πύργου, για τις ανάγκες της κλινικής ΩΡΛ του Γ.Ν.Π.Π.

1. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε εφτά (7) ημέρες από την επομένη της ανάρτησης τους στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου (www.paidon-pentelis.gr/ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ/ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ) .
2. Οι ενδιαφερόμενοι, αφού λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών, οι οποίες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου , μπορούν να αποστέλουν εμπρόθεσμα τις παρατηρήσεις τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση promitheion@paidon-pentelis.gr .
3. Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή υποψηφίων αναδόχων, εξασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα την ποιότητα της υπηρεσίας.
4. Μετά την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών, θα διενεργηθεί Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Ο ΚΟΙΝΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΔΑΛΑΪΝΑΣ

ΡΙΣΤΑ ΆΝΝΑ
Π.Ε ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Γ.Ν.Π.Π.

ΖΑΓΚΑΒΙΕΡΟΣ ΓΙΩΓΟΣ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Γ.Ν.Π.Π.

ΚΑΛΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Γ.Ν.Π.Π.

Ευσταθία Κατοικού
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

«Προμήθεια ενδοσκοπικού πύργου για την ΩΡΛ Κλινική»

Στα εξωτερικά ιατρεία της ΩΡΛ κλινικής υπάρχει ένας παλαιάς τεχνολογίας ιατρικός εξοπλισμός (ενδοσκοπικός πύργος με οπτική ρινός 0°, 30° 2,7mm και οπτική λάρυγγα 70° 4mm) για την εξέταση και διάγνωση των τακτικών και των επειγόντων περιστατικών που προσέρχονται καθημερινά στο νοσοκομείο μας. Επισημαίνεται ότι η οθόνη του ενδοσκοπικού συστήματος είναι μία κοινή τηλεόραση από έτους που έχει αντικαταστήσει την κανονική λόγω δυσλειτουργίας της.

Ο εν λόγω ιατρικός εξοπλισμός λόγω βλάβης δε δύναται να εξυπηρετήσει της ανάγκες του νοσοκομείου μας, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα επισκευής του από την αντιπρόσωπο εταιρεία. Συνεπώς η αντικατάσταση του κρίνεται άμεση και αναγκαία. Επιβεβαιώνεται πως στο νοσοκομείο μας εξετάζονται καθημερινά πληθώρα περιστατικών. Ο εξοπλισμός αυτός είναι απαραίτητος στη διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτική αντιμετώπιση ασθενών με συνήθεις και σπάνιες παθήσεις ρινός, παραρρινών κόλπων και λάρυγγα. Η αναγκαιότητα του αφορά επίσης επείγουσες ΩΡΛ καταστάσεις επαπελούμενου αεραγωγού και αφαίρεσης ξένου σώματος. Ιδιαίτερα χρήσιμος είναι στη διάγνωση συγγενών ανωμαλιών, όπως λαρυγγομαλακία, τραχειοσφαγικό συρίγγιο, σχιστίες λάρυγγα κτλ. και συνδρόμων που διαγνώσκονται κατά τη νεογνική και παιδική ηλικία με προεξάρχοντα ΩΡΛ συμπτώματα. Η έλλειψη του καθιστά τη λειτουργία των ΩΡΛ ιατρείων επισφαλή και την ιατρική πράξη δυσλειτουργική.

Για όλα τα ανωτέρω σας ζητάμε την αντικατάσταση του ενδοσκοπικού συστήματος των ιατρείων ΩΡΛ με τα παρακάτω χαρακτηριστικά

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΝΤΕΟΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗΣ

ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ

Γενικά

- ✓ Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας δύο ετών.
- ✓ Όλα τα προσφερόμενα απαραίτητα θα πρέπει να είναι του ιδίου οίκου για πλήρη συμβατότητα και ομοιογένεια.
- ✓ Όλα τα προσφερόμενα θα πρέπει να φέρουν το CE Mark πιστοποιημένο από επίσημο φορέα.
- ✓ Οι προσφορές θα περιλαμβάνουν το σύνολο των ζητούμενων ειδών.
- ✓ Να δύναται να προσφερθούν με αντικατάσταση των παλαιών.
- ✓ Τα τεχνικά χαρακτηριστικά να αποδεικνύονται από τα επίσημα εργοστασιακά prospectus και να κατατεθεί πλήρες φύλλο συμμόρφωσης.

Το σύστημα να περιλαμβάνει σε ενιαία μονάδα είτε σε συνδυασμό συσκευών τα κάτωθι:

1. Μόνιτορ
2. Πηγή φωτισμού LED
3. Ενδοσκοπική κάμερα με Ψηφιακό σύστημα αρχειοθέτησης

1. MONITOR

- 1.1. Το μόνιτορ να είναι τουλάχιστον 18" με ανάλυση FULL HD με φυσική απόδοση των χρωμάτων.
- 1.2. Να διαθέτει αντίθεση περίπου 1200:1
- 1.3. Το πάνελ να μη διαθέτει ακμές για τον καλύτερο καθαρισμό του
- 1.4. Να είναι αφής για τον έλεγχο των λειτουργιών της κάμερας
- 1.5. Να είναι του ιδίου οίκου με την προσφερόμενη κάμερα εφόσον διατίθεται από τον κατασκευαστικό οίκο για μεγιστοποίηση του απεικονιστικού αποτελέσματος.
- 1.6. Να έχει βάση τοποθέτησης VESA 100

2. ΠΗΓΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ LED

- 2.1. Να είναι τεχνολογίας LED εξασφαλίζοντας μεγάλη διάρκεια ζωής της λυχνίας
- 2.2. Η πηγή να παρέχει υψηλής ποιότητας φωτισμό με θερμοκρασία χρώματος 5700 K περίπου για πιστή απόδοση των χρωμάτων, παρόμοιο με το "φως ημέρας".
- 2.3. Να μπορεί να αυξομειώνεται η ένταση χειροκίνητα μέσω της οθόνης αφής και αυτόματα.
- 2.4. Να έχει δυνατότητα προσαρμογής κατάλληλου συνδετικού για καλώδια ψυχρού φωτισμού διαφόρων κατασκευαστών.
- 2.5.

3. ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΑΜΕΡΑ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ

- 3.1. Να διαθέτει έξοδο DVI για σύνδεση σε εξωτερική οθόνη.
- 3.2. Να διαθέτει λειτουργίες : white balance, ψηφιακού zoom, πάγωμα εικόνας, ρύθμιση φωτεινότητας, ψηφιακά φίλτρα anti-moiré, κλπ.
- 3.3. Να υπάρχει δυνατότητα περιστροφής της εικόνας σε 180°.
- 3.4. Να μπορούν να συνδεθούν και βίντεο-ενδοσκόπια για άλλες εφαρμογές όπως: βιντεολαρυγγοσκόπια διασωλήνωσης, βιντεοβρογχοσκόπια διαφόρων διαμέτρων, βιντεοεύκαμπτα για ΩΡΑ.
- 3.5. Όλες οι λειτουργίες της κάμερας να μπορούν να ρυθμιστούν από τα προγραμματιζόμενα κομβία της προσφερόμενης κεφαλής κάμερας.
- 3.6. Να έχει δυνατότητα σύνδεσης με USB εκτυπωτή ιατρικής χρήσης και ποδοδιακόπτη για τον έλεγχο λειτουργιών.
- 3.7. Να μπορούν να συνδεθούν κεφαλές κάμερας FULL HD με για άκαμπτα ενδοσκόπια
- 3.8. Να διαθέτει ψηφιακό σύστημα αρχειοθέτησης/διαχείρισης ασθενών
- 3.9. Το καταγραφικό να μπορεί να συνδεθεί σε δίκτυο είτε για την μεταφορά των εξετάσεων στον server του νοσοκομείου είτε για την σύνδεση του με το γενικό worklist των ασθενών του νοσοκομείου (HIS/PACS).
- 3.10. Να διαθέτει εσωτερικό σκληρό δίσκο αποθήκευσης και δυνατότητα σύνδεσης εξωτερικού σκληρού μέσω USB
- 3.11. Να διαθέτει σύστημα προστασίας προσωπικών δεδομένων των ασθενών
- 3.12. Το καταγραφικό να συνοδεύεται από αδιάβροχο πληκτρολόγιο ιατρικής κλάσης (MDD) με touchpad (που να απολυμαίνεται) για πλοήγηση στο μενού, εισαγωγή των δημογραφικών στοιχείων του ασθενούς. Εναλλακτικά να γίνεται μέσω πληκτρολογίου από την οθόνη αφής.
- 3.13. Να μπορεί να καταγράφει φωτογραφίες και βίντεο σε ανάλυση FULL HD & αρχεία ήχου.

Ενδεικτικό κόστος με αντικατάσταση των παλαιών : **15.900 πλέον ΦΠΑ24%**

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ