

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 8, Π. Πεντέλη

ΑΔΑ

Π. Πεντέλη 28/6/2019

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφ.:Α.ΡΙΣΤΑ
Τηλ . 213- 2052518 ή 508
Fax: 21032052441
Email: promitheion@paidon-pentelis.gr
ΑΦΜ 997355589
Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Αρ. Πρωτ : 7168/01-07-19

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση ενδιαφέροντος, σχετικά με την προμήθεια ανοξείδωτου νιπτήρα για τη ΜΕΘ του νοσοκομείου.

ΣΧΕΤ: Την υπ.αριθμ. 6641/13-6-2019 Απόφαση Αν.Διοικητή, σχετικά με έγκριση σκοπιμότητας δαπάνης (ΑΔΑ:6ΝΟΜ469Η24-Δ55)

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδων Πεντέλης προτίθεται να προβεί **στην προμήθεια** ανοξείδωτου νιπτήρα για τη ΜΕΘ του νοσοκομείου, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο, κατόπιν συλλογής προσφορών, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΝΙΠΤΗΡΑΣ Μ.Ε.Θ

Νιπτήρας Ιατρών για την Μονάδα Εντατικής Θεραπείας INOX, μίας θέσης, κατασκευασμένος εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα, επίτοιχης τοποθέτησης με ενδεικτικές εξωτερικές διαστάσεις 950*620 mm και ύψος 500mm με υπερυψωμένη πλάτη ύψους 600mm από ανοξείδωτο χάλυβα και ανοξείδωτη λεκάνη με στόμιο αποχέτευσης στο μέσο, με διπλά τοιχώματα, με ανοξείδωτο πόδι κάλυψης και με αποχετευτική βαλβίδα και ανηρτημένο σιφώνι λυομένου τύπου.

Ο νιπτήρας να έχει υπερυψωμένη πλάτη και περιφερειακώς να φέρει ποδιά κάλυψης της λεκάνης και της αποχέτευσης από ανοξείδωτο χάλυβα.

Ο νιπτήρας να συνοδεύεται από μπαταρία που να λειτουργεί μέσω βραχίονα αγκώνος, ζεστού-κρύου νερού και από ειδικό δοχείο δοσομετρικής παροχής υγρού σάπωνος, επιτοίχιας στήριξης που να λειτουργεί επίσης μέσω βραχίονα άγκωνος και με παράθυρο ελέγχου της στάθμης του υπολοίπου σαπουνιού με μηχανισμό κλειδώματος .

Τα ράμφη παροχής νερού να βρίσκονται πιο ψηλά από το επίπεδο του νιπτήρα για λόγους σωστής απολύμανσης του χρήστη.

Ο νιπτήρας θα πρέπει να εγκατασταθεί από τον ανάδοχο, συμπεριλαμβανομένων των στηριγμάτων, χαλκοσωλήνων, ρακόρ και λοιπών γενικών εξαρτημάτων

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές απορρίπτονται. (Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ).

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΕ 1439: Χίλια τριακόσια ευρώ (1.300,00€) συμπεριλ. ΦΠΑ 24%.

Πληροφορίες επί τεχνικών θεμάτων : **ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 213 2052513/575**

Οι προσφορές δύναται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών μέσω email , έως **9/07/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ.**

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά από τη δημοσίευση του παρόντος στο Πρόγραμμα Διαύγεια και στον Ιστόχωρο του Νοσοκομείου.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΓΩΝΗΣ