



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

1η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΓΡΑΦ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ANNA ΡΙΣΤΑ

ΤΗΛ.: 213-2052518

ΦΑΞ : 213-2052441

Email: promitheion@paidon-pentelis.gr

Ημερομηνία	25/11/2019
Αρ.Πρωτ.	12006

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, **i) ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ DRAGER, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.860,00€, ii) ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ GE HEALTHCARE, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3.170,00€ ΚΑΙ iii) ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ COLUSSI, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3.540,00€)**

Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Ανακοινώνει την διαβούλευση επί του σχεδίου των τεχνικών προδιαγραφών για τη , για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών του Νοσοκομείου.

1. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε **πέντε (5) ημέρες** από την επομένη της ανάρτησης τους στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου (www.paidon-pentelis.gr/ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ/ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ) .

2. Οι ενδιαφερόμενοι αφού λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών οι οποίες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου , μπορούν να αποστείλουν εμπρόθεσμα τις παρατηρήσεις τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση promitheion@paidon-pentelis.gr

3.Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα την ποιότητα της προμήθειας.

4.Μετά την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών, θα διενεργηθεί διαγωνιστική διαδικασία για τη: **ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, i) ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ DRAGER, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.860,00€, ii) ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ GE HEALTHCARE, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3.170,00€ ΚΑΙ iii) ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ COLUSSI, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3.540,00€)».**

Ο ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΓΩΝΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΥΧΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ)

ΑΡΘΡΟ 1^ο. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Η συντηρήτρια εταιρεία θα πρέπει να παρέχει υπηρεσίες συντήρησης & επισκευών, εξαιρουμένων των ανταλλακτικών και των αναλωσίμων του (αισθητήρες περιχειρίδες καλώδια βυσματουμενες μονάδες γυάλινων η αποσπώμενων κλιβανιζόμενων τμημάτων κυκλώματα ασθενούς), συμπεριλαμβανομένων όλων των ΚΙΤ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (αναισθησιολογικών και ενισχυτών καπνογραφίας) για τον παρακάτω αναφερόμενο εξοπλισμό του Αναισθησιολογικού Τμήματος του Νοσοκομείου, κατασκευής του οίκου GE HEALTHCARE

1. Αναισθησιολογικό Μηχάνημα Model AESTIVA-7100 με S/N AMVF 01138 με MONITOR COMPACT με S/N 4925796 (MODULES M-CAIO 4914216 ,M-NESTPR 4928409)
2. Αναισθησιολογικό Μηχάνημα ΑΕΣΤΙΝΑ/7900 με S/N AMRH 01897.
3. Αναισθησιολογικό Συγκρότημα AESPIRE VIEW με S/N APHP00792 με MONITOR F-CU8 ME S/N 6753138 (MODULES M-CAIO 6745010 ,E-PRESTIN 6614565, E-ENTROPY 6761160).

ΑΡΘΡΟ 2^ο. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

2.1 Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ θα αναλάβει την σύμφωνη με τα ειδικά εγχειρίδια και τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου που αναφέρονται στα άρθρα 2 και 3 συντήρηση καθώς και τις τυχόν απαιτούμενες επισκευές κάθε μηχανήματος των παρελκόμενων και εξαρτημάτων του, καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος του προβλεπόμενου στη διακήρυξη χρονικού διαστήματος, ανεξαρτήτως αριθμού κλήσεων και επεμβάσεων, και ειδικότερα:

- α) Τον έλεγχο ασφαλείας, μετρήσεως τάσεων, γειώσεων κλπ.
- β) Τον έλεγχο ικανότητας λειτουργίας και καλής απόδοσης.

γ) Τις αναγκαίες ρυθμίσεις για την διατήρησή τους σε άριστη λειτουργική κατάσταση.

δ) Να παρέχεται πρωτόκολλο ηλεκτρικής ασφάλειας .

ε) Πλήρη πρωτόκολλα ελέγχου ποιότητας/μετρήσεων.

2.2 Στις υποχρεώσεις του περιλαμβάνεται επίσης και η αποκατάσταση τυχόν ανωμαλιών ή βλαβών και ειδικότερα:

α) Την εργασία για την αποκατάσταση βλαβών και ζημιών που οφείλονται σε φυσιολογική φθορά από τη συνήθη χρήση.

β) Η λήψη κάθε απαιτούμενου προληπτικού μέτρου για την αποφυγή τυχόν ανωμαλιών ή ζημιών.

δ) Τυχόν αναβαθμίσεις του κατασκευαστή Οίκου σε υπάρχοντα προγράμματα (software), εφόσον το ήδη εγκατεστημένο Hardware το επιτρέπει.

2.3 Η συντήρηση και οι επισκευές θα διεξάγονται με τα απαιτούμενα ειδικά εργαλεία και όργανα μέτρησης και ελέγχου (να αναφερθούν και να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά τους) από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ και με βάση τις διεθνώς ισχύουσες προδιαγραφές και έγγραφες οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου. Κατά τη συντήρηση ή επισκευή ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ θα προβαίνει σε απαιτούμενη τεχνική μετατροπή, για την άρτια και ασφαλή λειτουργία και απόδοση κάθε συστήματος με την προϋπόθεση ότι επιτρέπεται από τον κατασκευαστικό οίκο. Οι μετατροπές αυτές δεν θα έχουν επίπτωση στην παρεχόμενη ποιότητα και ταχύτητα των εκτελουμένων εξετάσεων, όπως αυτές προσδιορίζονται στις κατασκευαστικές του προδιαγραφές.

2.4 Η συντήρηση κι οι επισκευές των συστημάτων θα γίνονται από τεχνικούς της "ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ", ειδικά εκπαιδευμένους για το αναφερόμενο σύστημα. Στην προσφορά πρέπει να περιλαμβάνονται, με ποινή απόρριψης της προσφοράς, τα σχετικά πιστοποιητικά εκπαίδευσης των τεχνικών, η οποία έχει γίνει από τον κατασκευαστικό οίκο.

ΑΡΘΡΟ 3^ο . ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

3.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να πραγματοποιεί ετησίως μια (2) προγραμματισμένες επίσκεψης προληπτικής συντήρησης, ή αν ορίζεται διαφορετικά, σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστικού οίκου, κατά την διάρκεια εκάστου συμβατικού έτους , η οποία θα εκτελείται κατά την διάρκεια των εργασίμων ωρών και ημερών κατόπιν συμφωνίας των συμβαλλομένων. Θα περιλαμβάνει όλες τις προβλεπόμενες εργασίες ελέγχου, ρυθμίσεων και εσωτερικού καθαρισμού για την διατήρηση και εξασφάλιση της βέλτιστης και ασφαλούς λειτουργίας όλων των μερών του ανωτέρω μηχανήματος. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίζει και να τοποθετεί κατά την διάρκεια των προληπτικών συντηρήσεων όλα τα προβλεπόμενα kit συντήρησης .

ΑΡΘΡΟ 4^ο . ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

- 4.1 Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας του μηχανήματος ή οποιασδήποτε ανωμαλίας στη λειτουργία οποιουδήποτε από τα καλυπτόμενα με την παρούσα μέρη του, ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ υποχρεώνεται να προσέρχεται εντός εξι (6) το πολύ ωρών, από τη λήψη της σχετικής τηλεφωνικής ή έγγραφης με FAX ειδοποίησης εκ μέρους του Νοσοκομείου.
- 4.2 Σε περίπτωση που για την αποκατάσταση της βλάβης απαιτηθούν ανταλλακτικά το κόστος της προμήθειας τους θα βαρύνει το Νοσοκομείο και θα χρεώνονται ξεχωριστά σύμφωνα με τους τιμοκατάλογους της εταιρείας κατά την τρέχουσα περίοδο όπως αυτό ορίζεται από τον κατασκευαστικό Οίκο κατόπιν επίσημης ανάθεσης. Να κατατεθεί λίστα τυχόν αναγκαίων αναλώσιμων υλικών και ανταλλακτικών με τις αντίστοιχες τιμές οι οποίες θα είναι δεσμευτικές για το χρονικό διάστημα της σύμβασης και οι οποίες θα αξιολογηθούν στην τελική απόφαση ανάθεσης. Η εργασία τοποθέτησης των ανταλλακτικών βαρύνουν τον συντηρητή.

- 4.3 Οι επισκευές θα πραγματοποιούνται από Δευτέρα έως και Παρασκευή κατά τις ώρες από 07:30 έως 16.00, εξαιρουμένων εορτών & αργιών.

ΑΡΘΡΟ 5° . ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ

- 5.1 Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ θα παρέχει τη έγγραφη διαβεβαίωση ότι οι εργασίες που περιγράφονται στα άρθρα 2 και 3 θα διεξάγονται κατά τρόπο τεχνικά άρτιο και σύμφωνα με τις διεθνώς ισχύουσες προδιαγραφές και οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου του εξοπλισμού, ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή και ασφαλής λειτουργία αυτού.
- 5.2 Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποκατάσταση των τυχόν εμφανιζομένων βλαβών και ανεύρεση ανταλλακτικών, εντός του συντομότερου δυνατού χρονικού διαστήματος.
- 5.3 Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ υποχρεούται να αναγράφει και υπογράφει, με τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους του, το τεχνικό Δελτίο το οποίο θα υπογράφεται από τον χρήστη ή την τεχνική υπηρεσία και θα παραδίδεται στο τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου:
- α) τις κάθε είδους συντηρήσεις, ελέγχους, ρυθμίσεις, επισκευές που διενεργεί,
 - β) την ώρα προσέλευσης του τεχνικού του σε κάθε περίπτωση κλήσης και τη διάρκεια της εργασίας,
 - γ) τη φύση της διαπιστούμενης βλάβης,
 - δ) τις εργασίες που έγιναν και τα τυχόν ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν
 - ε) τις τυχόν παρατηρήσεις και προτάσεις για βελτίωση της λειτουργίας και απόδοσης του συστήματος.

ΑΡΘΡΟ 6° . ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

- 6.1 Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ θα είναι υποχρεωμένο να επιτρέπει στα συνεργεία του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ να προβαίνουν στις κατά την κρίση τους αναγκαίες

εργασίες μετρήσεων, ρυθμίσεων, επισκευών, κλπ. κατά τις συμφωνηθείσες ημέρες και ώρες.

6.2 Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ και το προσωπικό του θα είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τις υποδείξεις του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ σε ό,τι αφορά τον άρτιο χειρισμό των μηχανημάτων, σύμφωνα και με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

6.3 Αντικαθιστάμενα ανταλλακτικά και υλικά περιέρχονται στην πλήρη κυριότητα του Νοσοκομείου εκτός και εάν υπάρχει ειδική συμφωνία ως προς αυτά.

6.4 Προς διευκόλυνση των εργασιών συντήρησης και επισκευής το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ θα διαθέτει στο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο, τις εγκαταστάσεις του, π.χ. τα ίδια τα μηχανήματα και τα μέσα επικοινωνίας. Οι ως άνω διευκολύνσεις θα παρέχονται χωρίς επιβάρυνση του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να κάνει λογική χρήση αυτών.

ΑΡΘΡΟ 7^ο. ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ

7.1 Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ θα ευθύνεται, καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης τεχνικής κάλυψης, για την ακριβή και πιστή τήρηση και εφαρμογή των διατάξεων Νόμου ή άλλων κανόνων που διέπουν τις εργασίες που θα εκτελεί ή τη λειτουργία των καλυπτόμενων μηχανημάτων.

7.2 Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ θα φέρει αμέριστα ποινική και αστική ευθύνη για κάθε ζημία

που θα προκληθεί στο προσωπικό του, το προσωπικό του Νοσοκομείου ή σε τρίτους

και θα αποδεικνύεται εμπειριστάτως από ανεξάρτητο γνωμοδοτικό όργανο ότι

οφείλεται σε τεχνική παράληψη ή αμέλεια δική του ή των συνεργείων του.

7.2 Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν να είναι πρέπει γνήσια και κατάλληλα για το συγκεκριμένο εξοπλισμό και να καλύπτουν τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού Οίκου. Να κατατεθεί βεβαίωση. Τα

ανταλλακτικά θα πρέπει να συνοδεύονται κατ' ελάχιστο από εγγύηση ενός (1) έτους ακόμη και μετά το πέρας της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 8°. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

8.1 Στις υποχρεώσεις του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ περιλαμβάνονται, χωρίς τούτος να δύναται να εγείρει οποιαδήποτε αξίωση, επιπλέον αποζημίωσης για τα ακόλουθα:

β. Όλα τα τυχόν απαιτούμενα προϊόντα λογισμικού (SOFTWARE) καθώς και οι αναβαθμίσεις του υπάρχοντος που αποστέλλονται προς εγκατάσταση από τον κατασκευαστικό οίκο.

γ. Η χρήση και οι τυχόν φθορές εργαλείων, οργάνων μέτρησης και γενικά του εξοπλισμού των συνεργείων του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ.

δ. Οι κάθε φύσης ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού που θα χρησιμοποιήσει ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ για την διεκπεραίωση των υποχρεώσεών του, που απορρέουν από την παρούσα διακήρυξη.

ε. Τα κάθε φύσης μεταφορικά έξοδα των εμψύχων και αψύχων μέσων που θα διαθέτει ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ.

8.2 Ο μέγιστος αποδεκτός χρόνος μη λειτουργίας (DOWN – TIME) για κάθε ένα από τα καλυπτόμενα μηχανήματα δεν είναι δυνατό να υπερβαίνει τις πέντε (5) εργάσιμες ημέρες ετησίως, χωρίς να προσμετρούνται οι αργίες, τα Σάββατα και οι Κυριακές.

8.3 Για κάθε εργάσιμη ημέρα υπέρβασης του μέγιστου συμφωνηθέντος επιτρεπόμενου ετήσιου χρόνου μη λειτουργίας (DOWN TIME), για το καλυπτόμενο μηχάνημα , από βλάβες που εμπίπτουν στους όρους της παρούσας σύμβασης και μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης από τον ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ, θα παρατείνεται αυτοδίκαια ο χρόνος ισχύος της σύμβασης κατά δέκα (10) ημέρες ανά ημέρα υπέρβασης για το συγκεκριμένο σύστημα χωρίς ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ να δύναται να απαιτήσει οποιαδήποτε αμοιβή και επιπλέον θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2% επί της συνολικής ετήσιας αξίας της σύμβασης, ανά ημέρα ακινητοποίησης πέραν του ορίου.

8.4 Στο μέγιστο ετήσιο χρόνο μη-λειτουργίας δεν θα προσμετρούνται οι ημέρες προγραμματισμένης προληπτικής συντήρησης.

ΑΡΘΡΟ 9°. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ο υποψήφιος προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει σύστημα ποιότητας για «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων» σύμφωνα με την Υ.Α. ΔΥ8δ/1348/04 και να έχει πιστοποιηθεί ως προς τα πρότυπα EN ISO 9001:2008, EN ISO 13485:2003 για την διανομή κα την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού Να κατατεθούν να αντίστοιχα πιστοποιητικά.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1°. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Η συντηρήτρια εταιρεία θα πρέπει να παρέχει υπηρεσίες συντήρησης & επισκευών, εξαιρουμένων των ανταλλακτικών και των αναλωσίμων του (αισθητήρες περιχειρίδες καλώδια βυσματουμενες μονάδες γυάλινων η αποσπώμενων κλιβανιζόμενων τμημάτων κυκλώματα ασθενούς), συμπεριλαμβανομένων των ΚΙΤ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ για τον παρακάτω αναφερόμενο εξοπλισμό του Αναισθησιολογικού Τμήματος του Νοσοκομείου, κατασκευής του οίκου DRAGER .

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ: PRIMUS S/N ARXK-0019 του Οίκου DRAEGER

ΑΡΘΡΟ 2°. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

2.3 Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ θα αναλάβει την σύμφωνη με τα ειδικά εγχειρίδια και τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου που αναφέρονται στα άρθρα 2 και 3 συντήρηση καθώς και τις τυχόν απαιτούμενες επισκευές κάθε μηχανήματος των παρελκόμενων και εξαρτημάτων του, καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος του προβλεπόμενου στη διακήρυξη χρονικού διαστήματος, ανεξαρτήτως αριθμού κλήσεων και επεμβάσεων, και ειδικότερα:

- α) Τον έλεγχο ασφαλείας, μετρήσεως τάσεων, γειώσεων κλπ.
- β) Τον έλεγχο ικανότητας λειτουργίας και καλής απόδοσης.
- γ) Τις αναγκαίες ρυθμίσεις για την διατήρησή τους σε άριστη λειτουργική κατάσταση.

δ) Να παρέχεται πρωτόκολλο ηλεκτρικής ασφάλειας στα πλαίσια της σύμβασης .

ε) Πλήρη πρωτόκολλα ελέγχου ποιότητας/μετρήσεων.

2.4 Στις υποχρεώσεις του περιλαμβάνεται επίσης και η αποκατάσταση τυχόν ανωμαλιών ή βλαβών και ειδικότερα:

α) Την εργασία για την αποκατάσταση βλαβών και ζημιών που οφείλονται σε φυσιολογική φθορά από τη συνήθη χρήση.

β) Η λήψη κάθε απαιτούμενου προληπτικού μέτρου για την αποφυγή τυχόν ανωμαλιών ή ζημιών.

δ) Τυχόν αναβαθμίσεις του κατασκευαστή Οίκου σε υπάρχοντα προγράμματα (software), εφόσον το ήδη εγκατεστημένο Hardware το επιτρέπει.

2.3 Η συντήρηση και οι επισκευές θα διεξάγονται με τα απαιτούμενα ειδικά εργαλεία και όργανα μέτρησης και ελέγχου (να αναφερθούν και να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά τους) από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ και με βάση τις διεθνώς ισχύουσες προδιαγραφές και έγγραφες οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου. Κατά τη συντήρηση ή επισκευή ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ θα προβαίνει σε απαιτούμενη τεχνική μετατροπή, για την άρτια και ασφαλή λειτουργία και απόδοση κάθε συστήματος με την προϋπόθεση ότι επιτρέπεται από τον κατασκευαστικό οίκο. Οι μετατροπές αυτές δεν θα έχουν επίπτωση στην παρεχόμενη ποιότητα και ταχύτητα των εκτελουμένων εξετάσεων, όπως αυτές προσδιορίζονται στις κατασκευαστικές του προδιαγραφές.

2.4 Η συντήρηση κι οι επισκευές των συστημάτων θα γίνονται από τεχνικούς της "ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ", ειδικά εκπαιδευμένους για το αναφερόμενο σύστημα. Στην προσφορά πρέπει να περιλαμβάνονται, με ποινή απόρριψης της προσφοράς, τα σχετικά πιστοποιητικά εκπαίδευσης των τεχνικών, η οποία έχει γίνει από τον κατασκευαστικό οίκο.

ΑΡΘΡΟ 3^ο . ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

3.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να πραγματοποιεί ετησίως μια (2) προγραμματισμένες επίσκεψης προληπτικής συντήρησης, ή αν ορίζεται διαφορετικά, σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστικού οίκου, κατά την

διάρκεια εκάστου συμβατικού έτους , η οποία θα εκτελείται κατά την διάρκεια των εργασίμων ωρών και ημερών κατόπιν συμφωνίας των συμβαλλομένων. Θα περιλαμβάνει όλες τις προβλεπόμενες εργασίες ελέγχου, ρυθμίσεων και εσωτερικού καθαρισμού για την διατήρηση και εξασφάλιση της βέλτιστης και ασφαλούς λειτουργίας όλων των μερών του ανωτέρω μηχανήματος. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίζει και να τοποθετεί κατά την διάρκεια των προληπτικών συντηρήσεων όλα τα προβλεπόμενα kit συντήρησης .

ΑΡΘΡΟ 4^ο . ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

- 4.4 Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας του μηχανήματος ή οποιασδήποτε ανωμαλίας στη λειτουργία οποιουδήποτε από τα καλυπτόμενα με την παρούσα μέρη του, ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ υποχρεώνεται να προσέρχεται εντός έξι (6) το πολύ ωρών, από τη λήψη της σχετικής τηλεφωνικής ή έγγραφης με FAX ειδοποίησης εκ μέρους του Νοσοκομείου.
- 4.5 Σε περίπτωση που για την αποκατάσταση της βλάβης απαιτηθούν ανταλλακτικά το κόστος της προμήθειας τους θα βαρύνει το Νοσοκομείο και θα χρεώνονται ξεχωριστά σύμφωνα με τους τιμοκατάλογους της εταιρείας κατά την τρέχουσα περίοδο όπως αυτό ορίζεται από τον κατασκευαστικό Οίκο κατόπιν επίσημης ανάθεσης. Να κατατεθεί λίστα τυχόν αναγκαίων αναλώσιμων υλικών και ανταλλακτικών με τις αντίστοιχες τιμές οι οποίες θα είναι δεσμευτικές για το χρονικό διάστημα της σύμβασης και οι οποίες θα αξιολογηθούν στην τελική απόφαση ανάθεσης. Η εργασία τοποθέτησης των ανταλλακτικών βαρύνουν τον συντηρητή.
- 4.6 Οι επισκευές θα πραγματοποιούνται από Δευτέρα έως και Παρασκευή κατά τις ώρες από 07:30 έως 16.00, εξαιρουμένων εορτών & αργιών.

ΑΡΘΡΟ 5° . ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ

- 5.4 Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ θα παρέχει τη έγγραφη διαβεβαίωση ότι οι εργασίες που περιγράφονται στα άρθρα 2 και 3 θα διεξάγονται κατά τρόπο τεχνικά άρτιο και σύμφωνα με τις διεθνώς ισχύουσες προδιαγραφές και οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου του εξοπλισμού, ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή και ασφαλή λειτουργία αυτού.
- 5.5 Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποκατάσταση των τυχόν εμφανιζομένων βλαβών και ανεύρεση ανταλλακτικών, εντός του συντομότερου δυνατού χρονικού διαστήματος.
- 5.6 Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ υποχρεούται να αναγράφει και υπογράφει, με τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους του, το τεχνικό Δελτίο το οποίο θα υπογράφεται από τον χρήστη ή την τεχνική υπηρεσία και θα παραδίδεται στο τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου:
- α) τις κάθε είδους συντηρήσεις, ελέγχους, ρυθμίσεις, επισκευές που διενεργεί,
 - β) την ώρα προσέλευσης του τεχνικού του σε κάθε περίπτωση κλήσης και τη διάρκεια της εργασίας,
 - γ) τη φύση της διαπιστούμενης βλάβης,
 - δ) τις εργασίες που έγιναν και τα τυχόν ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν
 - ε) τις τυχόν παρατηρήσεις και προτάσεις για βελτίωση της λειτουργίας και απόδοσης του συστήματος.

ΑΡΘΡΟ 6° . ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

- 6.5 Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ θα είναι υποχρεωμένο να επιτρέπει στα συνεργεία του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ να προβαίνουν στις κατά την κρίση τους αναγκαίες εργασίες μετρήσεων, ρυθμίσεων, επισκευών, κλπ. κατά τις συμφωνηθείσες ημέρες και ώρες.

- 6.6 Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ και το προσωπικό του θα είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τις υποδείξεις του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ σε ό,τι αφορά τον άρτιο χειρισμό των μηχανημάτων, σύμφωνα και με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- 6.7 Αντικαθιστάμενα ανταλλακτικά και υλικά περιέρχονται στην πλήρη κυριότητα του Νοσοκομείου εκτός και εάν υπάρχει ειδική συμφωνία ως προς αυτά.
- 6.8 Προς διευκόλυνση των εργασιών συντήρησης και επισκευής το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ θα διαθέτει στο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο, τις εγκαταστάσεις του, π.χ. τα ίδια τα μηχανήματα και τα μέσα επικοινωνίας. Οι ως άνω διευκολύνσεις θα παρέχονται χωρίς επιβάρυνση του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να κάνει λογική χρήση αυτών.

ΑΡΘΡΟ 7^ο. ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ

- 7.3 Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ θα ευθύνεται, καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης τεχνικής κάλυψης, για την ακριβή και πιστή τήρηση και εφαρμογή των διατάξεων Νόμου ή άλλων κανόνων που διέπουν τις εργασίες που θα εκτελεί ή τη λειτουργία των καλυπτόμενων μηχανημάτων.
- 7.2 Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ θα φέρει αμέριστα ποινική και αστική ευθύνη για κάθε ζημία που θα προκληθεί στο προσωπικό του, το προσωπικό του Νοσοκομείου ή σε τρίτους και θα αποδεικνύεται εμπειριστωμένα από ανεξάρτητο γνωμοδοτικό όργανο ότι οφείλεται σε τεχνική παράληψη ή αμέλεια δική του ή των συνεργείων του.
- 7.1 Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν να είναι πρέπει γνήσια και κατάλληλα για το συγκεκριμένο εξοπλισμό και να καλύπτουν τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού Οίκου. Να κατατεθεί βεβαίωση. Τα ανταλλακτικά θα πρέπει να συνοδεύονται κατ' ελάχιστο από εγγύηση ενός (1) έτους ακόμη και μετά το πέρας της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 8°. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

8.1 Στις υποχρεώσεις του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ περιλαμβάνονται, χωρίς τούτος να δύναται να εγείρει οποιαδήποτε αξίωση, επιπλέον αποζημίωσης για τα ακόλουθα:

β. Όλα τα τυχόν απαιτούμενα προϊόντα λογισμικού (SOFTWARE) καθώς και οι αναβαθμίσεις του υπάρχοντος που αποστέλλονται προς εγκατάσταση από τον κατασκευαστικό οίκο.

γ. Η χρήση και οι τυχόν φθορές εργαλείων, οργάνων μέτρησης και γενικά του εξοπλισμού των συνεργείων του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ.

δ. Οι κάθε φύσης ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού που θα χρησιμοποιήσει ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ για την διεκπεραίωση των υποχρεώσεών του, που απορρέουν από την παρούσα διακήρυξη.

ε. Τα κάθε φύσης μεταφορικά έξοδα των εμπύχων και αφύχων μέσων που θα διαθέτει ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ.

8.2 Ο μέγιστος αποδεκτός χρόνος μη λειτουργίας (DOWN – TIME) για κάθε ένα από τα καλυπτόμενα μηχανήματα δεν είναι δυνατό να υπερβαίνει τις πέντε (5) εργάσιμες ημέρες ετησίως, χωρίς να προσμετρούνται οι αργίες, τα Σάββατα και οι Κυριακές.

8.4 Για κάθε εργάσιμη ημέρα υπέρβασης του μέγιστου συμφωνηθέντος επιτρεπόμενου ετήσιου χρόνου μη λειτουργίας (DOWN TIME), για το καλυπτόμενο μηχανήμα , από βλάβες που εμπίπτουν στους όρους της παρούσας σύμβασης και μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης από τον ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ, θα παρατείνεται αυτοδίκαια ο χρόνος ισχύος της σύμβασης κατά δέκα (10) ημέρες ανά ημέρα υπέρβασης για το συγκεκριμένο σύστημα χωρίς ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ να δύναται να απαιτήσει οποιαδήποτε αμοιβή και επιπλέον θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2% επί της συνολικής ετήσιας αξίας της σύμβασης, ανά ημέρα ακινητοποίησης πέραν του ορίου.

8.4 Στο μέγιστο ετήσιο χρόνο μη-λειτουργίας δεν θα προσμετρούνται οι ημέρες προγραμματισμένης προληπτικής συντήρησης.

ΑΡΘΡΟ 9°. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ο υποψήφιος προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει σύστημα ποιότητας για «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων» σύμφωνα με την Υ.Α. ΔΥ8δ/1348/04 και να έχει πιστοποιηθεί ως προς τα πρότυπα EN ISO 9001:2008, EN ISO 13485:2003 για την διανομή κα την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού Να κατατεθούν να αντίστοιχα πιστοποιητικά.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ (ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΥΧΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ)

ΑΡΘΡΟ 1^ο. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Η συντηρήτρια εταιρεία θα πρέπει να παρέχει υπηρεσίες συντήρησης & επισκευών, εξαιρουμένων των ανταλλακτικών συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων των αναλωσίμων υλικών συντήρησης (τσιμούχα πόρτας, αντιμικροβιακό Φίλτρο) για τον παρακάτω αναφερόμενο εξοπλισμό του Χειρουργείου –Αποστείρωση κατασκευής του οίκου COLUSSI .

ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ: Mod U62NE s.n 8620 του κατασκευαστικού Οίκου COLUSSI.

ΑΡΘΡΟ 2^ο. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

2.5 Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ θα αναλάβει την σύμφωνη με τα ειδικά εγχειρίδια και τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου που αναφέρονται στα άρθρα 2 και 3 συντήρηση καθώς και τις τυχόν απαιτούμενες επισκευές κάθε μηχανήματος των παρελκόμενων και εξαρτημάτων του, καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος του προβλεπόμενου στη διακήρυξη χρονικού διαστήματος, ανεξαρτήτως αριθμού κλήσεων και επεμβάσεων, και ειδικότερα:

- α) Τον έλεγχο ασφαλείας, μετρήσεως τάσεων, γειώσεων κλπ.
- β) Τον έλεγχο ικανότητας λειτουργίας και καλής απόδοσης.
- γ) Τις αναγκαίες ρυθμίσεις για την διατήρησή τους σε άριστη λειτουργική κατάσταση.

2.2 Στις υποχρεώσεις του περιλαμβάνεται επίσης και η αποκατάσταση τυχόν ανωμαλιών ή βλαβών και ειδικότερα:

- α) Την εργασία για την αποκατάσταση βλαβών και ζημιών που οφείλονται σε φυσιολογική φθορά από τη συνήθη χρήση.
- β) Η λήψη κάθε απαιτούμενου προληπτικού μέτρου για την αποφυγή τυχόν ανωμαλιών ή ζημιών.
- δ) Τυχόν αναβαθμίσεις του κατασκευαστή Οίκου σε υπάρχοντα προγράμματα (software), εφόσον το ήδη εγκατεστημένο Hardware το επιτρέπει.

2.3 Η συντήρηση και οι επισκευές θα διεξάγονται με τα απαιτούμενα ειδικά εργαλεία και όργανα μέτρησης και ελέγχου (να αναφερθούν και να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά τους) από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ και με βάση τις διεθνώς ισχύουσες προδιαγραφές και έγγραφες οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου. Κατά τη συντήρηση ή επισκευή ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ θα προβαίνει σε απαιτούμενη τεχνική μετατροπή, για την άρτια και ασφαλή λειτουργία και απόδοση κάθε συστήματος με την προϋπόθεση ότι επιτρέπεται από τον κατασκευαστικό οίκο. Οι μετατροπές αυτές δεν θα έχουν επίπτωση στην παρεχόμενη ποιότητα και ταχύτητα των εκτελούμενων εξετάσεων, όπως αυτές προσδιορίζονται στις κατασκευαστικές του προδιαγραφές.

2.4 Η συντήρηση κι οι επισκευές των συστημάτων θα γίνονται από τεχνικούς της "ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ", ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό του αναδόχου το οποίο να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία στην συντήρηση του εν λόγω μηχανήματος. Η εργασίες θα γίνονται με βάση τις διεθνείς ισχύουσες προδιαγραφές και έγγραφες οδηγίες του Οίκου κατασκευής. Οι συμμετέχοντες στη συντήρηση θα πρέπει να κατέχουν βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης τουλάχιστον (3) για την συντήρηση παρόμοιων μηχανημάτων κατά την τελευταία πενταετία (να προσκομισθούν).

ΑΡΘΡΟ 3^ο . ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

3.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να πραγματοποιεί ετησίως (4) προγραμματισμένες επίσκεψεις προληπτικής συντήρησης, ή αν ορίζεται διαφορετικά, σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστικού οίκου, κατά την διάρκεια εκάστου συμβατικού έτους , οι οποίες θα εκτελούνται κατά την διάρκεια των εργάσιμων ωρών και ημερών κατόπιν συμφωνίας των συμβαλλομένων. Θα περιλαμβάνει όλες τις προβλεπόμενες εργασίες ελέγχου, ρυθμίσεων και εσωτερικού καθαρισμού για την διατήρηση και εξασφάλιση της βέλτιστης και ασφαλούς λειτουργίας όλων των μερών του ανωτέρω μηχανήματος. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίζει και να τοποθετεί κατά την διάρκεια των προληπτικών συντηρήσεων τα προβλεπόμενα αναλώσιμα υλικά συντήρησης (τσιμούχα, αντιμικροβιακό φίλτρο) .

3.2 Ο Ανάδοχος θα πρέπει μετά το πέρας των εργασιών να ενημερώνει την αυτόματη ηλεκτρονική βάση δεδομένων η οποία είναι εγκατεστημένη στο λογισμικό του μηχανήματος καθώς και να απαλείφει τα προειδοποιητικά μηνύματα που εμφανίζονται στην οθόνη χειρισμού.

ΑΡΘΡΟ 4^ο . ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

- 4.7 Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας του μηχανήματος ή οποιασδήποτε ανωμαλίας στη λειτουργία οποιουδήποτε από τα καλυπτόμενα με την παρούσα μέρη του, ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ υποχρεώνεται να προσέρχεται εντός έξι (6) το πολύ ωρών, από τη λήψη της σχετικής τηλεφωνικής ή έγγραφης με FAX ειδοποίησης εκ μέρους του Νοσοκομείου.
- 4.8 Σε περίπτωση που για την αποκατάσταση της βλάβης απαιτηθούν ανταλλακτικά το κόστος της προμήθειας τους θα βαρύνει το Νοσοκομείο και θα χρεώνονται ξεχωριστά σύμφωνα με τους τιμοκατάλογους της εταιρείας κατά την τρέχουσα περίοδο όπως αυτό ορίζεται από τον κατασκευαστικό Οίκο κατόπιν επίσημης ανάθεσης. Να κατατεθεί λίστα τυχόν αναγκαίων αναλώσιμων υλικών και ανταλλακτικών με τις αντίστοιχες τιμές οι οποίες θα είναι δεσμευτικές για το χρονικό διάστημα της σύμβασης. Η εργασία τοποθέτησης των ανταλλακτικών βαρύνουν τον συντηρητή.
- 4.9 Οι επισκευές θα πραγματοποιούνται από Δευτέρα έως και Παρασκευή κατά τις ώρες από 07:30 έως 16.00, εξαιρουμένων εορτών & αργιών.

ΑΡΘΡΟ 5^ο . ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ

- 5.7 Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ θα παρέχει τη έγγραφη διαβεβαίωση ότι οι εργασίες που περιγράφονται στα άρθρα 2 και 3 θα διεξάγονται κατά τρόπο τεχνικά άρτιο και σύμφωνα με τις διεθνώς ισχύουσες προδιαγραφές και οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου του εξοπλισμού, ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή και ασφαλή λειτουργία αυτού.
- 5.8 Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποκατάσταση των τυχόν εμφανιζομένων βλαβών και ανεύρεση ανταλλακτικών, εντός του συντομότερου δυνατού χρονικού διαστήματος.
- 5.9 Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ υποχρεούται να αναγράφει και υπογράφει, με τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους του, το τεχνικό Δελτίο το οποίο θα υπογράφεται από τον χρήστη ή την τεχνική υπηρεσία και θα παραδίδεται στο τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου:

- α) τις κάθε είδους συντηρήσεις, ελέγχους, ρυθμίσεις, επισκευές που διενεργεί,
- β) την ώρα προσέλευσης του τεχνικού του σε κάθε περίπτωση κλήσης και τη διάρκεια της εργασίας,
- γ) τη φύση της διαπιστούμενης βλάβης,
- δ) τις εργασίες που έγιναν και τα τυχόν ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν
- ε) τις τυχόν παρατηρήσεις και προτάσεις για βελτίωση της λειτουργίας και απόδοσης του συστήματος.

ΑΡΘΡΟ 6^ο . ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

- 6.9 Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ θα είναι υποχρεωμένο να επιτρέπει στα συνεργεία του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ να προβαίνουν στις κατά την κρίση τους αναγκαίες εργασίες μετρήσεων, ρυθμίσεων, επισκευών, κλπ. κατά τις συμφωνηθείσες ημέρες και ώρες.
- 6.10 Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ και το προσωπικό του θα είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τις υποδείξεις του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ σε ό,τι αφορά τον άρτιο χειρισμό των μηχανημάτων, σύμφωνα και με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- 6.11 Αντικαθιστάμενα ανταλλακτικά και υλικά περιέρχονται στην πλήρη κυριότητα του Νοσοκομείου εκτός και εάν υπάρχει ειδική συμφωνία ως προς αυτά.
- 6.12 Προς διευκόλυνση των εργασιών συντήρησης και επισκευής το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ θα διαθέτει στο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο, τις εγκαταστάσεις του, π.χ. τα ίδια τα μηχανήματα και τα μέσα επικοινωνίας. Οι ως άνω διευκολύνσεις θα παρέχονται χωρίς επιβάρυνση του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να κάνει λογική χρήση αυτών.

ΑΡΘΡΟ 7^ο . ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ

7.4 Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ θα ευθύνεται, καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης τεχνικής κάλυψης, για την ακριβή και πιστή τήρηση και εφαρμογή των διατάξεων Νόμου ή άλλων κανόνων που διέπουν τις εργασίες που θα εκτελεί ή τη λειτουργία των καλυπτόμενων μηχανημάτων.

7.2 Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ θα φέρει ακέραια ποινική και αστική ευθύνη για κάθε ζημία

που θα προκληθεί στο προσωπικό του, το προσωπικό του Νοσοκομείου ή σε τρίτους

και θα αποδεικνύεται εμπειριστατωμένα από ανεξάρτητο γνωμοδοτικό όργανο ότι

οφείλεται σε τεχνική παράληψη ή αμέλεια δική του ή των συνεργείων του.

7.5 Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν να είναι πρέπει γνήσια και κατάλληλα για το συγκεκριμένο εξοπλισμό και να καλύπτουν τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού Οίκου. Να κατατεθεί βεβαίωση.

ΑΡΘΡΟ 8°. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

8.1 Στις υποχρεώσεις του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ περιλαμβάνονται, χωρίς τούτος να δύναται να εγείρει οποιαδήποτε αξίωση, επιπλέον αποζημίωσης για τα ακόλουθα:

β. Όλα τα τυχόν απαιτούμενα προϊόντα λογισμικού (SOFTWARE) καθώς και οι αναβαθμίσεις του υπάρχοντος που αποστέλλονται προς εγκατάσταση από τον κατασκευαστικό οίκο.

γ. Η χρήση και οι τυχόν φθορές εργαλείων, οργάνων μέτρησης και γενικά του εξοπλισμού των συνεργείων του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ.

δ. Οι κάθε φύσης ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού που θα χρησιμοποιήσει ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ για την διεκπεραίωση των υποχρεώσεών του, που απορρέουν από την παρούσα διακήρυξη.

ε. Τα κάθε φύσης μεταφορικά έξοδα των εμπύχων και απύχων μέσων που θα διαθέτει ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ.

8.2 Ο μέγιστος αποδεκτός χρόνος μη λειτουργίας (DOWN – TIME) για το καλυπτόμενο μηχάνημα δεν είναι δυνατό να υπερβαίνει τις πέντε (5)

εργάσιμες ημέρες ετησίως, χωρίς να προσμετρωνται οι αργίες, τα Σάββατα και οι Κυριακές.

8.5 Για κάθε εργάσιμη ημέρα υπέρβασης του μέγιστου συμφωνηθέντος επιτρεπόμενου ετήσιου χρόνου μη λειτουργίας (DOWN TIME), για το καλυπτόμενο μηχανήμα, από βλάβες που εμπίπτουν στους όρους της παρούσας σύμβασης και μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης από τον ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ, θα παρατείνεται αυτοδίκαια ο χρόνος ισχύος της σύμβασης κατά δέκα (10) ημέρες ανά ημέρα υπέρβασης για το συγκεκριμένο σύστημα χωρίς ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ να δύναται να απαιτήσει οποιαδήποτε αμοιβή και επιπλέον θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2% επί της συνολικής ετήσιας αξίας της σύμβασης, ανά ημέρα ακινητοποίησης πέραν του ορίου.

8.4 Στο μέγιστο ετήσιο χρόνο μη-λειτουργίας δεν θα προσμετρούνται οι ημέρες προγραμματισμένης προληπτικής συντήρησης.

ΑΡΘΡΟ 9^ο. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ο υποψήφιος προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει σύστημα ποιότητας για «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων» σύμφωνα με την Υ.Α. ΔΥ8δ/1348/04 και να έχει πιστοποιηθεί ως προς τα πρότυπα EN ISO 9001:2008, EN ISO 13485:2003 ή ισοδύναμα για την διανομή και την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Να κατατεθούν να αντίστοιχα πιστοποιητικά.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ