



**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ**

**1η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ**

**ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**

**ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ**

**ΓΡΑΦ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ANNA ΡΙΣΤΑ**

**ΤΗΛ.: 213-2052518**

**ΦΑΞ : 213-2052441**

**Email: [promitheion@paidon-pentelis.gr](mailto:promitheion@paidon-pentelis.gr)**

|            |               |
|------------|---------------|
| Ημερομηνία | 10/1/2020     |
| ΑΡ.ΠΡΩΤ    | 236/13-1-2020 |

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

**ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  
ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ «ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΞΗΡΑΣ  
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ»**

**Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ**

Ανακοινώνει την διαβούλευση επί του σχεδίου των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια του είδους «Κλίβανος Ξηράς Αποστείρωσης».

1. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε **πέντε (5)** ημέρες από την επομένη της ανάρτησης τους στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου ([www.paidon-pentelis.gr/](http://www.paidon-pentelis.gr/) ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ/ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ) .
2. Οι ενδιαφερόμενοι, αφού λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών, οι οποίες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου , μπορούν να αποστείλουν εμπρόθεσμα τις παρατηρήσεις τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση [promitheion@paidon-pentelis.gr](mailto:promitheion@paidon-pentelis.gr)
- 3.Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή αναδόχων, εξασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα την ποιότητα της προμήθειας.
- 4.Μετά την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών, θα προκηρυχθεί διαγωνισμός για την προμήθεια του είδους «Κλίβανος Ξηράς Αποστείρωσης», προϋπολογισμού 1.200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ .

**Ο ΚΟΙΝΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ**

**ΗΛΙΑΣ ΔΑΛΑΪΝΑΣ**

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΠΕΝΤΕΛΗ 28.03.2019

ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΞΗΡΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ**

Κλίβανος Ξηρής Αποστείρωσης, με Ηλεκτρονικό Θερμοστάτη

Χωρητικότητα περίπου 30lt

Να διαθέτει ένα ράφι και να μπορεί να δεχτεί έως 3

Εσωτερικές διαστάσεις περίπου 40x25x30 (πχβχυ)

Εξωτερικές διαστάσεις περίπου 60x45x70 (πχβχυ)

Να διαθέτει:

1. Εξωτερικό περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότητας και μηχανικής αντοχής.
  2. Εσωτερικό του θαλάμου εργασίας από ανοξείδωτο χάλυβα.
  3. Οπή εξαερισμού ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενου ανοίγματος μέσω πλήκτρου από το εμπρόσθιο μέρος του κλιβάνου που επιτρέπει την απαγωγή τυχόν υγρασίας κατά το στέγνωμα υγρών αντικειμένων, ταχύτερη ψύξη και εναλλαγή του εσωτερικού αέρος.
  4. Η θερμοκρασία στο θάλαμο εργασίας να ρυθμίζεται από 5°C πάνω από το περιβάλλον έως 300°C περίπου.
  5. Ακρίβεια θερμοκρασίας  $\pm 0,1^\circ\text{C}$  έως τους 100°C και  $\pm 0,5^\circ\text{C}$  από τους 100°C και άνω.
  6. Ένδειξη θερμοκρασίας ψηφιακή με ακρίβεια  $\pm 0,1^\circ\text{C}$ .
  7. Η πόρτα να είναι κατασκευασμένη επίσης από ανοξείδωτο χάλυβα με ισχυρή ενδιάμεση μόνωση.
  8. Οι αντιστάσεις να είναι ενσωματωμένες σε όλο το εσωτερικό τοίχωμα του κλιβάνου.
  9. Ενσωματωμένο ψηφιακό χρονοδιακόπτη (1 λεπτού - 99 ημέρες).
  10. Πίνακας για προγραμματισμό όλων των λειτουργιών με απεικόνιση σε οθόνη.
  11. Διαθέσιμες παράμετροι ελέγχου: Θερμοκρασία, χρόνος προγραμματισμού.
  12. Ψηφιακή οθόνη (LED) της πραγματικής και της προκαθορισμένης θερμοκρασίας καθώς και υπολειπόμενου χρόνου λειτουργίας.
  13. Να λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα 220V/50HZ.
  14. Σταθερότητα θερμοκρασίας στους  $150^\circ\text{C} \pm 0,3^\circ\text{C}$
  15. Ισοκατανομή θερμοκρασίας στους  $150^\circ\text{C} \pm 4,0^\circ\text{C}$
  16. Ο κλίβανος να παραδίδεται πλήρης και έτοιμος για χρήση χωρίς καμία προσθήκη ή αλλαγή και είναι σύμφωνος με τους Διεθνείς Κανονισμούς Ασφαλείας και Κατασκευής.
- ΓΕΝΙΚΑ**
1. Τα προσφερόμενο είδος να είναι τελευταίας τεχνολογίας θα πρέπει να φέρει σήμανση CE σύμφωνα με την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ να καλύπτει όλα τα αναγνωρισμένα διεθνή πρότυπα και να τεκμηριώνονται με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. Επιπλέον ο κατασκευαστικός οίκος θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 13485 και 9001 (να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά).
  2. Ο προμηθευτής πρέπει να πληροί τις διατάξεις της Υπουργικής απόφασης ΔΥ86//1348/04 «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων» και να έχει πιστοποιημένο σύστημα ποιότητας κατά ISO 9001 και 13485 για τη διανομή και την τεχνική υποστήριξη του εξοπλισμού. Για το λόγω αυτό στις προσφορές θα πρέπει να υπάρχουν συνημμένα έγκυρα πιστοποιητικά από τα οποία να προκύπτει ότι πληρούνται οι όροι της παρούσας παραγράφου.
  3. Να δίδεται εγγύηση καλής λειτουργίας του ανωτέρω μηχανήματος τουλάχιστον 36 μηνών

**Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΒΑΘΗ ΕΛΕΝΗ

ΠΑΤΣΗ ΓΡΗΓΟΡΙΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ  
ΠΑΛΑΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ  
Αριθ. Πρωτ. 3772  
Ελήφθη 28.03.19