



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

1η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΓΡΑΦ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΕΥΣΤ.ΣΟΥΣΑΝΙΔΗΣ

ΤΗΛ.: 213-2052518

ΦΑΞ : 213-2052441

Email: promitheion@paidon-pentelis.gr

Ημερομηνία	23/3/2020
ΑΡ.ΠΡΩΤ	3325/24-03-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ «ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» CPV22993000-7.

Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Ανακοινώνει την διαβούλευση επί του σχεδίου των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια του είδους **«ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ»** CPV22993000-7.

1. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε δέκα **(10)** ημέρες από την επομένη της ανάρτησης τους στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου ([www.paidon-pentelis.gr/ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ/ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ](http://www.paidon-pentelis.gr/ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ/ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ/ΤΕΧΝΙΚΩΝ_ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ)), **ήτοι έως 8/4/2020**.
2. Οι ενδιαφερόμενοι, αφού λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών, οι οποίες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, μπορούν να αποστείλουν εμπρόθεσμα τις παρατηρήσεις τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση promitheion@paidon-pentelis.gr
3. Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή αναδόχων, εξασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα την ποιότητα της προμήθειας.
4. Μετά την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών, θα προκηρυχθεί Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια του είδους **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ «ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ»** CPV22993000-7, προϋπολογισμού 3.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΓΝΠΠ**ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥ**

ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΔ2/20 «ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΤΑΦΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ».

Η Αιτιολογία πρότασης Τεχνικών Προδιαγραφών (Ειδικών-Γενικών) είναι να εξασφαλισθεί υψηλή ποιότητα υλικών, η ασφάλεια του ασθενούς και η διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος.

Τα ιατρικά καταγραφικά χαρτιά είναι σχεδιασμένα να καταγράφουν με αξιοπιστία και ακρίβεια, μέσω των ιατρικών οργάνων και κατά την διάρκεια διαγνωστικών αναλύσεων, τις παραμέτρους του ανθρωπίνου οργανισμού.

Τα στοιχεία ταυτοποίησης του προϊόντος, όπως (κωδικός προϊόντος, παρτίδα παραγωγής και τύπος καταγραφικού οργάνου διά το οποίο προορίζεται), θα πρέπει να αναγράφονται στην ετικέτα που βρίσκεται στο εξωτερικό μέρος της συσκευασίας.

Θα πρέπει να είναι συμβατά με τις προδιαγραφές του καταγραφικού οργάνου, (διάσταση, διαγράμμιση (αν απαιτείται). Το διάγραμμα, αν υπάρχει, χρησιμοποιεί μετρική κλίμακα σε χιλιοστά με ακρίβεια $\pm 1\%$).

Να αναγράφονται συνθήκες φύλαξης πριν από τη χρήση του. (π.χ. δροσερό και ξηρό περιβάλλον, θερμοκρασία, υγρασία, επαφή με ηλιακό φως, υπεριώδης ακτίνες (UV), διαλύτες όπως αλκοόλη, κετόνη, κτλ. επαφή με άλλα χαρτιά που έχουν χημική ή θερμική επεξεργασία).

Η χρήση, αποθήκευση και η απόρριψη του καταγραφικού χαρτιού να μη συμβάλλει στην περιβαλλοντική μόλυνση. Τα καταγραφικά χαρτιά, να μπορεί να απορριφθούν σε ειδικούς κάδους ανακύκλωσης. Να αναγράφεται πόσο εύφλεκτο είναι. Ποια μέσα χρησιμοποιούνται για την κατάσβεσή του σε περίπτωση ανάφλεξης.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- 1) Να κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης προς τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές με αντίστοιχες παραπομπές στα επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου (prospectus, product data, κλπ).
- 2) Να αναφερθεί ο χρόνος παράδοσης.
- 3) Τα προϊόντα να διαθέτουν σήμανση CE από εγκεκριμένο Οργανισμό Σήμανσης.
- 4) Η προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει σύστημα ποιότητας EN ISO 9001:08 και EN ISO 13485:03, με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση και την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων. (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά)
- 5) Ο κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001:08 (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά)
- 6) Να κατατεθούν πιστοποιητικά συμβατότητας για τον αντίστοιχο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν.
- 7) Να υπάρχει η δυνατότητα επίδειξης ή κατάθεση δειγμάτων εφόσον ζητηθεί από την επιτροπή αξιολόγησης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΚΛΙΒΑΝΟΣ	COLUSSI	U 62NE	τεμ 50	ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ
ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ	PHYSIO CONTROL	LIFEPAK 9	τεμ 10	ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ
ΨΥΓΕΙΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ	SANYO	SRR469D-MEDE	Τεμ 10	ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
ΒΙΝΤΕΟΕΚΤΥΠΩΤΗΣ	MITSUBISHI	P91E	τεμ 150	ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΒΙΝΤΕΟΕΚΤΥΠΩΤΗΣ	SONY	UP-D895CE	τεμ 150	ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ	GE	RESPONTER 2000	τεμ 10	ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ
ΔΙΑΘΛΑΣΙΜΕΤΡΟ	NIDEK	AR 33A Κοκολ..	τεμ 100	ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ
ΔΙΑΘΛΑΣΙΜΕΤΡΟ	NIDEK	AR 630A	τεμ 100	ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ
ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ	GE	MAC 1600	τεμ 75	ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ
ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ	GE	MAC 800	τεμ 10	ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ
ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ	KNZ	CARDICO 302	τεμ 5	ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ	FFPF 2330	32330M5VOZZD50P	τεμ 50	ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
ΨΥΓΕΙΟ ΑΙΜΑΤΟΣ	SANYO	MBR-704 GR	τεμ 50	ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
ΒΙΝΤΕΟΕΚΤΥΠΩΤΗΣ	SONY Καρδιολ.	UP-D897	τεμ 150	ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ
ΒΙΝΤΕΟΕΚΤΥΠΩΤΗΣ	MITSUBISHI		τεμ 5	ΜΕΘ
MONITOR	PHILIPS	MP 60	τεμ 10	ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ
MONITOR	PHILIPS	MP 80	τεμ 5	ΜΕΘ
MONITOR	PHILIPS	MX 800	τεμ 5	ΜΕΘ
ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΑΕΡΙΩΝ	RADIOMETER	ABL 825	τεμ 30	ΜΕΘ
ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ	GE	MAC 2000	τεμ 75	ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ
ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ	GE	MAC 2000	τεμ 20	ΜΕΘ
ΤΥΜΠΑΝΟΓΡΑΦΟΣ	INTERACOUSTICS	TITAN SCREENING 57mm x 19mm	τεμ 100	ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ
ΩΤΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ	ΜΑΙΚΟ	M134 110mm x 20mm	τεμ 20	ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ
ΤΟΝΟΜΕΤΡΟ ΑΕΡΟΣ	NIDEK BT 510		τεμ 20	ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ