



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8, Π. Πεντέλη
Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών
Πληροφ.: ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Τηλ . 213 2052 508 ή 518
e-mail promitheion@paidon-pentelis.gr

Πεντέλη, 27/06/2025
Αρ. Πρωτ:8493

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Προμήθειας Εξωσυμβατικού Είδους

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδών Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια των κάτωθι ειδών, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών για

- **ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΡΟΟΜΕΤΡΑ ΣΤΗΝ ΜΕΘ ΔΑΠΑΝΗΣ 500 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠ ΦΠΑ, ποσότητα προς προμήθεια 4 τμχ.**

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :ΤΜΗΜΑ ΒΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΤΗΛ 213-2052511
****ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ****
Η αξιολόγηση θα γίνει από τους χρήστες

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μονάδα μέτρησης	Τιμή Μονάδος χωρίς ΦΠΑ	Συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	Τελική Τιμή	Κωδικός Παρατηρηρίου	Τιμή Παρατηρηρίου	
1									

Το παραπάνω είδος πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρει σήμανση CE.

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές απορρίπτονται. (Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ).

Οι προσφορές δύνανται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών μέσω e-mail

promitheion@paidon-pentelis.gr, έως **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04/07/2025 & ώρα 09:00 .**

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά με τη δημοσίευση του παρόντος. Να αναγράφεται στο θέμα του ηλεκτρικού μηνύματος ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης

Η ΚΟΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΖΩΗ ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΡΟΟΜΕΤΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 30 LT

- 1) Το Ροόμετρο να είναι κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση, υψηλής ροής.
- 2) Το σώμα του ροόμετρου να είναι κατασκευασμένο από μεταλλικό υλικό και η μετρητική διάταξη από άθραυστο διάφανο πλαστικό υλικό.
- 3) Να διαθέτει έξοδο κοχλιωτή σπειρώματος 9/16 UNF για τη σύνδεση διαφόρων εξαρτημάτων ή συσκευών (υγραντήρα, επιλογέα ροής, ακροφύσιο σύνδεσης σωλήνων κ.λ.π)
- 4) Να έχει την δυνατότητα συνεχούς ρύθμισης της ροής μέχρι **30 λίτρα** ανά λεπτό με περιστροφικό διακόπτη, λευκού χρώματος ,φέροντα ενδείξεις on-off.
- 5) Η μέτρηση της ροής να γίνεται με στήλη-μπίλια, ενώ οι ενδείξεις μέτρησης της ροής δεν θα πρέπει να βρίσκονται στην εξωτερική πλευρά του ροόμετρου, για να μην σβήνονται με τη χρήση και τους καθαρισμούς.
- 6) Να συνοδεύεται από μεταλλικό ακροφύσιο σύνδεσης σωλήνων
- 7) Να είναι κάτοχος των συστημάτων ποιότητας EN ISO 9001:2015, EN ISO 13485:2016, EN ISO 14001:2015 EN ISO 9001:2015 EN ISO 13485:2016 για εμπορία και διακίνηση και κατασκευής ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.