



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8, Π. Πεντέλη
Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών
Πληροφ.: ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Τηλ . 213 2052 508 ή 518
e-mail promitheion@paidon-pentelis.gr

Πεντέλη, 20/06/2025
Αρ. Πρωτ: 8150

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Προμήθειας Εξωσυμβατικού Είδους

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδών Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια των κάτωθι ειδών, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών για

- ΚΑΡΕΚΛΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 1500 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠ ΦΠΑ, ποσότητα προς προμήθεια 1 τμχ.**

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΑΔΙΟ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :ΤΜΗΜΑ ΒΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΤΗΛ 213-2052511

****ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ****

Η αξιολόγηση θα γίνει από τους χρήστες

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μονάδα μέτρησης	Τιμή Μονάδος χωρίς ΦΠΑ	Συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	Τελική Τιμή	Κωδικός Παρατηρητηρίου	Τιμή Παρατηρητηρίου	
1									

Το παραπάνω είδος πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρει σήμανση CE.

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές απορρίπτονται. (Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ).

Οι προσφορές δύνανται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών μέσω e-mail

promitheion@paidon-pentelis.gr, έως **ΤΕΤΑΡΤΗ 25/06/2025 & ώρα 09:00 .**

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά με τη δημοσίευση του παρόντος. Να αναγράφεται στο θέμα του ηλεκτρικού μηνύματος ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης

Η ΚΟΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΖΩΗ ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

******ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ******

1. Κίνηση του ύψους σε ένα μεγάλο εύρος τουλάχιστον από 44 εκατοστά έως 100 εκατοστά, για να παρέχει ευκολία στον ιατρό κατά την εξέταση
2. Διαθέτει μαξιλάρι υψηλής πυκνότητας
3. Να έχει πλάτος καθίσματος τουλάχιστον 60-65 εκατοστά
4. Ρυθμιζόμενα υποβραχίονια σε ύψος
5. 4 τροχούς (2 με φρένα) για εύκολη μετακίνηση 360 °
6. Να διαθέτει στήριγμα τοποθέτησης ρολού
7. Να είναι κατάλληλη και για παχύσαρκους ασθενείς

Τεχνικά δεδομένα:

- Διαστάσεις τουλάχιστον: 61×180 εκ
- Ύψος τουλάχιστον: 48-95 cm
- Γωνία κλίσης πλάτης τουλάχιστον: 0- 80°
- Trendelenburg: 22°
- Βάρος πολυθρόνας τουλάχιστον: 65 κιλά
- Μέγιστο βάρος ασθενούς τουλάχιστον: 230 κιλά
- Εκτιμώμενο κόστος έως 1500€ με συμπεριλαμβανομένο ΦΠΑ.