



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1<sup>η</sup> Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ  
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ  
Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 8, π. Πεντέλη  
Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών  
Πληροφ.: ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  
Τηλ . 213 2052 508 ή 518  
e-mail [promitheion@paidon-pentelis.gr](mailto:promitheion@paidon-pentelis.gr)

Πεντέλη,  
Αρ. Πρωτ:

**ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Προμήθειας Εξωσυμβατικού Είδους**

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδών Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια των κάτωθι ειδών, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών, για

**1. ΣΠΡΕΥ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ , ποσότητα προς προμήθεια 24 τμχ.**

**ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ**

**ΩΣ ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ**

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Α ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ, ΤΗΛ 213 2052365 ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΣΙΟΥΛΗ  
Β ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ, ΤΗΛ 213 2052367 ΚΥΡΙΑ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ**

**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

| A/A | ΕΙΔΟΣ | Μονάδα μέτρησης | Τιμή Μονάδος χωρίς ΦΠΑ | Συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ | ΦΠΑ | Τελική Τιμή | Κωδικός Παρατηρηρίου | Τιμή Παρατηρηρίου |  |
|-----|-------|-----------------|------------------------|-------------------------|-----|-------------|----------------------|-------------------|--|
| 1   |       |                 |                        |                         |     |             |                      |                   |  |

Το παραπάνω είδος πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρει σήμανση CE.

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές απορρίπτονται. (Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ).

Οι προσφορές δύνανται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών μέσω e-mail [promitheion@paidon-pentelis.gr](mailto:promitheion@paidon-pentelis.gr), έως ΔΕΥΤΕΡΑ 12/05/2025 & ώρα 09:00 .

**Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά με τη δημοσίευση του παρόντος. Να αναγράφεται στο θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης**

**Η ΚΟΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ**

**ΖΩΗ ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ**

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

### Σπρέι ανώδυνης αφαίρεσης κολλητικών επιθεμάτων

- Να μην αφήνει υπολείμματα κόλλας πάνω στο δέρμα και να αποτρέπει τη συσσώρευση κολλωδών υπολειμμάτων.
- Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη και σε ερεθισμένο δέρμα χωρίς να το τραυματίζει, χωρίς να το ερεθίζει και να μην προκαλεί κνησμό.
- Να περιέχει ειδική φόρμουλα σιλοξανών χωρίς αλκοόλ/οινόπνευμα και να είναι υποαλλεργικό.
- Να είναι άοσμο, χωρίς φυτικά εκχυλίσματα και αρωματικές ουσίες και να αποτελείται 100% κατά όγκο από τη φόρμουλα αφαίρεσης κολλητικών ουσιών ώστε να είναι πιο αποτελεσματικό κατά τη χρήση του.
- Να φέρει σήμανση Ιατροτεχνολογικού Προϊόντος (MD), να συμμορφώνεται με τον κανονισμό της Ε.Ε MDR 2017/745 και να φέρει κωδικό Ε.Ο.Φ.
- Να διαθέτει ειδική βαλβίδα ψεκασμού που επιτρέπει να ψεκάζει και ανάποδα, φτάνοντας σε κάθε δυσπρόσιτη περιοχή.
- Να στεγνώνει άμεσα, επιτρέποντας την άμεση τοποθέτηση νέου επιθέματος.
- Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια σε κάθε τύπο δέρματος ακόμη και σε νεογνά/βρέφη – συνοδευόμενο από δήλωση της κατασκευάστριας εταιρίας.
- Να διατίθεται σε ατομική συσκευασία 50 ml. με αναλυτικές οδηγίες στα Ελληνικά και να φέρει πάνω του την προβλεπόμενη σήμανση CE.
- Να κατατίθεται δελτίο δεδομένων ασφάλειας του προϊόντος στα Ελληνικά και έγγραφο επίσημης συνεργασίας του προμηθευτή με την κατασκευάστρια εταιρία.