



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν.ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 8, Π Πεντέλη
Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών
Πληροφο.: ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
Τηλ . 213 2052 508 ή 518

Πεντέλη, 29/05/2025
Αρ. Πρωτ.: 7009

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Προμήθειας Εξωσυμβατικών Ειδών

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδών Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην άμεση προμήθεια των κάτωθι ειδών, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών για την:

**ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4.000 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠ ΦΠΑ , ποσότητα προς προμήθεια 2
ΤΜΧ**

ΣΧΕΤ.ΤΗΝ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ 4437/04-04-2025 ΑΔΑ 6507469Η24-ΤΧΠ
***επισυνάπτονται προδιαγραφές**

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (ΒΟΙΑΤΡΙΚΗ): 213 2052 511-513

**Η αξιολόγηση θα γίνει από την επιτροπή βάσει της ΥΠ.ΑΡΙΘΜ 4437/04-04-2025
ΑΔΑ 6507469Η24-ΤΧΠ**

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	Μονάδα μέτρησης	Τιμή Μονάδος χωρίς ΦΠΑ	Συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	Τελική Τιμή	Κωδικός Παρατηρητ ηρίου	Τιμή Παρατηρητ ηρίου	
1	ΥΛΙΚΑ								

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές, απορρίπτονται. (Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ)

Οι προσφορές δύναται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών σε κλειστό φάκελο με αριθμό πρωτοκόλλου από την Γραμματεία του Νοσοκομείου, στον οποίο απαραίτητως θα πρέπει να αναφέρεται ο αριθμός πρωτοκόλλου του αιτήματος μέχρι και την ΤΕΤΑΡΤΗ 04/06/2025 και ώρα 14.30

Η ΚΟΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΖΩΗ ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑ**

- Να λειτουργεί με τάση δικτύου (220V / 50 HZ) και να είναι μικρών διαστάσεων και βάρους.
- Ο εξωτερικός ρυθμιζόμενος ηλεκτρονικός θερμαντήρας να μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά με το προ γεμισμένο σύστημα νεφελοποίησης Aquarak για την παράδοση θερμαινόμενου αερολύματος.
- Να διαθέτει διακόπτη on-off και επιλογή ισχύος με ρυθμιζόμενη ένταση για την κάλυψη αναγκών των ασθενών.
- Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργιάς τουλάχιστον δυο(2) χρόνια.
- Ο κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001:08 και ISO 13485:2016 και να συμμορφώνεται με τα πρότυπα IEC 60601-1, εν 60601-1-2 και ROHS.
- Το προσφερόμενο είδος να φέρει πιστοποιητικό CE.
- Να διατεθεί δείγμα για αξιολόγηση στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας

ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ 2
---	------------------

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ