



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 8, π. Πεντέλη
Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών
Πληροφ.: ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Τηλ . 213 2052 508 ή 518
e-mail promitheion@paidon-pentelis.gr

Πεντέλη, 29/09/2025
Αρ. Πρ.: 11938

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Προμήθειας Εξωσυμβατικού Είδους

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδών Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια του κάτωθι είδους, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών, για

ΦΙΛΤΡΑ ΕΚΧΥΣΗΣ 0,2 ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΑ , ποσότητα προς προμήθεια 50 τμχ.

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΑΔΙΟ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ
Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ τηλ. 213 2052 367

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	Μονάδα μέτρησ ης	Τιμή Μονάδο ς χωρίς ΦΠΑ	Συνολικ ή τιμή χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	Τελική Τιμή	Κωδικός Παρατη ρητηρίο υ	Τιμή Παρατη ρητηρίο υ	
1									

Το παραπάνω είδος πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρει σήμανση CE. Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές απορρίπτονται. (Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ).

Οι προσφορές δύνανται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών μέσω e-mail promitheion@paidon-pentelis.gr, έως **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03/10/2025 & ώρα 09:00**

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά με τη δημοσίευση του παρόντος. Να αναγράφεται και στο θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης

Η ΚΟΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΖΩΗ ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

******* ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ *******

προμήθεια 50 τεμαχίων φίλτρων έγχυσης διαμέτρου 0,2μm, για τις ανάγκες ενδοφλέβιας έγχυσης εφγαρτιγιμόδης άλφα, φάρμακο απαραίτητο για την θεραπεία ασθενών με γενικευμένη βαριά μυασθένεια.

Τα παραπάνω φίλτρα θα πρέπει να έχουν τα κατωθι χαρακτηριστικά:

- Τύπος φίλτρου : Ενδοφλέβιο, μεμβράνη 0,2μm
- Λειτουργία: Κατακράτηση βακτηρίων, μυκήτων, σωματιδίων, αέρα και πρωτεϊνικών ενώσεων.
- Luer Lock συνδετικό
- Όσο το δυνατό μικρότερο αδρανή όγκο έως 5ml
- Ανθεκτικά σε πίεση εως 3,5 bar
- Μέγιστος ρυθμός χορήγησης 30ml/min