



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 8, π. Πεντέλη
Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών
Πληροφ.: ΕΥΑΓΓ. ΠΛΙΑΚΟΥ
Τηλ . 213 2052 508 ή 518
e-mail promitheion@paidon-pentelis.gr

Πεντέλη, 16/09/2025
Αρ πρωτ.:11334

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Προμήθειας Εξωσυμβατικού Είδους

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδων Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια του κάτωθι είδους, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών για,

- **ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΣ ΦΑΚΟΣ 20D, ποσότητα προς προμήθεια 1 τμχ., εκτιμώμενου προϋπολογισμού ~ 700,00€ συμπεριλ. Φπα, ως οι συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές.**

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: *κος ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ (ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ) τηλ. 213 2052 511*
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ: *Δ/ΝΤΗΣ κος ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ τηλ. 213 2052 591*

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μονάδα μέτρησ ης	Τιμή Μονάδ ος χωρίς ΦΠΑ	Συνολι κή τιμή χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	Τελική Τιμή	Κωδικό ς Παρατ ηρητη ριου	Τιμή Παρατ ηρητη ριου	
1									

Το παραπάνω είδος πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρει σήμανση CE.

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές απορρίπτονται. (Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ).

Οι προσφορές δύνανται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών μέσω e-mail

promitheion@paidon-pentelis.gr, έως ΔΕΥΤΕΡΑ 22/09/2025 & ώρα 09:00.

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά με τη δημοσίευση του παρόντος.

Η ΚΟΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΖΩΗ ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

*****ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ*****

- Να είναι κατασκευασμένος από γυαλί, με μεταλλική λαβή
- Το οπτικό του πεδίο να είναι : 46° / 60°
- Η μεγέθυνση εικόνας να είναι τουλάχιστον $\times 3,1$
- Η απόσταση εργασίας να είναι τουλάχιστον στα 50 mm
- Ο φακός να προορίζεται για χρήση και για Argon laser φωτοπηξίας

ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ, ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ