



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 8 Πεντέλη
Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών
Πληροφ.: ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
Τηλ . 213 2052 508 ή 518
e-mail promitheion@paidon-pentelis.gr

Πεντέλη, 23/10/2025
Αρ. Πρωτ: 13064

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Προμήθειας Εξωσυμβατικού Είδους

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδων Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια των κάτωθι ειδών, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών, για

ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΤΥΠΟΥ VENTURI ΠΑΙΔΩΝ ποσότητα προς προμήθεια 50 τμχ.

ΔΕΙΓΜΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

**Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Υ.Υ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΤΗΛ 213-2052333 ΜΕΘ ΚΥΡΙΑ ΣΙΟΥΤΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:**

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μονάδα μέτρησης	Τιμή Μονάδος χωρίς ΦΠΑ	Συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	Τελική Τιμή	Κωδικός Παρατηρητηρίου	Τιμή Παρατηρητηρίου	
1									

Το παραπάνω είδος πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρει σήμανση CE.

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές απορρίπτονται. (Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ).

Οι προσφορές δύνανται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών μέσω e-mail promitheion@paidon-pentelis.gr, έως **ΤΕΤΑΡΤΗ 29/10/2025 & ώρα 09:00 .**

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά με τη δημοσίευση του παρόντος. Να αναγράφεται και στο θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης

Η ΚΟΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΖΩΗ ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μάσκες ποσοστιαίας παροχής O₂ υψηλής ροής τύπου Ventouri

ενηλίκων με πυκνότητες O₂ (24,28,31,35,40,50 και 60%)

Ενηλίκων και Παιδών

1. Η μάσκα να είναι τύπου VENTURI.
2. Να διαθέτει ανατομικό σχήμα κατάλληλο για ενήλικες/παιδιά το οποίο θα πρέπει να εξασφαλίζεται και από επιρρίνιο μεταλλικό έλασμα
3. Να σταθεροποιείται από ελαστικό ιμάντα
4. Να διαθέτει χρωματισμένα συνδετικά, ανάλογα με την ποσοστιαία παροχή οξυγόνου.
5. Να συνοδεύεται με σωλήνα χωρίς να τσακίζει ή να εμποδίζει την ροή O₂
6. Να διαθέτει ενισχυμένα άκρα γιο τη σύνδεση με τη μάσκα και την παροχή O₂.
7. Να διαθέτει σωλήνα από υλικό σπирάλ μήκους ~ 15cm στον οποίο να προσαρμόζονται τα συνδετικά για τα επιμέρους μίγματα O₂.
8. Να προσφέρεται με σωλήνα οξυγόνου μήκους περίπου 210cm
9. Να προσφέρεται με τουλάχιστον τις εξής επτά ποσοστιαίες συγκεντρώσεις O₂: 24%, 28%,31%, 35%, 40%, 50% και 60%
10. Το ενισχυμένο άκρο του σωλήνα να εφάπτεται καλά με την παροχή οξυγόνου του νοσοκομείου.
11. Να είναι μιας χρήσης.
12. Να είναι κατασκευασμένα από ατοξικό μαλακό υλικό που δεν ερεθίζει.
13. Να μην περιέχουν LATEX το οποίο πρέπει να αναγράφεται και με ειδική ένδειξη.

